

Numărul procedurii de achiziție **21036127 din 17 februarie 2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Mentenanța dispozitivelor medicale conform necesităților pentru anul 2021**

Co d CP V	Nr. Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produc ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 0 4 2 1 0 0 0 - 4	Mentenanța corectivă 2021							ISO, CE
	1.	Sterilizator cu aburi (Mentenanța corectivă)	Euroclav 23S	Germnia	Melag	-Lucrările de mentenanță corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni -inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia -curățarea părților de lucru -dezinfectarea și curățarea părților funcționale -diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software -efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis -înlocuirea la necesitatea a pieselor și consumabilelor -înlăturarea tuturor defectelor tehnice cât și cele de program -calibrarea dispozitivului -predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului -trainig pentru utilizatori la necesitate Numărul e servicii unitare pe an-3 Model Eurocav 23S	-Lucrările de mentenanță corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni -inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia -curățarea părților de lucru -dezinfectarea și curățarea părților funcționale -diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software -efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis -înlocuirea la necesitatea a pieselor și consumabilelor -înlăturarea tuturor defectelor tehnice cât și cele de program -calibrarea dispozitivului -predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului -trainig pentru utilizatori la necesitate Numărul e servicii unitare pe an-3 Model Eurocav 23S	
	2.	Sterilizator cu aburi (Mentenanța	Euroclav 23S	Germnia	Melag	-Lucrările de mentenanță corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni	-Lucrările de mentenanță corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni	

		corectivă)				-inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia -curățarea părților de lucru -dezinfectarea și curățarea părților funcționale -diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software -efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis -înlocuirea la necesitatea a pieselor și consumabilelor -înlăturarea tuturor defectelor tehnice cât și cele de program -calibrarea dispozitivului -predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului -trainig pentru utilizatori la necesitate Numărul e servicii unitare pe an-3 Model Eurocav 23S	-inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia -curățarea părților de lucru -dezinfectarea și curățarea părților funcționale -diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software -efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis -înlocuirea la necesitatea a pieselor și consumabilelor -înlăturarea tuturor defectelor tehnice cât și cele de program -calibrarea dispozitivului -predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului -trainig pentru utilizatori la necesitate Numărul e servicii unitare pe an-3 Model Eurocav 23S
3.	Sterilizator cu aburi (Mentenanța corectivă)	Euroclav 23VS	Germnia	Melag	-Lucrările de mentenanță corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni -inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia -curățarea părților de lucru -dezinfectarea și curățarea părților funcționale -diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software -efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis -înlocuirea la necesitatea a pieselor și consumabilelor -înlăturarea tuturor defectelor tehnice cât și cele de program -calibrarea dispozitivului -predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului -trainig pentru utilizatori la necesitate Numărul e servicii unitare pe an-3 Model Eurocav 23VS	-Lucrările de mentenanță corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni -inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia -curățarea părților de lucru -dezinfectarea și curățarea părților funcționale -diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software -efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis -înlocuirea la necesitatea a pieselor și consumabilelor -înlăturarea tuturor defectelor tehnice cât și cele de program -calibrarea dispozitivului -predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului -trainig pentru utilizatori la necesitate Numărul e servicii unitare pe an-3 Model Eurocav 23VS	

Semnat electronic

Numele : **Moldoveanu Ruxanda**

În calitate de: **Manager vânzări**

Ofertantul: **POLISANO PRIM SRL**

Adresa juridică: **or.Codru, str.Costiujeni 6/2**

Adresa poștală: **mun. Chișinău, str. Testemițanu 3/18**

Data: „ 17 ”februarie 2020

MD-2019

Republica Moldova

mun. Chișinău, str. Testemițanu 3/18

email: directorcomercial@polisanoprim.md

tel/fax: +373 28 57 99