

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1772086893761
Obiectul achiziției: Testarea și evaluarea unităților de radiologie pentru anul 2026 COP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot.1 Testarea și evaluarea unităților de radiologie pentru anul 2026	-	-	-	<i>Conform caietului de sarcini desfășurat</i>	Testari fizico-radiologice de performanță a instalațiilor cu Raze X, conform standardelor de referință: RP 162. Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment used in Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy. Radiation Protection No162. European Commission. European Union, 2012 IAEA Technical Reports Series No. 457. Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International Code of Practice. IAEA, Vienna, 2007 IAEA Human Health Series No. 24. Dosimetry in Diagnostic Radiology for Paediatric Patients. IAEA, Vienna, 2013 IAEA Human Health Series 4. Implementation of the	Autorizație ANRANR nr. 1488 din 26.03.2025
1.1 FlexaVision F3 Shimadzu - radiografie, radioscopie	-	-	-	<i>Conform caietului de sarcini desfășurat</i>		
1.2 Instalații mobile X-ray Shimadzu – radiografie mobilă - secția reanimare Nr.1 și traumatologie	-	-	-	<i>Conform caietului de sarcini desfășurat</i>		
1.3 C-arm ZEN 7000 – secția traumatologie	-	-	-	<i>Conform caietului de sarcini desfășurat</i>		
1.4 Instalație mobilă Italray XFM DR – secția reanimare nr.2	-	-	-	<i>Conform caietului de sarcini desfășurat</i>		
1.5 Angiograf Shimadzu F12– radiologia intervențională (Departament Diagnostic Imagistic)	-	-	-	<i>Conform caietului de sarcini desfășurat</i>		
1.6 Instalație C-arm X-ray Shimadzu – blocul de operații	-	-	-	<i>Conform caietului de sarcini desfășurat</i>		
1.7 Instalație radiologică SonialVision G4 (Cabinet radiologic DMU)	-	-	-	<i>Conform caietului de sarcini desfășurat</i>		
1.8 Tomograf computerizat Toshiba Medical TSX-303A – departamentul diagnostic	-	-	-	<i>Conform caietului de sarcini desfășurat</i>		
1.9 Tomograf computerizat Revolution Apex Plus, GE Medical Systems (cabinet în DMU)	-	-	-	<i>Conform caietului de sarcini desfășurat</i>		

1.10 Dispozitiv radiologic (în cazul în care va fi achiziționat pe parcursul anului 2026)	-	-	-	<i>Conform caietului de sarcini desfășurat</i>	International Code of Practice on Dosimetry in Diagnostic Radiology. IAEA, 2011 ICRU Report 74. Patient Dosimetry for X Rays Used in Medical Imaging. Oxford University Press. 2005 ICRP Publication 135. Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging. Ann. ICRP 46(1). 2017 IEC 61223-3 series Evaluation and routine testing in medical imaging department. Acceptance tests. Sm SR EN 61676.2010 Aparate electromedicale. Instrumente dozimetrice utilizate pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii tubului cu raze – X in radiologie de diagnostic. Graficul prestare servicii – se va coordona cu persoana responsabilă.	
--	---	---	---	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Andrei MATEI În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Cuza Voda 44, of. 111