

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1710509411698 din 25 mart 2024, 10:00 - 5 apr 2024, 10:00

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical și de laborator

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
6	50400000-9	Lotul 6- Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a autoclavului Biobase BKQ-Z100(H)	-	-	-	Se efectuează testul vacuum, profilaxia firelor electrice și conductelor apă/aer, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. Se verifică softul. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. *4 ori conform graficului	Se efectuează testul vacuum, profilaxia firelor electrice și conductelor apă/aer, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. Se verifică softul. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. *4 ori conform graficului	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**