

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1727445741818 /21285029, din 19/10/2024							Data: 19/10/2024	Alternative nu sunt	
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025							Lot: 1	Pagina 1 din 2	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000-1	1	Frigider pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine	Frigider pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine	EKN-300	Turcia	EMSAS Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.S.	Destinație: pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine. Proprietăți: Tip: vertical; Volumul camerei interne: 700-800 lit; Temperatura de lucru: - de la plus 2 C° plus 8 C° - reglabilă; - programabilă; - precizie ± 1°C; Monitorizarea temperaturii: - asigurarea integrării datelor termice cu SIA Serviciul de Sânge; - sistem electronic de control. Control Electronic: Microprocesor electronic pentru controlul tuturor parametrilor (temperatura, activare alarma, calibrare, etc). Panoul de informații: - va permite vizualizarea parametrilor de temperatură în timp zilnic/săptămânal; - asigurat cu alarmă în caz de depășire a parametrilor programați. Suprafața camerei interne: din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară; Suprafețele exterioare: din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară. Componente obligatorii prezente: - -materialul sertarelor oțel inoxidabil; - -suprafața perforată pentru circulația aerului; - -sertare în număr de 7-8 unități, reglabile; - -sertarele asigurate cu septuri care va diviza spațiul de stocare a produsului	Destinație: pentru stocarea și păstrarea produselor sanguine. Proprietăți: Tip: vertical; Volumul camerei interne: 700 lit ; Temperatura de lucru: - de la plus 2 C° plus 8 C° - reglabilă; - programabilă; - precizie 0.1°C ; Monitorizarea temperaturii: - asigurarea integrării datelor termice cu SIA Serviciul de Sânge; - Da, conform brosurii pg.2 "There is a USB socket to transfer the cabinet temperature information to the computer when requested. In this way, the 10 year old temperature records can be transferred to the PC in excel format." - sistem electronic de control. Control Electronic: Microprocesor electronic pentru controlul tuturor parametrilor (temperatura, activare alarma, calibrare, etc). Panoul de informații: - va permite vizualizarea parametrilor de temperatură în timp zilnic/săptămânal; - Da, corespunde - asigurat cu alarmă în caz de depășire a parametrilor programați. - Da, corespunde. Brosura, pg.2 "device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and upper temperature limits are exceeded" Suprafața camerei interne: din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor biocide folosite în scop de prelucrare sanitară; - Da, corespunde. Brosura, pg.2 Suprafețele exterioare: din inox sau material rezistent la acțiunea substanțelor	ISO, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
							(pungilor de componente sanguine); -asigurate cu sistem telescopic; -blocarea ușii cu parolă/chee. -ușile din material transparent. -iluminare lăuntrică. -dotat cu roțile cu frână ce permite permutarea cu ușurință. Sistemul de răcire: -aer forțat; -sistemul de decongelare automat. Agentul frigorific: ecologic, aprobat de CE Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 2 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2024 -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.	biocide folosite în scop de prelucrare sanitară. - <i>Da, corespunde. Brosura, pg.2</i> Componente obligatorii prezente: - materialul sertarelor oțel inoxidabil; - <i>Da, corespunde. Brosura, pg.2</i> - suprafața perforată pentru circulația aerului; - <i>Da, corespunde. Brosura, pg.2, pot fi vazut pe poza.</i> - sertare în număr de 7-8 unități, reglabile; - <i>Da, 7 sertare sunt incluse în configuratie ofertata.</i> - sertarele asigurate cu septuri care va diviza spațiul de stocare a produsului (pungilor de componente sanguine); - <i>Da, corespunde. Brosura, pg.2, "There are separators inside the drawers helping the blood bags to be placed and stocked easily. "</i> -asigurate cu sistem telescopic; - <i>Da, corespunde. Brosura, pg.2, pot fi vazut pe poza.</i> -blocarea ușii cu parolă/chee. - <i>Da, corespunde.Brosura, pg.2, cu cheia, pot fi vazut pe poza.</i> -ușile din material transparent. - <i>Da, corespunde. Brosura, pg.2, pot fi vazut pe poza.</i> -iluminare lăuntrică. - <i>Da, corespunde. Brosura, pg.2, LED lights</i> -dotat cu roțile cu frână ce permite permutarea cu ușurință. - <i>Da, corespunde. Brosura, pg.2</i> Sistemul de răcire: -aer forțat; - <i>Da, corespunde. Brosura, pg.2</i> -sistemul de decongelare automat. - <i>Da, corespunde. Brosura, pg.2</i> Agentul frigorific: ecologic, aprobat de CE - <i>Da, corespunde. Brosura, pg.2, "The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE."</i> Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. - <i>Da, corespunde. Brosura, pg.2-3</i> -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. - <i>Da, va fi prezentate la livrare.</i> -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 2 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2024 -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.	

Semnat:_____Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova