

Specificații tehnice						
Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1647865439164 din 28.03.2022						
Obiectul: Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu un lumen/bilumen CPV - 33100000-1						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standart de referință
Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	CERTOPIX MONO V420, COD - 4160320-07	Germania	B.Braun	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 9F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator 10F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de	Setul contine: 1. Ac de puncționare cu valvă laterală nedetasabila - 18G /1,3mm x 70mm; 2. Ghidul metalic J (0.89mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6F (2,1mm x 20cm), debit 80ml/min, priming 0,51ml: -Fabricat din PUR(poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft); -Radioopac ,detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Aripioare fixe, la jonctiunea liniei de extensie cu cateterul propriuzis, pentru fixarea cateterului prin puncte de sutură; -Aripioare mobile pe lungimea cateterului pentru fixarea acestuia prin puncte de sutură la nivelul locului de puncție; 4. Linie de extensie transparentă: -Prevăzută cu clemă pentru întreruperea temporară a perfuziei; -Prevăzută cu conector de tip luer-lock (prin înșurubare) și căpăcele de protecție; 5. Dilator - Compatibil cu cateterele 14G; 6. Cablu de conectare pentru poziționare simultană cu ajutorul ECG; 7. Clip de blocare a aripioarei mobile de fixare de pe cateter; 8. Produsul nu contine DEHP, LATEX, PVC; 9. Sterilizare EO;	CE, ISO

				pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	10. Ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc). 11. Mod ambalare – 10 bucati/cutie	
Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu două lumene	CERTOPIX DUO S 720, COD - 4167385-07	Germania	B.Braun	"Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Setul contine: 1. Ac de puncționare Seldinger - 18G / 1,3mm x 70mm; 2. Ghidul metalic J (0,89mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4mm x 20cm): - lumene – distal 16G - debit 55 ml/min, priming 0,48ml - proximal 16G - debit 45 ml/min, priming 0,39ml -Fabricat din PUR(poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft); -Radioopac ,detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Aripioare fixe, la jonțiunea liniei de extensie cu cateterul propriu, pentru fixarea cateterului prin puncte de sutură; -Aripioare mobile pe lungimea cateterului pentru fixarea acestuia prin puncte de sutură la nivelul locului de puncție; 4. Linii de extensie transparente: -Prevăzute cu cleme pentru întreruperea temporară a perfuziei; -Ambele capete ale liniei de extensie sunt prevăzute cu conectoare de tip luer-lock (prin înșurubare) și căpăcele de protecție; 5. Dilatator - Compatibil cu cateterul 7F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 7. Valve acces tip „needle-free” pentru fiecare lumen, valve ce previn riscul de embolism; 8. Bisturiu de unică folosință; 9. Cablu de conectare pentru poziționare simultană cu ajutorul ECG; 10. Clip de blocare a aripioarei mobile de fixare de pe cateter; 11. Produsul nu contine DEHP, LATEX, PVC; 12. Sterilizare EO; 13. Ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc); 14. Mod ambalare – 10 bucati/cutie	CE, ISO

--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Șarco Alexandru** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Pharmony SRL** Adresa: mun. Chișinău, or. Durleși, str. Durlești 4