

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1570709504386** din „25” octombrie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: **Pieselor de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019.**

Nr. ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	33000000-0	Set debecuri pentru lamelele de laringoscop	Set debecuri pentru lamelele de laringoscop	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd/OSRAM Germania	Set debecuri pentru lamelele de laringoscop. Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Set debecuri (5 bucăți) pentru lamelele de laringoscop. Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe	CE, ISO
4	33000000-0	Sensor de oxigen	E-02 Sensor de oxigen	Spania	Carril Instruments, s.l.	Sensor de oxigen Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Termen de garanție 12 luni din momentul	Sensor de oxigen Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus,	CE, ISO

						instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		
6	33000000-0	Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden	MPJ17&MPJ32 Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden	China	Shenzhen Medplus Accessory Co., LTD	Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden Set conectori NIBP BP17 și BP18 compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden Set conectori NIBP BP17 și BP18 compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden.	CE, ISO
7	33000000-0	Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager	MPJ07&MPJ08 Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager	China	Shenzhen Medplus Accessory Co., LTD	Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager Set conectori NIBP BP12 și BP15 compatibil cu monitorul de pacient Drager. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul	Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager Set conectori NIBP BP12 și BP15 compatibil cu monitorul de pacient Drager	CE, ISO

						medical, în cazul unui alt producător.		
20	33000000-0	Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W	Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd/OSRAM Germania	Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i	CE, ISO
22	33000000-0	Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopicaRef: XBO R 180W	Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopicaRef: XBO R 180W	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd/OSRAM Germania	Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopicaRef: XBO R 180W Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de	Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopicaRef: XBO R 180W Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru ≥ 500h.	CE, ISO

						conformitate european.		
23	33000000-0	Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Ref: 302917390 (PE300BF, MD-631)	Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Ref: 302917390 (PE300BF, MD-631)	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd/OLYMPUS Japonia	Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Ref: 302917390 (PE300BF, MD-631) Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON XL-4450, OLYMPUS CLV-S190, RICHARD WOLF Highlight X300.Timpul de lucru \geq 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării.Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Ref: 302917390 (PE300BF, MD-631) Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON XL-4450, OLYMPUS CLV-S190, RICHARD WOLF Highlight X300.Timpul de lucru \geq 500h.	CE, ISO
31	33000000-0	Transductor convex 3,5C	USC93253 Transductor convex 3,5C	Spania	Carril Instruments, s.l./ Broadsound Co. Taiwani	Transductor convex 3,5C Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării.Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare:* Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.	Transductor convex 3,5C Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9	CE, ISO

						<p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</p> <p>*Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului.</p> <p>*Instalare de către participantul câștigător .</p>		
32	33000000-0	Transductor linear 10 L	USL93359 Transductor linear 10 L	Spania	<p>Carril Instruments, s.l./ Broadsound Co. Taiwani</p>	<p>Transductor linear 10 L Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9 de care dispune secția.Termen de garantie 12 luni din momentul instalării.Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.</p> <p>Cerințe de certificare:* Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</p>	Transductor linear 10 L Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9	CE, ISO

						<p>*Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului.</p> <p>*Instalare de către participantul câștigător.</p>		
33	33000000-0	Transductor linear -7 L	USL93257 Transductor linear -7 L	Spania	<p>Carril Instruments, s.l./ Broadsound Co. Taiwani</p>	<p>Transductor linear -7 L Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9 de care dispune secția. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii</p>	<p>Transductor linear -7 L Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9</p>	<p>CE, ISO</p>

						în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător.		
53	33000000-0	Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO	Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd/OSRAM Germania	Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO 8V/20W, Tip: PH-8-20-1, L: 58mm, D:21mm. Soclu: B15d/18. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.	Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO 8V/20W, Tip: PH-8-20-1, L: 58mm, D:21mm. Soclu: B15d/18.	CE, ISO
55	33000000-0	Lamp Halogen Assy 12V/50W	Lamp Halogen Assy 12V/50W	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd/HITACHI Japonia	Lamp Halogen Assy 12V/50W Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, durata de viață min. 2000 h. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Lamp Halogen Assy 12V/50W Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, durata de viață min. 2000 h.	CE, ISO
79	33000000-0	Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006	Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd/KEELER UK	Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006 Compatibil cu oftalmoscop Keeler SL4 4AA. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006 Compatibil cu oftalmoscop Keeler SL4 4AA. Timpul de lucru ≥ 50h.	CE, ISO

80	33000000-0	Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070)	Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070)	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd	Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070) Compatibil cu oftalmoscop Heine Beta 200. Timpul de lucru \geq 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070) Compatibil cu oftalmoscop Heine Beta 200. Timpul de lucru \geq 500h.	CE, ISO
81	33000000-0	Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W	Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd	Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Compatibil cu oftalmoscop Riester ri-scope L1. Timpul de lucru \geq 50h. Conformrecomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Compatibil cu oftalmoscop Riester ri-scope L1.	CE, ISO
128	33000000-0	Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275	MPN031 Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275	China	Shenzhen Medplus Accessory Co., LTD	Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275 Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil.Termen de garantie 12	Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275 Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil	CE, ISO

						luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		
131	33000000-0	Baterie tip AAA	14190001 Baterie tip AAA	Franța	VLAD Batteries-Piles	Baterie tip AAA Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.	Baterie tip AAA	CE, ISO
132	33000000-0	Baterie tip AA	14190002 Baterie tip AA	Franța	VLAD Batteries-Piles	Baterie tip AA Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.	Baterie tip AA	CE, ISO
133	33000000-0	Baterie tip C	14190004 Baterie tip C	Franța	VLAD Batteries-Piles	Baterie tip C Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.	Baterie tip C	CE, ISO
134	33000000-0	Baterie tip 6F22	14190003 Baterie tip 6F22	Franța	VLAD Batteries-Piles	Baterie tip 6F22 Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.	Baterie tip 6F22	CE, ISO
136	33000000-0	Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh	88881156 Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh Compatibil cu congelator biomedical Panasonic MDF-U334. 6V(5x1.2V)/1100 mAh. Termen de	Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh Compatibil cu congelator biomedical Panasonic MDF-U334. 6V(5x1.2V)/1100 mAh	CE, ISO

						garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: **„LifeMed Group” SRL** Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**