

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1652280834407 din 11.05.2022
Obiectul de achiziției:	Achiziționarea Utilajului și echipamentului de laborator

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Baie de apă	WTB11	Germania	Memmert	conform Caietului de sarcini	Interior, exterior din inox, cu capac. Volumul 10 litri. Înălțimea interioară 200mm. Tip digital, afișarea temperaturii în trepte de 0,1 °C, diapazonul până la +100,0 °C	
	WTB15 B48805	Germania	Memmert		6 locuri; termoreglabilă, din inox (setabil: +10-100 °C, de lucru: amb.+5-100 °C), cu diametrul 107 mm celulă/ochi	
Agitator magnetic	MS-3000	Letonia	Biosan		Control al vitezei; frecvența de agitare 0-3000 RPM	
pH-metru	C3210 SP27X ST10N	Belgia	Consort		Diapazon de măsurare -2 ...+16pH; rezoluție 0,001pH; compensare temperatură (-5	

	SC01B				...+105)°C; în set: electrod cu suprafața plată de lucru pentru măsurarea pH mediilor solide și semisolide	
	C3210 SP27X ST10N SC01B	Belgia	Consort		pH metru în set: electrod cu suprafață plată, pentru măsurarea pH mediilor solide și semisolide, diapazon de măsurare -2+16pH; rezoluție 0,001pH; compensare temperatura: (-5 ...+105)°C;	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Iasîbaș Nicolai

În calitate de: Director

Ofertantul: Lokmera SRL

Adresa: Chișinău, MD-2028, str. Mitropolit Gurie Grosu 9