

DECLARAȚIE

corespunderea parametrilor dezumidificatorului de tip frigorific al stației de obținere a
oxigenului

SISTEM DE GENERATOARE DE OXIGEN IDEAL IM-GO 300SE

Prin aceasta se certifică că dezumidificator de tip frigorific cu parametrii specificați în tabel va asigura uscarea aerului comprimat produs de compresorul cu șurub INVERSYS 45 PLUS pentru nevoile generatorului de oxigen: GENERATOR DE OXIGEN IDEAL IM-GO 300SE

Denumirea parametrilor	Indicator
Model	DEZUMIDIFICATOR FRIGORIFER FRIULAIR AMD 130
Tip de dezumidificator	Tip de refrigerare
Mediu de lucru	Aer atmosferic comprimat
Productivitatea dezumidificatorului cu aer comprimat, nm ³ /h	780
Temperatura punctului de rouă (la o temperatură a aerului comprimat la intrare de 35°C și o presiune de 0,7 MPa), °C	3
Presiunea maximă a aerului, MPa	1,4
Temperatura maximă a aerului la intrarea în dezumidificator, °C	55
Tensiune/frecvență de alimentare, V/Hz	220/50
Putere, kW	1,4
Consum de aer pentru răcire, nm ³ /h	1900
Răcire	Aer

Director
Директор



V. Dinkov
Дінков В.Ф.



Dnipro
+38 (050) 320-51-99

Kyiv
+38 (067) 352-70-22

Odesa
+38 (048) 737-35-16

Horishni Plavni
+38 (067) 354-62-02

Kharkiv
+38 (057) 760-17-09

Sumy
+38 (0542) 61-06-12

Lviv
+38 (032) 245-15-62

Khmelnitskyi
+38 (067) 384-57-45

Rivne
+38 (0362) 46-09-31