

**Specificații tehnice**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

<b>Numărul licitației:</b>		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1775200424315					Data: „27” 05 2026		Alternativa nr.:
<b>Denumirea licitației:</b>		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 12 )							
<b>Cod CPV</b>	<b>Nr. Lot</b>	<b>Denumire Lot</b>	<b>Denumirea poziției</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Produ-cătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificația tehnică propusă de operatorul economic</b>	<b>standarde de referință</b>
33100 000-1	6	Sistem de litotritjie incorporată (pneumatică)	Sistem de litotritjie incorporată (pneumatică)	Swiss LithoClast 2+ EL044+ EL-045+ EL-046	Elveția	EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA	<p>Descriere: Fragmentarea calculilor (pietrelor) tractului urinar (rinichi, uretreși vizică)</p> <p>Tip Pneumatic sau balistic</p> <p>Compatibilitate: Compatibil cu o varietate de endoscoape și sisteme de aspirație pentru o gestionare eficientă a fragmentelor de piatră</p> <p>Alimentare aer comprimat min=3500hPa max≤ 7000hPa</p> <p>Presiune reglabilă</p> <p>Alimentare: 220V 50-60Hz</p> <p>Mod de operare continuu</p> <p>Frecvența de lucru: Controlată de medic în timpul lucrului in 10-15 pasi</p> <p>Impuls de lucru: Impuls singular, impuls continuu</p> <p>Pedala de lucru: Pedala dublă, pentru a controla de medic frecvența și impulsurile</p> <p>Piesa de mână pneumatică: Piesa de mână și tubul de aer comprimat un sistem etanș și pot fi autoclavabile sau sterilizabile fără capace de etanș suplimentare.</p> <p>Accesorii: minim 3 seturi gata de lucru</p>	<p>Descriere: Fragmentarea calculilor (pietrelor) tractului urinar (rinichi, uretre și vizică)</p> <p>Tip Pneumatic</p> <p>Compatibilitate: Compatibil cu o varietate de endoscoape și sisteme de aspirație pentru o gestionare eficientă a fragmentelor de piatră</p> <p>Alimentare aer comprimat 3.5 - 6.5 hPa Da, Technical data.pdf</p> <p>Presiune reglabilă Da, brosură</p> <p>Alimentare: 220V 50-60Hz</p> <p>Mod de operare continuu Da, Technical data. pdf</p> <p>Frecvența de lucru: Controlată de medic in timpul lucrului in 12 pasi , Da, brosură</p> <p>Impuls de lucru: Impuls singular, impuls continuu Da, Brosura</p> <p>Pedala de lucru: Pedala dublă, pentru a controla de medic frecvența și impulsurile Da, Brosura</p> <p>Piesa de mână pneumatică: Piesa de mână și tubul de aer comprimat un sistem etanș și pot fi autoclavabile sau sterilizabile fără capace de etanș suplimentare. Da, Brosura</p> <p>Accesorii: 3 seturi gata de lucru (EL-044, EL-045, EL-046, fiecare cu set de garnituri de etanșare)</p>	CE, ISO

Semnat: 27 05 2026 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director  
Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Republica Moldova, or. Durlesti, str. Vasile Lupu, 6