

MD-2028, m. Chişinău, str. Academiei, 3, tel. 022 739 977

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

I.P. «INSTITUTUL DE CHIMIE»
MECC al RM
LABORATORUL DE INCERCĂRI
«ILAS»

09 iunie 2021

- Materii prime

1.

- SRL "Attributum"

Denumirea parametrilor și unitatea de măsură	Valorile depistate	Valorile conform GOST 15525-2004 (tompac marca Л190)	DN a metodei de încercări
Zinc (Zn), %	9,24	rămasă	absorbție atomică
Cupru (Cu), %	91,8	88-91	absorbție atomică

Notă: Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.
 Multiplicarea raportului de încercări este admisă cu acordul laboratorului

Concluzie: Proba propusă spre analiză după compoziția chimică este aliajul tompac marca J190.

Tati

Tatiana Mitina