

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1743420536758 din 7 apr 2025						
Obiectul de achiziției: Servicii de mentenanță și deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2025 (loturile neatribuite conform LP nr. ocde-b3wdp1-MD-1739945637268 din 14.03.2025).						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1: Aspirator chirurgical						
Aspirator chirurgical Impact Ultra-Lite 326/326m				Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	
Aspirator chirurgical Ardo Primus Cell						
Lotul 2						
Defibrilator Primedic XD30				Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	
Defibrilator Mindray Beneheart D3						

Lotul 3					
Electrocardiograf Biocare IE 6				Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h
Electrocardiograf MAC 600					
Electrocardiograf MAC 800					
Electrocardiograf MAC 2000					
Electrocardiograf Lumed EuroEcG 12					
Electrocardiograf BMV BES 307BT					
Electrocardiograf BMV BES 607A					
Lotul 5					
Pompă de infuzie Viltechmeda DF-12M				Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h
Pompa cu seringă Amp sp8800					
Pompa infuzie Medima S 300					
Pompa infuzie Medima S					
Pompa seringă Aitecs Sp-14s					
Pompa infuzie Alaris GH Plus					
Pompa de infuzie Bbraun Compact Plus					
Lotul: Diferit					
Centrifuga laborator Rotofix 32A				Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h
Centrifuga Kokusan H26					
Centrifuga Hermles Z366					
Centrifuga Elmi CM-6MT					
Centrifuga Hettich Rotolavit II					
Stație de decongelare a plasmei Helmer DH4					
Microscop Nikon YS100					
Agitator Biobase					
Lampă fototerapie GE Lullaby					
Vacuum extractor Atom VP 400					
Diatermocoagulator Excell 350 MCDSe					
Lampă satelit Merivaara X3					
Coagulator ValleyLab Force FX					
Monitor fetal Edan F6					
Cardiomonitor Fazzini FM5000C					

Doppler Dopton Fetal					
Pulsoximetru Masimo Radical 7					
Ventilator Mindray SV650					
Ventilator Medtronic Newport E360					
Ventilator Aeomed VG 70					
Ventilator Heyer Iternis Evo 1					
Ventilator Heyer VS 500S					
Sterilizator MIZ-MA Gp 40					
Sterilizator Sanyo MOV-112S					
Autoclav Nanbei WS-90YDA					
Sterilizator Memmert SF 750 Plus					
Sterilizator Biobase HAS T70					
Autoclav Systec DX 100					
Autoclav GK 100-3					
Nebulizator FloClineb					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____
