

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21066126 din 27.11.2022

Obiectul de achiziție: Consumabile medicale pentru anul 2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 17</b>						
Lot 17: Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulți, p/u Drager Infiniti XL	U401-A(D01AA)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Urrica folosinta	Nellcor - Non-oximax cu 7 pini Adult Micro spumă 0,9 m	CE
<b>Total lot 17</b>						
<b>Lotul 18</b>						
Lot 18: Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulți, p/u Nihon Kohden	U401-A(D05AA)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	Nihon Kohden cu 9 pini Adult Micro spumă 0,9 m	CE
<b>Total lot 18</b>						
<b>Lotul 19</b>						
Lot 19: Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) pediatrice, p/u Nihon Kohden	U401-C(D05AA)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pediatric, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	Nihon Kohden cu 9 pini Pediatric Micro spumă 0,9 m	CE
<b>Total lot 19</b>						
<b>Lotul 20</b>						
Lot 20: Seringă opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml	CH0305POB	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	50 ml opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc, pentru infuzia nitraților, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo	Seringi PERFUSION din 3 părți CHIRANA® ml BB opac	50 CE
<b>Total lot 20</b>						
<b>Lotul 21</b>						
Lot 21: Seringă transparentă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml	CH0305PTB	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	50 ml transparent pentru infuzomat cu piston de cauciuc, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo	Seringi PERFUSION din 3 părți CHIRANA® 50 ml BB transparent	CE
<b>Total lot 21</b>						

<b>Lotul 25</b>						
Lot 25: Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Dragaer	41.04.23000	China	SCW Medicath Ltd	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Traductor de unică folosință Linie dublă Traductor de unică folosință Compatibil cu cablul cu 4 pini tip Bbraun.	CE
<b>Total lot 25</b>						
<b>Lotul 26</b>						
Lot 26: Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon	41.04.23000	China	SCW Medicath Ltd	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Traductor de unică folosință Linie dublă Traductor de unică folosință Compatibil cu cablul cu 4 pini tip Bbraun.	CE
<b>Total lot 26</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23