

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1702900222554 / 21132333 din: 29.12.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Teste indicatoare 2024 (Repetat)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	<b>Bunuri/servicii</b>						
1	Test-indicator 121°C - (15min.extern)	iPack-bio	Rusia	Intersan	121°C(15 min. externe)	121°C(15 min. externe)	CE/ISO
2	Test indicator 134°C - (5 min. universal)	iPack-bio	Rusia	Intersan	134°C (5 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială) .Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare. Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	134°C (5 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială) .Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare. Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	CE/ISO

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4