



## EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

entsprechend Anhang II der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

### *EC DECLARATION OF CONFORMITY*

*according to annex II of the Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices*

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die unten bezeichneten Produkte den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte entsprechen.

*We declare under our sole responsibility that the products mentioned below meet the provisions of the Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices.*

Entnahmestelle Forano / Levante für medizinische Druckgase und Vakuum  
*Terminal Unit Forano / Levante for compressed medical gases and vacuum*

DIN EN ISO 9170-1:2008

DIN 13260-2:2013

SVENSK STANDARD SS 8752430:2017

BRITISH STANDARD BS 5682:2015

NORME FRANÇAISE NF S 90-116:1988

Carbamed

Klasse/ Class: IIa

Revisionsstand/ revision stand: 2.0

Bei einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts oder einer nicht mit uns abgestimmten Änderung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Diese Konformitätserklärung ist gültig für oben genannte Produkte, mit Herstellungsdatum bis 18.12.2023 oder bis zur Ausstellung einer revidierten Konformitätserklärung.

*In the event of using this product not according with the regulations or modification without our approval this declaration will be rendered invalid. This Declaration of Conformity is valid for above products, with date of manufacture up to 18 December 2023 or a revised declaration is made.*

Hamburg 2020-01-23/ T. Greggersen Geschäftsführer/director of company

Ort/Datum/Name  
Place/Date/Name

Hersteller:  
Manufacturer:

GREGGERSEN Gasetechnik, Germany  
Bodestraße 27-29  
21031 Hamburg  
Germany



Benannte Stelle:  
notified body:

MedCert GmbH  
Pilatuspool 2  
20355 Hamburg  
Germany



EC Certificate of Conformity No.: 0874GB410190712