

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21017571				Data: 21/01/2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației:	Reactivelor de laborator.			Lot: 5-7,9, 10, 12, 19-23, 37-40.	Pagina 1 din 1

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana 6]	Standard de referința	Termenul de livrare/prestare
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bunuri/Servicii									
5	33696500-0	Set penru determinarea HBsAg, 96 teste	E-102196	MB	Rapid Labs	Metoda de determinare ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. . In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul să conțină controlul pozitiv și negative. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu.Să fie posibil de a testa cite o probă.	Metoda de determinare ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. . In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul să conțină controlul pozitiv și negative. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu.Să fie posibil de a testa cite o probă.	ISO, CE	Conform cerintelor

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana 6]	Standard de referință	Termenul de livrare/prestare
6	33696500-0	Set pentru determinarea anti HbcoreAg sumar,96 teste	E-108196	MB	Rapid Labs	Metoda de determinare ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. . In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul să conțină controlul pozitiv și negative. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu.Să fie posibil de a testa cite o probă.	Metoda de determinare ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. . In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul să conțină controlul pozitiv și negative. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu.Să fie posibil de a testa cite o probă.	ISO, CE	Conform cerintelor
7	33696500-0	Set pentru determinarea anti HCV sumar, 96 teste	E-103196	MB	Rapid Labs	Metoda de determinare ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. . In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul să conțină controlul pozitiv și negative. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu.Să fie posibil de a testa cite o probă.	Metoda de determinare ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. . In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul să conțină controlul pozitiv și negative. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu.Să fie posibil de a testa cite o probă.	ISO, CE	Conform cerintelor

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana 6]	Standard de referință	Termenul de livrare/prestare
9	33696500-0	Antigen cardiopinic pentru reacție de microprecipitare (RMP)	RL-RPR5ML	MB	Rapid Labs	Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor să fie nu mai mică de 99,8%. Setul să conțină controlul pozitiv și negativ. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor să fie nu mai mică de 99,8%. Setul să conțină controlul pozitiv și negativ. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	ISO, CE	Conform cerintelor
10	33696500-0	Ser de control pozitiv pentru serodiagnosticul sifilisului	RL-RPR1ML	MB	Rapid Labs	Cutia cu 10 flacoane x 1 ml. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Cutia cu 10 flacoane x 1 ml. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	ISO, CE	Conform cerintelor
12	33696500-0	Ser de control negativ pentru serodiagnosticul sifilisului	RL-RPRN1ML	MB	Rapid Labs	Cutia cu 10 flacoane x 1 ml. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Cutia cu 10 flacoane x 1 ml. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	ISO, CE	Conform cerintelor
19	33696500-0	Țoliclon anti-D super	BG-DIGM5	MB	Rapid Labs	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 24 luni.	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 24 luni.	ISO, CE	Conform cerintelor
20	33696500-0	Țoliclon anti-A	BG-A5	MB	Rapid Labs	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 24 luni.	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 24 luni.	ISO, CE	Conform cerintelor
21	33696500-0	Țoliclon anti-B	BG-B5	MB	Rapid Labs	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 24 luni.	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 24 luni.	ISO, CE	Conform cerintelor
22	33696500-0	Țoliclon anti-AB	BG-AB5	MB	Rapid Labs	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 24 luni.	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 24 luni.	ISO, CE	Conform cerintelor
23	33696500-0	Țoliclon anti-D Ig G	BG-DGG5	MB	Rapid Labs	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 24 luni.	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 24 luni.	ISO, CE	Conform cerintelor

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana 6]	Standard de referinta	Termenul de livrare/prestare
37	33696500-0	Solutie p/u dilutie	50003763	Cehia	ERBA	Soluția în ambalaj din plastic cu volum de 20,0L. Reactivele, calibratorii, și materialul de control să fie produse de acelaș producător și să fie compatibile cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Soluția în ambalaj din plastic cu volum de 20,0L. Reactivele, calibratorii, și materialul de control să fie produse de acelaș producător și să fie compatibile cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	ISO, CE	Conform cerintelor
38	33696500-0	Solutie p/u lizare	50004171	Cehia	ERBA	Soluția în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L. Reactivele, calibratorii, și materialul de control să fie produse de acelaș producător și să fie compatibile cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Soluția în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L. Reactivele, calibratorii, și materialul de control să fie produse de acelaș producător și să fie compatibile cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	ISO, CE	Conform cerintelor
39	33696500-0	Solutie de curățare	50003767	Cehia	ERBA	Soluția în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L. Reactivele, calibratorii, și materialul de control să fie produse de acelaș producător și să fie compatibile cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Soluția în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L. Reactivele, calibratorii, și materialul de control să fie produse de acelaș producător și să fie compatibile cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	ISO, CE	Conform cerintelor
40	33696500-0	Material de control hematologic, 3 neveluri	50003832/ 50003833/ 50003834	Cehia	ERBA	Flacoane din sticlă cu capac cu volum de 3 ml, Reactivele, și materialul de control să fie de la acelaș producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Flacoane din sticlă cu capac cu volum de 3 ml, Reactivele, și materialul de control să fie de la acelaș producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	ISO, CE	Conform cerintelor
		Total							

Semnat: _____ Numele, prenumele: Iuliana PETUHOVA În calitate de: Manager Produc și Vânzări

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova