

CERERE DE PARTICIPARE

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova, Chișinău str.
Cosmescu 3)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în **Buletinul achizițiilor publice** și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 27 din 04.04.2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”* (denumirea contractului de achiziție publică), noi „Denolga Medical” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 25.05.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1680177467862
din “30” martie 2023

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova, Chișinău str.
Cosmescu 3)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”*, **prin procedura de achiziție Licitatie Publică**, pentru o durată de 160 zile, (o sută șaizeci), respectiv până la data de 17.11.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 25.05.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat
“Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1680177467862 din 30.03.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 3						
Trolu laparoscopic + accesorii	UG230/ UG604 (x2)/ HTND3H230/ ET21-1022/ ET21-1004/ UG609/ TM220/ UG510/ TM220/ UG804/ UG854/ UG811/ UG857/ 9826NB-ZW (x2)/ TZ100/ TC200/ TC300/ TH100/ 20161401-1/ 495Q/ 495SON/ 495NE (x3)/ UI500S1/ UI004 (x4)/ 031210-10 (x5 set)/ UH300E/ UF902/ 27805 (x4)/ 27806UR (x2)/	Germania	Karl Storz	Descriere Set de laparoscopie pentru vizualizare și intervenții chirurgicale. Parametrii Utilizare în sala de operație 1 unit. 4 rafturi + sertar Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în trolu Sistem de distribuție al energiei electrice încorporat în trolu (lateral sau spate) pentru a exclude conectarea multiplă al modulelor trolului la surse externe de energie electrică. Minim 4 roți antistatice și blocabile.	Descriere Set de laparoscopie pentru vizualizare și intervenții chirurgicale. Parametrii Utilizare în sala de operație 1 unit. UG230/ UG604 (x2) (pag. 1, 2, 4 CATALOG LOT 3) 4 rafturi + sertar HTND3H230 (pag. 3, CATALOG LOT 3) Stabilizator de tensiune/ transformator de izolare atașat în trolu Sistem de distribuție al energiei electrice încorporat în trolu (spate) pentru a exclude conectarea multiplă al modulelor trolului la surse externe de energie electrică (inclus în UG230, ca item sub codul UG052 (pag. 4, CATALOG LOT 3) + ET21-1022+ET21-1004	EC, ISO

26005M (x3)/ 26176LE (x2)				Suport butelie cu sistem de fixare laterala compatibil cu buteliile livrate Adaptor- fixator pentru cap-camera atasat de troliu pentru pastrarea cap-camerei . Tastatura pentru introducerea datelor pacientului si operarea modulelor troliului laparoscopic. Unitate de stocare tip USB memorie minim 32GB pentru stocarea informatiei despre pacient si video-foto la interventia chirurgicala. Monitor medical Diagonală minim 26 inch 1 unit. Afişaj activ cu matrice TFT sau LED sau analogic Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD) Unghi minim de vizualizare 178 de grade orizontal și vertical Sa asigure recepționarea si afișarea imaginii de la video procesor prin cablu. Dotat cu port de transmitere video (video-output). Suport pentru monitor - cu brat articulat din minim 2 segmente cu lungimea totala minim 0,5 m, care permite deplasarea monitorului pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stinga, anterior - posterior	(pag. 5, 6, CATALOG LOT 3)) 4 roți antistatice și blocabile. UG 609 (pag. 7, CATALOG LOT 3) Suport butelie cu sistem de fixare laterala compatibil cu buteliile livrate Adaptor- fixator pentru cap-camera atasat de troliu pentru pastrarea cap-camerei (inclus in UG230, ca item sub codul UG622 (pag. 4, 8, CATALOG LOT 3) Tastatura pentru introducerea datelor pacientului si operarea modulelor troliului laparoscopic (inclusă în TC200EN) (pag. 16 CATALOG LOT 3) Unitate de stocare tip USB memorie 32 GB pentru stocarea informatiei despre pacient si video-foto la interventia chirurgicala (inclus in TC200EN) (pag. 16 CATALOG LOT 3) TM220 (pag. 10, 11, 12 CATALOG LOT 3) Monitor medical Diagonală 27 inch - 1 unit. Afişaj activ cu matrice LED Rezoluție 1920x1080 (Full HD) Unghi de vizualizare 178 de grade orizontal și vertical Asigură recepționarea și afișarea imaginii de la video procesor prin cablu. Dotat cu port de transmitere video (video-output). UG510 (pag. 9, CATALOG LOT 3) Suport pentru monitor - cu brat articulat din 2 segmente cu lungimea totala - 0,53 m, care permite deplasarea monitorului pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stinga, anterior - posterior	
------------------------------	--	--	--	---	---	--

				Monitor medical suplimentar Diagonală minim 26 inch 1 unit. Afișaj activ cu matrice TFT sau LED sau analogic Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD) Unghi minim de vizualizare 178 de grade orizontal și vertical Pe suport vertical independent de trolu cu minim 4 roțile dintre care minim 2 blocabile cu înălțimea de minim 1.5 cu braț articulat minim 40 cm, care permite deplasarea monitorului pe ax vertical (sus-jos) Sa asigure receptionarea imaginii de la videoprosesorul de pe trolu prin tehnologie wireless (wifi, bluetooth) și prin cablu interconector cu lungimea minim 10 metri. Videoprosesor Sa asigure transmiterea imaginii prin cablu la monitorul de pe trolu 1 unit. Sa asigure reglarea intensitatea luminii a sursei de lumină în regim automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe cap-camera. Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 4	<u>TM220</u> (pag. 10, 11, 12 CATALOG LOT 3) Monitor medical suplimentar Diagonală 27 inch - 1 unit. Afișaj activ cu matrice LED Rezoluție 1920x1080 (Full HD) Unghi de vizualizare 178 de grade orizontal și vertical <u>UG804/ UG854/ UG811/ UG857</u> (pag. 13, 14 CATALOG LOT 3) Pe suport vertical independent de trolu cu 4 roți, dintre care 4 blocabile cu înălțimea de 1.5 cu braț articulat 40 cm, care permite deplasarea monitorului pe ax vertical (sus-jos) <u>9826NB-ZW (x2) + TZ100</u> (pag. 15 CATALOG LOT 3) Va asigura receptionarea imaginii de la videoprosesorul de pe trolu prin tehnologie wireless (wifi, bluetooth) și prin cablu interconector cu lungimea - 10 metri. <u>TC200/TC300</u> (pag. 16 CATALOG LOT 3, pag. 7, 26, 31, 33, 35 IFU IMAGE1 S CATALOG) Videoprosesor va asigura transmiterea imaginii prin cablu la monitorul de pe trolu - 1 unit. Va asigura reglarea intensitatea luminii a sursei de lumină în regim automat (pag. 18 CATALOG LOT 3) sau prin intermediul butoanelor setabile de pe cap-camera ((pag. 17 CATALOG LOT 3) Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale – 8 (pag. 35 IFU IMAGE1 S CATALOG)	
--	--	--	--	---	--	--

				Imagine: HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli Sa asigure stocarea datelor, video, foto de calitate inalta minim 1080p pe unitate de memorie externa conectata prin port USB de minim 2TB. Reglare automată a culorilor Functia „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al videoprocesorului si un buton setabil de pe cap-camera. Cap camera Cameră cu tehnologia 3 CCD sau 3 CMOS. 1 unit. Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli Cameră cu capacitate Full HD, cu minim 2x optic și minim 1,5X digital ZOOM Focalizare la distanță - interval de la 16 mm la 26 mm Lungimea cablului camerei - minim de 3 metri Cuplare automată pe telescop Total imersibil în dezinfectanți Filtru anti-moire sau echivalent prezent in tehnologia de constructie a cap-camerei. Cu posibilitate de sterilizare autoclavare Cu minim 2 butoane cu functii programabile. Sursa de lumina Sursă de lumină LED. 1 unit. Separat sau integrat de videoprocesor. Reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton; durata de viață garantată a lămpii, minim 10 mii de ore putere minimă, echivalentă cu lampa	Imagine: Full HD, 1920x1080 pixeli Asigură stocarea datelor, video, foto de calitate inalta 1080p pe unitate de memorie externa conectata prin port USB de 2TB.(pag.11, 12, 14, 27, 29, 33, 45 IFU IMAGE1 S CATALOG) Reglare automată a culorilor (pag. 35 IFU IMAGE1S) Functia „Automatic White Balance” este realizata de pe panoul de control al videoprocesorului si un buton setabil de pe cap-camera. (pag. 11, 13, 23, 30, 33, 35 IFU IMAGE1S CATALOG) TH100 (pag. 17, 18, 19, 20 CATALOG LOT 3 pag. 9, 13 IFU IMAGE1S H3 Camera Heads CATALOG) Cap camera Cameră cu tehnologia 3 CCD - 1 unit. Rezoluție 1920 x 1080 pixeli Cameră cu capacitate Full HD, cu 2x optic și 2X digital ZOOM Focalizare la distanță - interval de la 15 mm la 31 mm Lungimea cablului camerei - de 3 metri Cuplare automată pe telescop Total imersibil în dezinfectanți Filtru anti-moire prezent in tehnologia de constructie a cap-camerei. Cu posibilitate de sterilizare autoclavare Cu 3 butoane cu functii programabile. 20161401-1 (pag. 21 CATALOG LOT 3, pag. 11, 12, 20 IFU POWER LED 175) Sursa de lumina Sursă de lumină LED - 1 unit. Separat de videoprocesor. Reglarea modului PORNIT / STANDBY printr-un buton; durata de viață garantată a lămpii, 30	
--	--	--	--	---	--	--

				xenon de 300W reglarea intensității luminii - modul automat si manual Cu afisarea setarilor la monitorul central al troliului in cazul lipsei ecranului de afisare la sursa de lumina. Cu conectorul pentru cablul fibro-optic universal cu minim 3 tipuri de conectori: Richard Wolf, Olympus, K. Storz. Sau cu adaptori pentru fibrele enumerate existente in institutie. Cablul fibro-optic Diametru - 4-5 mm 3 unit. Lungime – minim 2.7 m Cu rotire liberă în jurul axei Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade Cu conector compatibil cu sursa de lumina livrata. Conectorul la endoscopul rigid cu filet compatibil cu endoscoapele rigide din cadrul institutiei. Insuflator Debit de insuflație reglabil – intervalul minim necesar 1-45 l / min 1 unit. Afișarea parametrilor presetati : debit, presiune, gaz consumat, nivelul de gaz in butelie cu pictograma sau date numerice la ecranul insuflatorului. Reglarea debitului de insuflație cu minimă 1 unitate.	mii de ore, echivalentă cu lampa xenon de 300W reglarea intensității luminii - modul automat si manual Cu afisarea setarilor la monitorul central al troliului – CONFIRMAT! <u>495Q+495SON</u> (pag. 23 CATALOG LOT 3) Cu adaptor pentru cablul fibro-optic universal cu 3 tipuri de conectori: Richard Wolf, Olympus, K. Storz. <u>495NE</u> (pag. 22 CATALOG LOT 3) Cablul fibro-optic Diametru – 4,8 mm - 3 unit. Lungime – 3 m Cu rotire liberă în jurul axei Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade Cu conector compatibil cu sursa de lumina livrata. Conectorul la endoscopul rigid cu filet compatibil cu endoscoapele rigide din cadrul institutiei. <u>UI500S1</u> (pag. 24, 25 CATALOG LOT 3, pag. 4, 30-33, 36, 56-64 INSTRUCTION MANUAL UI500 CATALOG) Insuflator Debit de insuflație reglabil – intervalul necesar 1-50 l / min - 1 unit. Afișarea parametrilor presetati : debit, presiune, gaz consumat, nivelul de gaz in butelie cu pictograma sau date numerice la ecranul insuflatorului. Reglarea debitului de insuflație cu - 1 unitate. (pag. 66 INSTRUCTION MANUAL UI500 CATALOG)	
--	--	--	--	---	---	--

				Reglarea presiunii intraoperatorie cu minim 1 unitate Intervalul de presiune minim necesar 3-22 mm Hg. Tub de insuflare CO2 fara filtru preinstalat cu conector tip luer pentru conectarea la trocarele din institutie, reutilizabil autoclavabil minim 4 buc. Filtre pentru filtrarea gazului insuflat compatibile cu tuburile reutilizabile mentionate si insuflatorul dat minim 50 buc. Lungimea furtunului: min 3 m Alarmer pentru presiune intraoperatorie excesiva, finisarea gazului din butelie Taste de control cu protectie impotriva umiditatii Furtun de conectare cu butelia de inalta presiune Capacitate buteliilor pentru CO2 minim 8 litri - 2 buc. Buteliile pentru gazul comprimat- cu conector tip "tata" cu filet cu marimea 1/2' sau DIN 477 conector german Diatermocoagulator Panoul frontal cu protectie impotriva umiditatii 1 unit. Ecranul tactil (touchscreen)	Reglarea presiunii intraoperatorie cu minim 1 unitate (pag. 66 INSTRUCTION MANUAL UI500 CATALOG) Intervalul de presiune necesar 1-30 mm Hg. (pag. 66 INSTRUCTION MANUAL UI500 CATALOG) (Modul de incalzire a gazului livrat pacientului abdominal) UI004 (pag. 26 CATALOG LOT 3) Tub de insuflare CO2 fara filtru preinstalat cu conector tip luer pentru conectarea la trocarele din institutie, reutilizabil autoclavabil - 4 buc. 031210-10 (pag. 27 CATALOG LOT 3) Filtre pentru filtrarea gazului insuflat compatibile cu tuburile reutilizabile mentionate si insuflatorul dat - 50 buc. Lungimea furtunului: 3 m Alarmer pentru presiune intraoperatorie excesiva, finisarea gazului din butelie (pag. 57 INSTRUCTION MANUAL UI500 CATALOG) Taste de control cu protectie impotriva umiditatii (pag. 66 INSTRUCTION MANUAL UI500 CATALOG) Furtun de conectare cu butelia de inalta presiune Capacitate buteliilor pentru CO2 10 litri - 2 buc. Buteliile pentru gazul comprimat- cu DIN 477 conector german UH300E (pag. 28 CATALOG LOT 3 + pag. 16, 17, 40-44, 73 Instruction Manual UH300E CATALOG) Diatermocoagulator Panoul frontal cu protectie impotriva umiditatii - 1 unit. Ecranul tactil (touchscreen)	
--	--	--	--	---	---	--

				Memorie de cel puțin 3 presetari pentru parametrii de lucru Porturi de operare: monopolar minim 2 buc, bipolar minim 2 buc. 4 moduri de tăiere: tăiere simplă, cu energie ridicată, combinată cu coagularea A și B. 3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray Putere de ieșire bipolară minim 90w la 100 Ω Putere de ieșire monopolară minim 300w la 300 Ω Pedală de comandă dublă pentru mediu umed Electrod neutru refolosibil din cauciuc siliconic -4 buc Cablu electrod neutru, lungime minimă 4 m -2 buc Cablu monopolar Cablu monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare, lungime de cel puțin 3m. Conector dispozitiv compatibil cu lotul de electrocoagulator de înaltă performanță Conector instrument: conector pin tata 4mm Reutilizabil, autoclavabil 134 de grade - 3 unit. Cablu bipolar Lungime de cel puțin 3 m cu conectorul pentru instrumente de tip “European flat plug”, Reutilizabil, Autoclavabilă 134 grade 2 unit. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	Memorie de 300 presetari pentru parametrii de lucru (44, 46, 47, 48, 49, 70 (5.2.2, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.11) <i>Instruction Manual UH300E CATALOG</i>)) Porturi de operare: monopolar - 2 buc, bipolar - 2 buc. 4 moduri de tăiere: tăiere simplă, cu energie ridicată, combinată cu coagularea A și B. 3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray Putere de ieșire bipolară 75w la 100 Ω Putere de ieșire monopolară 400w la 300 Ω UF902 (pag. 29 <i>CATALOG LOT 3</i>) Pedală de comandă dublă pentru mediu umed 27805 (pag. 30 <i>CATALOG LOT 3</i>) Electrod neutru refolosibil din cauciuc siliconic - 4 buc 27806UR (pag. 30 <i>CATALOG LOT 3</i>) Cablu electrod neutru, lungime 4 m -2 buc 26005M (pag. 31 <i>CATALOG LOT 3</i>) Cablu monopolar Cablu monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare, lungime de - 3m. Conector dispozitiv compatibil cu lotul de electrocoagulator de înaltă performanță Conector instrument: conector pin tata 4mm Reutilizabil, autoclavabil 134 de grade - 3 unit. 26176LE (pag. 32 <i>CATALOG LOT 3</i>) Cablu bipolar Lungime de - 3 m cu conectorul pentru instrumente de tip “European flat plug”, Reutilizabil, Autoclavabilă 134 grade - 2 unit. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	
--	--	--	--	---	---	--

				Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv	Cerințe de certificare: Anul producerii 2023. Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu – <u>CONFIRMAT!</u> Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție - <u>CONFIRMAT!</u> În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală - <u>CONFIRMAT!</u> Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. <u>CONFIRMAT!</u> Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv	
Lot 12						
Tonometru Goldman	AT020 cu suport	Germania	Carl Zeiss	Tonometru pentru determinarea tensiunii intraoculare asistat de lampa cu fantă. Suport de fixare la lampa cu fantă Zeiss SL 120 din dotarea spitalului;	Se oferă: Tonometru pentru determinarea tensiunii intraoculare asistat de lampa cu fantă (<i>IFU LOT 12 și BROȘURA LOT 12</i>). Suport de fixare la lampa cu fantă Zeiss SL 120 din dotarea spitalului (<i>IFU LOT 12, PAG. 8, 9</i>);	EC, ISO

				Cu mecanism de axare în fața binocularilor la necesitate; Diapazonul necesar de măsurări (minim): 0 - 80 mmHg; Pasul de măsurări (maxim): 2 mmHg; Bara de calibrare cu minim 6 puncte. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	Cu mecanism de axare în fața binocularilor la necesitate (<i>IFU LOT 12, PAG. 9</i>); Diapazonul necesar de măsurări: 0 - 80 mmHg (0 - 78.4 mN) (<i>IFU LOT 12, PAG. 20, 21, BROȘURA LOT 12, PAG. 2</i>); Pasul de măsurări: 2 mmHg (1,96 mN) (<i>IFU LOT 12, PAG. 20, 24, BROȘURA LOT 12, PAG. 2</i>); Bara de calibrare cu 6 puncte (<i>IFU LOT 12, PAG. 19</i>). Cerințe de certificare: Anul producerii 2023 - CONFIRMAT! Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării - CONFIRMAT! Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu – CONFIRMAT! Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu – CONFIRMAT! În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală - CONFIRMAT! Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h - CONFIRMAT! Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză – CONFIRMAT!	
Lot 19						
Lampă cu fantă, ocular 10x	SL120 system/ IT1060.i/ SL IMAGING SOLUTION	Germania	Carl Zeiss	Binocular cu oculari de 10x sau 12,5, cu ajustare dioptrică de la -7D până la +7D;	Binocular cu oculari de 10x, cu ajustare dioptrică de la -8D până la +8D (<i>DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 48</i>)	EC, ISO

				Mărirea în minim 5 trepte: 5x/ 6x, 8x/ 10x, 12x/ 16x, 20x/ 25x, 32x/ 40x; Distanța de lucru (la treapta maximă de mărire), între prisma cu fantă și ochiul pacientului, pentru utilizarea lentilei Goldman sau Volk minim : 60 mm; Ajustarea fantei pe orizontal(diapazonul minim): 0 - 14 mm (continuu); Ajustarea fantei pe vertical(diapazonul minim): 1 - 14 mm(trepte și continuu); Ajustarea unghiul de înclinare (diapazonul minim): 0° - 20°; Unghiul de rotire dreapta/stânga a prisme cu fanta (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea inițială 0°; Unghiul de rotire dreapta/stânga a binocularilor (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea inițială 0°;	Mărirea în 5 trepte: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x (<i>BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 17, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE, PAG. 5</i>); Distanța de lucru (la treapta maximă de mărire), între prisma cu fantă și ochiul pacientului, pentru utilizarea lentilei Goldman: 65 mm (<i>BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 14, 48</i>); Ajustarea fantei pe orizontal (diapazonul): 0 - 14 mm (continuu) (<i>BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 18, 48</i>); Ajustarea fantei pe vertical (diapazonul): 1 - 14 mm (trepte și continuu) (<i>BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 18, 48</i>); Ajustarea unghiul de înclinare (diapazonul): 0° - 20° (<i>BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 48</i>); Unghiul de rotire dreapta/stânga a prisme cu fanta (diapazonul): 0° - 180°, fixarea inițială 0° (<i>BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 48</i>); Unghiul de rotire dreapta/stânga a binocularilor (diapazonul): 0° - 180°, fixarea inițială 0°(<i>BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 48</i>);	
--	--	--	--	--	---	--

				Deplasarea bazei manevrat de joystick; Deplasarea laterala a bazei minim: 100 mm ; Deplasarea adâncime a bazei minim: 90 mm ; Deplasarea înălțimii a bazei minim: 25 mm ; Reglarea înălțimii bărbiei minim: 50 mm; Filtre: albastru cobalt, verde; Reglarea fluxului de lumină de la minim (lipsa iluminării) până la maxim; Temperatura culorii : 3300°K ± 300. Suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile;	Deplasarea bazei manevrat de joystick (<i>BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 2, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 14, 19, 30</i>); Deplasarea laterala a bazei: 110 mm (<i>BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 48</i>); Deplasarea adâncime a bazei: 90 mm (<i>BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 48</i>); Deplasarea înălțimii a bazei: 30 mm (<i>BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 48</i>); Reglarea înălțimii bărbiei: 58 mm (<i>DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 48</i>); Filtre: albastru cobalt, verde (<i>BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 48</i>); Reglarea fluxului de lumină de la minim (lipsa iluminării) până la maxim (<i>BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 19, 29, 30</i>); Temperatura culorii : 3350°K Se oferă modelul IT1060.i - Suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile (<i>UNIVERSAL</i>	
--	--	--	--	---	--	--

				Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Dispozitivul să fie dotat cu aparat foto pentru capta imaginea vizualizată de utilizator și ocular pentru asistent sau: - o cameră incorporată cu rezoluția minim 2592 x 1944 pixeli; - calculator cu spațiu de stocare minim 250GB; - monitor cu rezoluția minim 1920 x 1080 pixeli; - periferia: tastatură, maus și minim 1 port USB pentru export în format PDF sau JPG. Accesorii: Lampă de rezervă - 10 unit. (în cazul oferiței cu LED este necesar doar 1 unit.) Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022.	<i>INSTRUMENT TABLES DOCUMENTATION SET, PAG. 13, 28, BROȘURA INSTRUMENT TABLES IT1060 & IT760, PAG 2);</i> Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz.(<i>BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PAG. 48);</i> Dispozitivul va fi dotat cu: SL IMAGING SOLUTION - o cameră incorporată cu rezoluția 4912 x 3680 pixeli (<i>BROȘURA ZEISS SL IMAGING SOLUTION, PAG. 7, SL IMAGING SOLUTION DOCUMENTATION SET, PAG. 119);</i> - calculator cu spațiu de stocare - 250GB (<i>BROȘURA ZEISS SL IMAGING SOLUTION, PAG. 7, SL IMAGING SOLUTION DOCUMENTATION SET, PAG. 34);;</i> - monitor cu rezoluția 1920 x 1080 pixeli (<i>BROȘURA ZEISS SL IMAGING SOLUTION, PAG. 7);</i> - periferia: tastatură, maus și 2 porturi USB pentru export în format PDF, JPG, MP4, DICOM (<i>BROȘURA ZEISS SL IMAGING SOLUTION, PAG. 7);.</i> Accesorii: Lampă de rezervă - 10 unit. Cerințe de certificare: Anul producerii 2023 – CONFIRMAT!	
--	--	--	--	--	--	--

				Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv	Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării - CONFIRMAT! Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu - CONFIRMAT! Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție - CONFIRMAT! În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. - CONFIRMAT! Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. - CONFIRMAT! Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză - CONFIRMAT! Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. - CONFIRMAT! Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv - CONFIRMAT!	
Lot 20						
Bronhoscop cu canal 2.0 mm	11001BNK1 / 20161201	Germania	Karl Storz	“ Câmpul de vedere: $120^{\circ} \pm 5^{\circ}$ Înclinarea câmpului vizual: 0°. Adâncimea câmpului vizual (diapazonul minim): 3mm - 50 mm. Diametru capului distal: $4.9 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$	<i>Catalog LOT 20</i> Câmpul de vedere: 110° Înclinarea câmpului vizual: 0°. Adâncimea câmpului vizual: 3mm - 50 mm. Diametru capului distal: 5.2 mm	EC, ISO

				Diametru tubului de inserție: 5 mm ± 0.1 mm”. Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 130°. Lungimea de lucru (minim): 600 mm. Canal instrumentar (minim): 2.0 mm Accesorii compatibili cu dispozitivul propus: Sursa de lumină cu flux reglabil (minim 150 W) halogen sau LED spectru cald echivalent la 150W - 1 unit. Lampă de halogen de rezervă - 2 unit. (doar în cazul oferirii surei de lumina cu lampă halogen, în cazul oferirii cu LED nu este necesar rezevă.) Piesă bucală -2 unit. Tester automat - 1 unit. Pensă de biopsie- 2 unit. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.	Diametru tubului de inserție: 5 mm . Capacitate de flexiune: sus 180°, jos 100°. Lungimea de lucru: 540 mm. Canal instrumentar: 2.3 mm Accesorii compatibili cu dispozitivul propus: Sursa de lumină cu flux reglabil LED spectru cald echivalent la 150W – 1 unit. Lampă de halogen de rezervă - 2 unit. - s-a oferit LED care nu necesită rezevă Piesă bucală - 2 unit, inclus in set. Tester automat - 1 unit, inclus in set Pensă de biopsie - 10 unit, inclus in set. Cerințe de certificare: Anul producerii 2023 - <i>CONFIRMAT</i> Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării - <i>CONFIRMAT</i> Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu - <i>CONFIRMAT</i> Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. - <i>CONFIRMAT</i> În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. - <i>CONFIRMAT</i>	
--	--	--	--	---	--	--

				Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. - <i>CONFIRMAT</i> Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză - <i>CONFIRMAT</i> Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. - <i>CONFIRMAT</i> Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. - <i>CONFIRMAT</i>	
Lot 21						
Bronhoscop cu canal 3.0 mm	11009BCK1/ 20161201	Germania	Karl Storz	“ Câmpul de vedere: $120^{\circ} \pm 5^{\circ}$ Înclinarea câmpului vizual: 0°. Adâncimea câmpului vizual (diapazonul minim): 3 mm - 50 mm. Diametru capului distal: $5.9 \text{ mm} \pm 0.3 \text{ mm}$” Diametru tubului de inserție: $6.0 \text{ mm} \pm 0.2 \text{ mm}$”. Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 130°. Lungimea de lucru (minim): 600 mm. Canal instrumentar (minim): 3.0 mm Accesorii compatibile cu dispozitivul propus: Sursa de lumină cu flux reglabil (minim 150 W) halogen sau LED spectru cald echivalent la 150W – 1 unit.	<i>Catalog LOT 21</i> Câmpul de vedere: 110° Înclinarea câmpului vizual: 0°. Adâncimea câmpului vizual: 3 mm - 50 mm. Diametru capului distal: 5.6 mm Diametru tubului de inserție: 6.0 mm. Capacitate de flexiune: sus 180°, jos 100°. Lungimea de lucru: 540 mm. Canal instrumentar: 2.6 mm Accesorii compatibile cu dispozitivul propus: Sursa de lumină cu flux reglabil LED spectru cald echivalent la 150W – 1 unit.	EC, ISO

				Lampă de halogen de rezervă - 2 unit. (doar în cazul oferirii surei de lumina cu lampa halogen, în cazul oferirii cu LED nu este necesar rezervă.) Piesă bucală -2 unit. Tester automat - 1 unit. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.	Lampă de halogen de rezervă - 2 unit. - s-a oferit LED care nu necesită rezervă Piesă bucală - 2 unit, inclus in set Tester automat - 1 unit, inclus in set Cerințe de certificare: Anul producerii 2023.- <i>CONFIRMAT</i> Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării. - <i>CONFIRMAT</i> Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu - <i>CONFIRMAT</i> Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. - <i>CONFIRMAT</i> În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. - <i>CONFIRMAT</i> Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. - <i>CONFIRMAT</i> Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.	
--	--	--	--	---	---	--

				Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv	Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv	
Lot 25						
Trolu ORL	UG230/ UG604 (x2)/ TM220/ UG500/ TC200EN/ TC300/ TH100/ 20161401-1/ 495NCSC (x2)/ 7230AWA (x2)/ 7230FWA (x2)/ 7230CWA (x2)/ UH300E/ UF902/ 400D/ 20010270/ 27802 (x2)/ 27806US (x2)/ 844320 (x2)/ 847000E (x2)/ 839317/ 839312/ 839315N/ 26005M (x2)/ UM600-1/ UM601/ UP611/ 031531-10/ 20261033/ 40712035/ 262570/ 41250RA/ 41200RA/ 031131-10/ 40712090/280053 (x3)/ 400D/ ET21-1022/ ET21-1004	Germania	Karl Storz	1. Trolu – 1buc. • Cu 4 rafturi + sertar. • Roți antistatice și blocabile. • Cu canale de amplasare a cablurilor de alimentare sau sistem de distribuție al alimentarea integrat în suporturile laterale ale trolului. • Cu posibilitatea fixării suportului pentru monitor specificat mai jos. • Cu atașament instalat pe trolu pentru păstrarea cap-camerei indicate mai jos. 2. Monitor- 1 buc. • Rezoluția: minim Full HD,1080p. • Diagonala display minim 26 inch. • Format afișare imagine: 16:9. • Sursa de alimentare: 220V ± 10V, 50Hz sau prin adaptor de alimentare. • Fixare: suport pentru monitor atașat de/pe trolu cu înălțime ajustabila, rotație pe axa orizontală minim 30° în ambele direcții. Posibilitatea de a inclina monitorul (sus-jos) \\ Porturi pentru video intrare minim: 2x DVI, • Porturi pentru video ieșire minim: 1x DVI, 3. Video-procesor-1 buc.	UG230/ UG604 (x2) (pag. 1, 1.1, 1.2 CATALOG LOT 25) 1. Trolu – 1buc. • Cu 4 rafturi + sertar. • Roți antistatice și blocabile. • Cu canale de amplasare a cablurilor de alimentare sau sistem de distribuție al alimentarea integrat în suporturile laterale ale trolului. • Cu posibilitatea fixării suportului pentru monitor specificat mai jos. • Cu atașament instalat pe trolu pentru păstrarea cap-camerei indicate mai jos. TM220 (pag.2, 3, 4 CATALOG LOT 25) 2. Monitor- 1 buc. • Rezoluția: Full HD, 1920 x 1080p. • Diagonala display - 27 inch. • Format afișare imagine: 16:9. • Sursa de alimentare: 100-240V, 50/60 Hz UG500 (pag.5 CATALOG LOT 25) • Fixare: suport pentru monitor atașat pe trolu cu înălțime ajustabila, rotație pe axa orizontală 360° în ambele direcții. Posibilitatea de a inclina monitorul (sus-jos) • Porturi pentru video intrare: 2x DVI, 1x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x S-Video (pag.3 CATALOG LOT 25) • Porturi pentru video ieșire: 1x DVI, 1x3G SDI (pag.3 CATALOG LOT 25) TC200EN/ TC300 (pag. 6 CATALOG LOT 25) 3. Video-procesor-1 buc.	EC, ISO

				• Compatibil cu cap-camera indicata mai jos. • Reglare automată a culorilor. • Reglare automată a intensității luminii. • Posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 4 • Port USB minim 1, compatibil cu unitățile de stocare tip USB de la minim 4gb până la 1TB. • Porturi de video out minim: DVI x2. • Video out cu rezoluția minim 1920x1080p. • Cabluri de interconectare la monitor si alte module suplimentare incluse in set minim 1 buc DVI. • Alimentare 220V ± 10V, 50Hz, cu cablu de alimentare inclus. • Unitate flash USB minim 8GB pentru înregistrarea imaginilor si video din timpul intervențiilor chirurgicale • Tastatura USB rezistentă la umiditate din silicon sau alte materiale destinate înregistrării pacienților in sistem. 4. Cap-camera- 1 buc. • Tehnologia de captare a imaginii minim 3CCD sau 3CMOS cu cip integrat. • Rezoluția minim FULL HD 1920 x 1080 pixeli.	• Compatibil cu cap-camera indicata mai jos - DA • Reglare automată a culorilor (<i>pag. 35 IFU IMAGE1S</i>) • Reglare automată a intensității luminii (<i>pag. 31 IFU IMAGE1S</i>) • Posibilitatea presetărilor și setărilor individuale 8 (<i>pag. 35 IFU IMAGE1S</i>) • Port USB – 4 (2 în față + 2 în spate), compatibil cu unitățile de stocare tip USB de 32 GB. • Porturi de video out: DVI x2, 1x3G-SDI. • Video out cu rezoluția: 1920x1080p. • Cabluri de interconectare la monitor si alte module suplimentare incluse in set: DVI-D – 1 buc, SCB cablu de conectare – 1 buc, cablu principal – 1 buc. • Alimentare 220V ± 10V, 50Hz, cu cablu de alimentare inclus – <i>Da, CONFIRMAT</i> • Unitate flash USB 32 GB pentru înregistrarea imaginilor si video din timpul intervențiilor chirurgicale - <i>Da, CONFIRMAT</i> • Tastatura USB rezistentă la umiditate din silicon sau alte materiale destinate înregistrării pacienților in sistem. <i>Da, CONFIRMAT</i> TH100 (<i>pag.7, 7.1, 7.2 CATALOG LOT 25, pag. 7, 8, 9, 11, 12, 15 IFU IMAGE1 S H3 Camera Heads catalog, pag. 35 IFU IMAGE1S</i>) 4. Cap-camera- 1 buc. • Tehnologia de captare a imaginii 3CCD cu cip integrat. • Rezoluția FULL HD 1920 x 1080 pixeli.	
--	--	--	--	--	--	--

				• Cameră cu capacitate Full HD, cu 2x optic și 1,5X digital ZOOM. • Focalizare la distanță - interval de la 16 mm la 26 mm. • Lungimea cablului camerei - nu mai puțin de 3 metri. • Cuplare automată pe telescop. • Adaptor video integrat în camera cu capac. • Total imergibil în dezinfectanți. • Adaptor video autoclavabil. • Filtru moire inclus. • Sterilizabila. 5. Sursa de lumina- 1 buc. • Sursă de lumină LED, intensificarea lămpii - reglare continuă cu buton; • Modul separate de restul utilajelor. • Reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton. • Durata de viață garantată a lămpii, minim 10 mii de ore. • putere minimă, echivalentă cu lampa xenon de 180W. • reglarea intensității luminii - modul automat. • reglarea intensității luminii - modul manual.	• Cameră cu capacitate Full HD, cu 2x optic și 1-2 X digital ZOOM. • Focalizare la distanță - interval de la 15 mm la 31 mm. • Lungimea cablului camerei - de 3 metri. • Cuplare automată pe telescop. • Adaptor video integrat în camera cu capac. • Total imergibil în dezinfectanți. • Adaptor video autoclavabil. • Filtru moire inclus. • Sterilizabila. <u>20161401-1</u> (pag.8, 9 CATALOG LOT 25, pag. 11, 12 IFU POWER LED 175) 5. Sursa de lumina- 1 buc. • Sursă de lumină LED, intensificarea lămpii - reglare continuă cu buton; • Modul separate de restul utilajelor. • Reglarea modului PORNIT STANDBY printr-un buton. • Durata de viață garantată a lămpii, 30 mii de ore. • putere echivalentă cu lampa xenon de 350W. • reglarea intensității luminii - modul automat (via SCB). • reglarea intensității luminii - modul manual (via SCB, via membrane keyboard)	
--	--	--	--	--	---	--

			• Alimentare 220V $\pm$ 10V, 50Hz, cu cablu de alimentare inclus. 6. Cablu fibro-optic- 2 buc. • Cu conector compatibil cu sursa de lumina livrata. • Diametru - 4-5 mm. • Lungime - 3 m, +/- 0,5 m. • Cu rotire liberă în jurul axei. • Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade. • Compatibil cu endoscoapele livrate menționate mai jos. 7. Endoscop rigid /Telescop optic /Sinusoscop - 2 buc. • Endoscop rigid, unghi de vizualizare lateral - 0°. • Rezoluție minim HD. • Diametru exterior – 4mm $\pm$ 1mm. • Lungime – 18 cm $\pm$ 2 cm. • Transmiterea luminii prin fibră optică încorporată în sistemul optic. • Lentile din safir rezistente la agenți chimici, termici și mecanici. • Unghi larg de vizualizare.	• Alimentare 220V $\pm$ 10V, 50Hz, cu cablu de alimentare inclus – <i>Da, CONFIRMAT</i> 495NCSC (pag.10 CATALOG LOT 25) 6. Cablu fibro-optic- 2 buc. • Cu conector compatibil cu sursa de lumina livrata – <i>Da, CONFIRMAT</i> • Diametru – 4.8 mm. • Lungime – 2,5 m. • Cu rotire liberă în jurul axei. • Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade. • Compatibil cu endoscoapele livrate menționate mai jos. <i>Da, CONFIRMAT</i> 7230AWA (pag.11, 11.1 CATALOG LOT 25) 7. Endoscop rigid /Telescop optic /Sinusoscop de - 2 buc. • Endoscop rigid, unghi de vizualizare lateral - 0°. • Rezoluție HD. • Diametru exterior – 4 mm. • Lungime – 18 cm. • Transmiterea luminii prin fibră optică încorporată în sistemul optic – <i>Da, CONFIRMAT.</i> • Lentile din safir rezistente la agenți chimici, termici și mecanici – <i>Da, CONFIRMAT</i> • Unghi larg de vizualizare.	
--	--	--	---	---	--

			• Autoclavabil la 132°C -134°C. 8. Endoscop rigid /Telescop optic /Sinusoscop de 45 ° - 2 buc. • Endoscop rigid, unghi de vizualizare lateral - 45°. • Rezoluție minim HD. • Diametru exterior – 4mm ± 1mm. • Lungime – 18 cm ± 2 cm. • Transmiterea luminii prin fibră optică încorporată în sistemul optic. • Lentile din safir rezistente la agenți chimici, termici și mecanici. • Unghi larg de vizualizare. • Autoclavabil la 132°C -134°C. 9. Endoscop rigid /Telescop optic /Sinusoscop de 70 ° - 2 buc. • Endoscop rigid, unghi de vizualizare lateral - 70°. • Rezoluție minim HD. • Diametru exterior – 4mm ± 1mm. • Lungime – 18 cm ± 2 cm. • Transmiterea luminii prin fibră optică încorporată în sistemul optic.	• Autoclavabil la 132°C -134°C. <u>7230FWA</u> (pag.11, 11.1 CATALOG LOT 25) 8. Endoscop rigid /Telescop optic /Sinusoscop de 45 ° - 2 buc. • Endoscop rigid, unghi de vizualizare lateral - 45°. • Rezoluție HD. • Diametru exterior – 4 mm. • Lungime – 18 cm. • Transmiterea luminii prin fibră optică încorporată în sistemul optic – <u>Da, CONFIRMAT.</u> • Lentile din safir rezistente la agenți chimici, termici și mecanici - <u>Da, CONFIRMAT.</u> • Unghi larg de vizualizare. • Autoclavabil la 132°C -134°C. <u>7230CWA</u> (pag.11, 11.1 CATALOG LOT 25) 9. Endoscop rigid /Telescop optic /Sinusoscop de 70 ° - 2 buc. • Endoscop rigid, unghi de vizualizare lateral - 70°. • Rezoluție: HD. • Diametru exterior – 4 mm. • Lungime – 18 cm. • Transmiterea luminii prin fibră optică încorporată în sistemul optic - <u>Da, CONFIRMAT.</u>	
--	--	--	--	--	--

				• Lentile din safir rezistente la agenți chimici, termici și mecanici. • Unghi larg de vizualizare minim 170 grade. • Autoclavabil la 132°C -134°C. 10. Diatermocoagulator – 1buc. • Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz • Canale de ieșire: Monopolar: 1 canale izolate; • Comutator de mână – Da; • Comutator de picior – Da; • Bipolar: 1 canale izolate; • Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere: Putere: 1-50W, rezistența 500 Ohm, discreție 1W; Coagulare: Putere: 10-50W, rezistența 500 Ohm, discreție 1W; Bipolar: Tăiere: Putere: 1-50 W, rezistența 200 Ohm, discreție 1W; Coagulare: Putere: 1-50 W, rezistența 200 Ohm, discreție 1W; • Mod coagulare: Coagulare moderată, Coagulare forțată, Coagulare prin pulverizare • Dozarea automată a puterii - Da; • Funcție de autotestare – Da;	• Lentile din safir rezistente la agenți chimici, termici și mecanici - <u>Da, CONFIRMAT.</u> • Unghi larg de vizualizare 170 grade. • Autoclavabil la 132°C -134°C. <u>UH300E</u> (pag.12, 12.1, 12.2, CATALOG LOT 25 + Instruction manual UH300E, pag. 96-156) 10. Diatermocoagulator – 1buc. • Frecvența: cuprinsă între 350 KHz și 1 MHz • Canale de ieșire: Monopolar: 1 canale izolate - <u>Da, CONFIRMAT;</u> • Comutator de mână – <u>Da, CONFIRMAT</u> • Comutator de picior – Da, CONFIRMAT • Bipolar: 1 canale izolate - <u>Da, CONFIRMAT, poate fi extins la 2;</u> • Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere: Putere: 1-50W, rezistența 500 Ohm, discreție 1W; Coagulare: Putere: 10-50W, rezistența 500 Ohm, discreție 1W; Bipolar: Tăiere: Putere: 1-50 W, rezistența 200 Ohm, discreție 1W; Coagulare: Putere: 1-50 W, rezistența 200 Ohm, discreție 1W; • Mod coagulare: Coagulare moderată, Coagulare forțată, Coagulare prin pulverizare • Dozarea automată a puterii - Da; • Funcție de autotestare – Da;	
--	--	--	--	---	--	--

				• Canal de ieșire independentă – Da; • Indicatoare: Acustic si Vizual. • Electrosecuritate: Clasa de protecție I; Tip CF; • Porturile monopolare cu posibilitatea de conectarea cu piesele de mina de tip Valleylab/Conmed/Bowa sau echivalentul acestora, (cu 3 pini de 4 mm) • Portul monopolar cu port de tip „mama” 4 mm – pentru cablurile monopolare aflate in dotare in cadrul instituției. Accesorii: • Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc. • Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc. • Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc. • Electrode netru de cauciuc autoclavabil cu cablu interconector cu lungimea de minim 3 metri.-2 seturi • Pensa bipolară tip baioneta cu port de aspirație integrat amplasat pe vârf si port pentru conectarea tubului de aspirație. Vârful cu lățimea 1.4mm ± 0.1mm, lungimea 200mm ± 10 mm. Exemplul de	• Canal de ieșire independentă – Da; • Indicatoare: Acustic si Vizual. • Electrosecuritate: Clasa de protecție I; Tip CF; • Porturile monopolare cu posibilitatea de conectarea cu piesele de mina de tip Valleylab/Conmed/Bowa sau echivalentul acestora, (cu 3 pini de 4 mm) • Portul monopolar cu port de tip „mama” 4 mm – pentru cablurile monopolare aflate in dotare in cadrul instituției. Accesorii: <u>UF902</u> (pag.13 CATALOG LOT 25) • Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare - 3m, 1 buc. <u>400D</u> (pag.28 CATALOG LOT 25) • Cablu de alimentare 220V, lungimea 4 m - 1 buc. <u>20010270</u> (pag.14 CATALOG LOT 25) • Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului 5 m - 1 buc. <u>27802/ 27806US</u> (pag.15 CATALOG LOT 25) • Electrode netru de cauciuc autoclavabil cu cablu interconector cu lungimea de 3 metri.- 2 seturi <u>844320</u> (pag.16 CATALOG LOT 25) • Pensa bipolară tip baioneta cu port de aspirație integrat amplasat pe vârf si port pentru conectarea tubului de aspirație. Vârful cu lățimea 1.4 mm, lungimea 200 mm.– 2 buc. + <u>847000E</u>	
--	--	--	--	--	---	--

				referința :a vedea Karl Storz Ref cod: 844320. – 2 buc. + cablu de interconectare la Diatermocoagulator, autoclavabil – 2 buc. • Piesa monopolară angulară pentru coagulare și aspirare. Cu conector pentru cablu monopolar cu posibilitatea de conectarea cu diatermocoagulatorul și port pentru tubul de aspirare. Diametrul exterior 3mm, lungimea de lucru 17cm ± 10mm. – 1buc. • Piesa monopolară angulară, izolată cu punctul de contact pentru coagulare neizolată amplasat distal. Diametru exterior 3.5mm ± 0.1mm, lungimea de lucru 12cm ± 10mm. Cu conector pentru cablu monopolar cu posibilitatea de conectarea cu diatermocoagulatorul și port pentru tubul de aspirare. -1 buc. • Piesa monopolară angulară curbă în partea superioară, flexibilă. Cu conector pentru cablu monopolar cu posibilitatea de conectarea cu diatermocoagulatorul și port pentru tubul de aspirare. Diametrul exterior 4mm ± 0.1mm, lungimea de lucru 15 cm ± 10mm – 1 buc. • Cablu monopolar pentru conectarea instrumentelor compatibil cu piesele monopolare enumerate mai sus. – 2 buc. • Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul.	(pag.18 CATALOG LOT 25) cablu de interconectare la diatermocoagulator, autoclavabil – 2 buc. 839317 (pag.17 CATALOG LOT 25) • Piesa monopolară angulară pentru coagulare și aspirare. Cu conector pentru cablu monopolar cu posibilitatea de conectarea cu diatermocoagulatorul și port pentru tubul de aspirare. Diametrul exterior 3mm, lungimea de lucru 17cm – 1buc. 839312 (pag.17 CATALOG LOT 25) • Piesa monopolară angulară, izolată cu punctul de contact pentru coagulare neizolată amplasat distal. Diametru exterior 3.5 mm, lungimea de lucru 12 cm. Cu conector pentru cablu monopolar cu posibilitatea de conectarea cu diatermocoagulatorul și port pentru tubul de aspirare. -1 buc. 839315N (pag.13 CATALOG LOT 25) • Piesa monopolară angulară curbă în partea superioară, flexibilă. Cu conector pentru cablu monopolar cu posibilitatea de conectarea cu diatermocoagulatorul și port pentru tubul de aspirare. Diametrul exterior 4 mm, lungimea de lucru 15 cm – 1 buc. 26005M (pag.19 CATALOG LOT 25) • Cablu monopolar pentru conectarea instrumentelor compatibil cu piesele monopolare enumerate mai sus. – 2 buc. • Notă: Accesoriile vor fi produse de același producător ca și dispozitivul UM600-1/ UM601/ UP611/ 031531-10/ 20261033 (UNIDRIVE SELECT CATALOG, pag.	
--	--	--	--	---	---	--

			• Cu canal de aspirare integrat. • Cu canal de aspirare integrat. • Complet imersibil in lichide. • Autoclavabil la 134°C. • Adaptor universal pentru cuplarea inserturilor. • Miner ajustabil atașabil pentru piesa de mina, angulara. • Spray universal cu duză de pulverizare pentru curățarea și lubrifierea pieselor de mână. 3 buc • Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m. 1 buc • Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m. 1 buc. • Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu	• Cu canal de aspirare integrat. • Cu canal de aspirare integrat. • Complet imersibil in lichide. • Autoclavabil la 134°C. • Adaptor universal pentru cuplarea inserturilor. <u>40712090</u> (pag.26, CATALOG LOT 25 UNIDRIVE SELECT CATALOG, pag. 21) • Miner ajustabil atașabil pentru piesa de mina, angulara. <u>280053</u> (pag.26, CATALOG LOT 25) • Spray universal cu duză de pulverizare pentru curățarea și lubrifierea pieselor de mână - 3 buc <u>400D</u> (pag.28 CATALOG LOT 25) • Cablu de alimentare 220V, lungimea 4 m - 1 buc <u>ET21-1022/ ET21-1004</u> (pag.29, 30 CATALOG LOT 25) • Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului 5 m. - 1 buc. • Notă: Accesoriile vor fi produse de același producător ca și dispozitivul - DA Cerințe de certificare: Anul producerii 2023. Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu - CONFIRMAT!	
--	--	--	--	--	--

				Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție - CONFIRMAT! În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. - CONFIRMAT! Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h - CONFIRMAT! Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză - CONFIRMAT! Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. - CONFIRMAT! Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv - CONFIRMAT!	
Lot 46						
Autorefractokeratometru	VISUREF 150/ IT 760.i	Germania	Carl Zeiss	Măsurări: diametrul minim al pupilei 2 mm; refracție (diapazoanele minime necesare): sfera de la -25D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D;	Măsurări: diametrul pupilei 2 mm (<i>pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 113 Documentation set VISUREF 150</i>); refracție (diapazoanele): sfera de la -25D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D (<i>pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 113 Documentation set VISUREF 150</i>); cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D (<i>pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 113 Documentation set VISUREF 150</i>);	EC, ISO

				axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1°; keratometrie (diapazoanele minime necesare): raza de curbura a corneei de la 5.00 până la 10.00 mm, cu pasul 0.01 mm; putere de refracție de la 33.00 până la 67.00 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; astigmatism : să asigure măsurările în intervalul de la -10D până la +10D cu pasul 0.12D și 0.25D; axa 1 - 180°, cu pasul 1°; măsurarea distanței interpupilare: automat; manual (de la 20 mm până la 80 mm, pasul 1mm). deplasarea bazei manevrat de joystic; reglarea înălțimii bărbiei motorizată: minim 50 mm; interfețe pentru import/export date: USB, LAN; imprimantă incorporată;	axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1° (pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 113 Documentation set VISUREF 150); keratometrie (diapazoanele): raza de curbura a corneei de la 5.00 până la 10.00 mm, cu pasul 0.01 mm (pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 113 Documentation set VISUREF 150); ; putere de refracție de la 33.00 până la 67.00 D, cu pasul 0.12D și 0.25D (pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 113 Documentation set VISUREF 150); astigmatism : să asigure măsurările în intervalul de la -10D până la +10D cu pasul 0.12D și 0.25D (pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 113 Documentation set VISUREF 150); axa 1 - 180°, cu pasul 1° (pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 113 Documentation set VISUREF 150); măsurarea distanței interpupilare: automat; manual (de la 10 mm până la 85 mm, pasul 1mm) (pag. 113 Documentation set VISUREF 150); deplasarea bazei manevrat de joystic (pag. 14, 16, 38, 51, 58, 60, 66, 73 Documentation set VISUREF 150); reglarea înălțimii bărbiei motorizată: 65 mm (pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 113 Documentation set VISUREF 150); interfețe pentru import/export date: USB, LAN (pag. 4, VISUREF 150 Broșura);	
--	--	--	--	---	---	--

				monitor LCD tactil color minim 5.5 inch; suport cu înălțimea reglabilă electric și minim 2 roți, dacă 4 roți cu sistem de blocare; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți. Stic pentru export minim 16 GB -2 bucăți Simulator de testare – 1 bucată. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.	imprimantă incorporată (pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 113 Documentation set VISUREF 150); monitor TFT LCD tactil color 7 inch (pag. 113 Documentation set VISUREF 150);; suport cu înălțimea reglabilă electric și 2 roți, alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz (Model: IT 760.i, pag. 2, Instrument tables IT10600 and IT 760 Broșură); Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți (pag. 6, 113 Documentation set VISUREF 150, 2 buc in set standard + 8 adiționale); Stic pentru export 32 GB -2 bucăți (inclus în set) Simulator de testare – 1 bucată (pag. 6, 78, 80 Documentation set VISUREF 150); Cerințe de certificare: Anul producerii 2023 - CONFIRMAT! Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării - CONFIRMAT! Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu - CONFIRMAT! Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu - CONFIRMAT! Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală - CONFIRMAT!	
--	--	--	--	---	--	--

				Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv	Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h - CONFIRMAT! Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. - CONFIRMAT! Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv - CONFIRMAT!	
Lot 50 Autorefractometru	VISUREF 150/ IT 760.i	Germania	Carl Zeiss	Măsurări: distanța vertex (diapazonul minim necesar): 0 – 15 mm; diametrul minim al pupilei 3 mm; refracție (diapazoanele minime necesare): sfera de la -25D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1°; măsurarea distanței interpupilare: automat; manual (de la 20 mm până la 80 mm, pasul 1mm).	Măsurări: distanța vertex: 0 – 15 mm (<i>pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 93, 113 Documentation set VISUREF 150</i>); diametrul pupilei 2 mm (<i>pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 113 Documentation set VISUREF 150</i>); refracție (diapazoanele necesare): sfera de la -25D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D (<i>pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 113 Documentation set VISUREF 150</i>); cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D (<i>pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 113 Documentation set VISUREF 150</i>); axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1° (<i>pag. 4, VISUREF 150 Broșura; pag. 113 Documentation set VISUREF 150</i>); măsurarea distanței interpupilare: automat; manual (de la 10 mm până la 85 mm, pasul 1mm) - (<i>pag. 113 Documentation set VISUREF 150</i>);	EC, ISO

				deplasarea bazei manevrat de joystick; reglarea înălțimii bărbiei motorizată minim 50 mm; interfețe pentru import/export date: USB, LAN; imprimantă incorporată; monitor LCD tactil color minim 5.5 inch; suport cu înălțimea reglabilă electric și minim 2 roți, dacă 4 roți cu sistem de blocare; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți. Stic pentru export minim 16 GB -2 bucăți Simulator de testare – 1 bucată. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.	deplasarea bazei manevrat de joystick (pag. 14, 16, 38, 51, 58, 60, 66, 73 <i>Documentation set VISUREF 150</i>); reglarea înălțimii bărbiei motorizată 65 mm (pag. 4, <i>VISUREF 150 Broșura</i>; pag. 113 <i>Documentation set VISUREF 150</i>); interfețe pentru import/export date: USB, LAN (pag. 4, <i>VISUREF 150 Broșura</i>); imprimantă incorporată (pag. 4, <i>VISUREF 150 Broșura</i>; pag. 113 <i>Documentation set VISUREF 150</i>); monitor TFT LCD tactil color 7 inch (pag. 113 <i>Documentation set VISUREF 150</i>);; suport cu înălțimea reglabilă electric și 2 roți; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. (Model: IT 760.i, pag. 2, Instrument tables IT10600 and IT 760 Broșură); Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți (pag. 6, 113 <i>Documentation set VISUREF 150</i>, 2 buc in set standard + 8 adiționale); Stic pentru export 32 GB -2 bucăți (inclus în set) Simulator de testare – 1 bucată (pag. 6, 78, 80 <i>Documentation set VISUREF 150</i>); Cerințe de certificare: Anul producerii 2023 - CONFIRMAT! Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării - CONFIRMAT!	
--	--	--	--	---	--	--

				Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu - <i>CONFIRMAT!</i> Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu - <i>CONFIRMAT!</i> În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală - <i>CONFIRMAT!</i> Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h - <i>CONFIRMAT!</i> Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză - <i>CONFIRMAT!</i>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Gherman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: SC “Denolga Medical” SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316

Anexa nr.23
la Documentația standard
nr. ocde-b3wdp1-MD-1680177467862
din "30" martie 2023

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1680177467862 din 30.03.2023
	Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lot 3									
33100000-1	Troliu laparoscopic + accesorii	buc	2	1 607 301,48	1 928 761,77	3 214 602,96	3 857 523,54	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea și darea în exploatare în termen de 15 zile din data livrării/solicitării beneficiarului		
	Lot 12									
33100000-1	Tonometru Goldman	buc	2	69 615,00	83 538,00	139 230,00	167 076,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea și darea în exploatare în		

								termen de 15 zile din data livrării/solicitării beneficiarului		
	Lot 19									
33100000-1	Lampă cu fantă, ocular 10x	buc	1	801 831,88	962 198,26	801 831,88	962 198,26	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea și darea în exploatare în termen de 15 zile din data livrării/solicitării beneficiarului		
	Lot 20									
33100000-1	Bronhoscop cu canal 2.0 mm	buc	2	202 419,00	242 902,80	404 838,00	485 805,60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea și darea în exploatare în termen de 15 zile din data livrării/solicitării beneficiarului		
	Lot 21									
33100000-1	Bronhoscop cu canal 3.0 mm	buc	1	224 095,62	268 914,74	224 095,62	268 914,74	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea și darea în exploatare în termen de 15 zile din data livrării/solicitării beneficiarului		
	Lot 25									
33100000-1	Troliu ORL	buc	1	1 738 337,87	2 086 005,44	1 738 337,87	2 086 005,44	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea și darea în exploatare în termen de 15 zile din data livrării/solicitării beneficiarului		
	Lot 46									
33100000-1	Autorefractokeratometru	buc	1	352 519,65	423 023,58	352 519,65	423 023,58	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea și darea în exploatare în		

								termen de 15 zile din data livrării/solicitării beneficiarului		
	Lot 50									
33100000-1	Autorefractometru	buc	1	352 519,65	423 023,58	352 519,65	423 023,58	DDP - Franco destinație vămuț, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea și darea în exploatare în termen de 15 zile din data livrării/solicitării beneficiarului		
	TOTAL					7 227 975.63	8 673 570.76			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Gherman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: SC “Denolga Medical” SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316