

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1662385901571 / 21062894 din: 05.09.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Baie ultrasunet

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	<b>Bunuri/servicii</b>						
1	Baie ultrasunet	CT-UC2	CHINA	Chaotuo Medical Equipment	Baie ultrasunet Setări de temperatură: cu reglare pînă la 60 °C Protecție supraîncălzire Timer: max. 30 min. Frecvența: min. 42 kHz Alimentare: 220 V/50 Hz Putere: 280 – 300 W Volumul cuvei: min.1 L, max. 2 L Material cuvă: oțel inoxidabil	Baie ultrasunet Setări de temperatură: cu reglare pînă la 60 °C Protecție supraîncălzire Timer: max. 30 min. Frecvența: min. 42 kHz Alimentare: 220 V/50 Hz Putere: 280 – 300 W Volumul cuvei: min.1 L, max. 2 L Material cuvă: oțel inoxidabil	CE/ISO

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301