

SPECIFICAȚII TEHNICE**Numărul procedurii de achiziție: COP 21074084 (ocds-b3wdp1-MD-1676879717669) din 09.03.****Denumirea achiziției: Servicii de deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2023 conform necesitatilor IMSP SR Cahul**

Nr	COD CPV	Denumirea utilajului	canti- tate	u/m	Certificat de calificare
11	50400000-9	Centrifugă laborator Kokusan H-26F	1	buc	certif. traning Hettich, Germania
12	50400000-9	Analizator Easy Lyte	1	buc	certif. traning Medica, SUA
13	50400000-9	Analizator hematologic Benesphaera H32	1	buc	certif. traning Avantor, Polonia
14	50400000-9	Centrifuga de laborator Rotofix 32A	1	buc	certif. traning Hettich, Germania
17	50400000-9	Analizator Stat Fax 303 Plus	1	buc	certif. traning Awareness, SUA
19	50400000-9	Microscop Motic BA310	1	buc	certif. traning Erma, Japonia
20	50400000-9	Analizator Coatron X	1	buc	certif. traning Helena, M.Britanie

Deservirea utilajului se va efectua la sediul autoritatii contractante conform graficului stabilit si la comanda persoanei responsabile din cadrul institutiei pe parcursul anului 2023. Deservirea utilajului se va efectua trimestrial. În cazul unei defectiuni, în cazul în care este posibil, defectiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defectiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare.

In preturile indicate nu sunt incluse consumabile, piesele de schimb, care la necesitate se vor achita separat de catre autoritatea contractanta.

Semnat:_____ Numele, prenumele: Besirik Inga, in calitate de: administrator

Ofertantul: „Intermed-Service” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2