

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1715084426827 din 17.06.2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Incalzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile	Dispozitiv pentru încălzirea săngelui, substituenților și soluțiilor de perfuzie AMPIR-01 cu stativ SUIR-01	Belorusia	"TahatAksi" ALC	<p>Descriere Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în procesul de infuzare la pacient pentru evitarea hipotermiei</p> <p>Parametru</p> <p>Destinat pentru utilizarea la pacienți Adult, pediatric</p> <p>Temperatura maximă preselecată 34-41°C</p> <p>Pasul de incremendare a temperaturii \leq 0,1°C</p> <p>Timp necesar pentru încălzire la temperatură setată \leq 2 min</p> <p>Display LED, LCD obligatoriu</p> <p>Monitorizarea temperaturii de încălzire obligatoriu</p> <p>Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente obligatoriu</p> <p>Protectie la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22</p> <p>Alarmă temperatură înaltă obligatoriu</p> <p>Alarmă temperatură joasă obligatoriu</p> <p>Regim de autotestare internă obligatoriu</p> <p>Sistem de fixare a dispozitivului de stativul de infuzie obligatoriu</p> <p>Alimentare de la rețea 220V 50 Hz</p> <p>Stativ de infuzie fabricat din otel inoxidabil obligatoriu</p> <p>mobil pe minim 5 roți obligatoriu</p> <p>frînă pentru fixarea stativului minim 2 roți</p> <p>tablă mică pentru manipulări da, fixată de stativ</p> <p>posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie obligatoriu</p>	<p>Descriere Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în procesul de infuzare la pacient pentru evitarea hipotermiei</p> <p>Parametru</p> <p>Destinat pentru utilizarea la pacienți Adult, pediatric</p> <p>Temperatura maximă preselecată 34-41,5°C</p> <p>Pasul de incremendare a temperaturii \leq 0,1°C</p> <p>Timp necesar pentru încălzire la temperatură setată \leq 2 min</p> <p>Display LED</p> <p>Monitorizarea temperaturii de încălzire da</p> <p>Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente da</p> <p>Protectie la pătrunderea lichidelor în dispozitiv IP23</p> <p>Alarmă temperatură înaltă da</p> <p>Alarmă temperatură joasă da</p> <p>Regim de autotestare internă da</p> <p>Sistem de fixare a dispozitivului de stativul de infuzie da</p> <p>Alimentare de la rețea 220V 50 Hz</p> <p>Stativ de infuzie fabricat din otel inoxidabil da</p> <p>mobil pe 5 roți da</p> <p>frînă pentru fixarea stativului la 2 roți</p> <p>tablă mică pentru manipulări da, fixată de stativ</p> <p>posibilitatea de fixare a 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie da</p>	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Levința Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2