

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1675324964635 din 23.02.2023

Obiectul achiziției: Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
Bunuri/servicii 1	2	3	4	5	6	7
Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 8	Marime 8	Malaezia	Top Glove Surgical Powdered	Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	CE, ISO
Mănuși sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie și oncologie. Marime 8,5	Marime 8,5	Malaezia	Top Glove Surgical Powdered	Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Mănuși ortopedice trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	CE, ISO

				produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	
Folie de incizie 60x45	Folie de incizie 30x40 cm	Turcia	Broche	Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 66cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 66cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	CE, ISO
Teste pentru controlul sterilizării interne în casonete 132°- 20"	132°- 20 interne	Federația Rusa	Medtest	Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	CE, ISO
Teste pentru controlul sterilizării externe (regimul în camera autoclavului) 132° -20"	132° -20 externe	Federația Rusa	Medtest	Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	CE, ISO
Teste de control pentru controlul sterilizării în pupinel 180°- 60"	180°- 60	Federația Rusa	Medtest	Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	CE, ISO
Lotul 43 Mușama medicală	1 m	Federația Rusa	Yaroslavlirezino tehnica	Mușama medicală	Mușama medicală	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23