

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21463195/ ocds-b3wdp1-MD-1754312845979 din 04.08.2025						
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA II (Suplimentar)</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 81 Gel USG	KAF G31-3	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	Gel USG PoliSonic ABUS sistem consumabil 5 litre	Gel USG, consumabil 5 litre	CE/ISO DM000 368051
Lot 93 Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 450mm x 200m	4AFR45020 0/60/3	Turcia	DORT-A TIP MALZEME LERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă din hîrtie măr.450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hîrtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	CE/ISO DM000 392504
Lot 94 Hîrtie pentru	4AFR5002 00/60/3	Turcia	DORT-A TIP MALZEME	Rolă din hîrtie măr.5000mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind	Rolă din hîrtie măr.5000mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind	CE/ISO

sterilizare articolelor medicale, rulou 500mm x 200m			LERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	DM000 392505
Lot 167 Role pentru sterilizare 100mm x 70m	4ATR10070	Turcia	DORT-A TIP MALZEME LERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	CE/ISO DM000 684596
Lot 168 Role pentru sterilizare 100mm x 70m, RENO S-90	4ATR10070	Turcia	DORT-A TIP MALZEME LERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 100mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 100mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	CE/ISO DM000 684596
Lot 169 Role pentru sterilizare 150mm x 70m	4ATR15070	Turcia	DORT-A TIP MALZEME LERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	CE/ISO DM000 684597
Lot 170 Role pentru sterilizare 150mm x 70m, RENO S-90	4ATR15070	Turcia	DORT-A TIP MALZEME LERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 150mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 150mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	CE/ISO DM000 684597
Lot 171 Role pentru sterilizare 200mm x	4ATR20070	Turcia	DORT-A TIP MALZEME LERI SAN. ITH. IHR.	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 200mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 200mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	CE/ISO DM000 684598

70m, RENO S-90			TIC. LTD. STI.			
Lot 172 Role pentru sterilizare 250mm x 70m	4ATR25070	Turcia	DORT-A TIP MALZEME LERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	CE/ISO DM000 684599
Lot 173 Role pentru sterilizare 300mm x 70m	4ATR30070	Turcia	DORT-A TIP MALZEME LERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	CE/ISO DM000 684600
Lot 174 Role pentru sterilizare 75mm x 70m	4ATR7570	Turcia	DORT-A TIP MALZEME LERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	CE/ISO DM000 684595
Lot 227 Test Bowie & Dick	4ABD400	Turcia	DORT-A TIP MALZEME LERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Pachetul test de unica folosinta BowieDick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte). Test Bowie-Dik 121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	Pachetul test de unica folosinta BowieDick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte). Test Bowie-Dik 121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@gmail.com

Site: www.medglobalfarm.md