

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1687262038940](#) din 28.06.2023

Obiectul achiziției: Pompă de apă pentru Dispozitivul de filtrare a apei (DWA HemoRO 3000)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1. Pompă de apă pentru Dispozitivul de filtrare a apei (DWA HemoRO 3000)	Pump, incl. connectors (EZG07VC005)	Germania	DWA GmbH & Co. KG	Pompa de apă compatibilă cu sistema de osmoză inversă DWA HemoRO 3000; Pompa să fie în set cu toți conectorii necesari pentru a putea fi conectată la dispozitiv; Să fie prezentată copia produsului din catalog cu indicarea produsului oferit; Codul produsului din manual: EZG07VC005; Numarul de referință: 133B100F116A200; Presiunea de lucru 200 psi; Termenul de garanție minim 12 luni.	A se consulta Spare parts HRO3000.pdf Pompa de apă compatibilă cu sistema de osmoză inversă DWA HemoRO 3000; Pompa în set cu toți conectorii necesari pentru a putea fi conectată la dispozitiv; Codul produsului din manual: EZG07VC005; Presiunea de lucru 200 psi; Termenul de garanție: 12 luni.	CE, ISO:9001 ISO:13485

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru ȘARCO În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: PHARMONY SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4, MD-2071