

SPECIFICAȚII TEHNICE									
Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1637766696595									Data: 15.12.2021
Denumirea licitației: Consumabile medicale pentru Secția morfopatologie sistem deschis pentru anul 2022 pentru IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”									
Nr. Lot	Codul CPV	Denumire Lot	Denumirea poziției	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusa	Standard
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3310000 0-1	Xelen	Xelen	06-1304F	Italia	Bio Optica	Ambalaj-10 litre butelie. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni.	Xylene histological grade Ambalat 5 litre	Conform cerintelor
2	3310000 0-1	Solutie de decalcinare	Solutie de decalcinare	05-03009Q	Italia	Bio Optica	Butelie 2,5l. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Biodec R Ambalat 2,5 litre	Conform cerintelor
3	3310000 0-1	4% NB Formaldehyde	4% NB Formaldehyde	05-K01004	Italia	Bio Optica	Butelie 20 litrii -10% neutral buffered and stabilized formalin solution,pH:7,0 Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Formalin 10% solution neutral buffered Ambalat 20 litre	Conform cerintelor

Nr. Lot	Codul CPV	Denumire Lot	Denumirea poziției	Mode-lul artico-lului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusa	Standard
4	3310000 0-1	Acetona	Acetona	LC-6577.3	Germania	NeoFroxx	Acetona, pur pentru analiza, ambalaj flacon. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Acetone technical grade Ambalat 5 litre	Conform cerintelor
5	3310000 0-1	Eosin Y1% aqueous	Eosin Y1% aqueous	05-10002E	Italia	Bio Optica	Eosin Y1% soluție apoasă, gata pentru pregătire, Butelie 2,5l. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Eosin Y aqueous solution 1% Ambalat 2,5 litre	Conform cerintelor
6	3310000 0-1	Hematoxilina prepreparata	Hematoxilina prepreparata	05-12011E	Italia	Bio Optica	Hematoxilina Harris, soluția pregătită Butelie 2,5 l. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Papanicolaou Harris hematoxylin Ambalat 2,5 litre	Conform cerintelor
11	3310000 0-1	OG6	OG6	05-12013E	Italia	Bio Optica	Reactiv monocromat pentru colorare matur și imatur celule scuamoase keratinizate. Conține colorant Orange G care petează citoplasma portocalie. Butelii a câte 1 litru. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Papanicolaou OG6 2,5 l - 1 tank	Conform cerintelor

Nr. Lot	Codul CPV	Denumire Lot	Denumirea poziției	Mode-lul artico-lului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusa	Standard
12	3310000 0-1	EA 50 reagent, Pap	EA 50 reagent, Pap	05-12019E	Italia	Bio Optica	Reactivul policromatic pentru colorarea și diferențierea celulelor scuamoase. Contrasteină pentru probele de ginecologie din citologie, petează citoplasma albastru-verde și roz, cu accent pe culoarea albastru și roz. Butelii a câte 1 litru Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	Papanicolaou EA50 Ambalat 2,5 litre - 1 tank	Conform cerintelor
16	3310000 0-1	Parafin omogenizat cu aditivi sintetici înlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade	Parafin omogenizat cu aditivi sintetici înlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade	#30010002	Germania	Slee	10 kg sac; Parafina histologica cu substituentii de ceara, punct de solidificare. 56-58 oC, amb. Granulata. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	SLEE paraffin type "paratec" ambalat 20 kg	Conform cerintelor
18	3310000 0-1	Lame histologice de sticlă	Lame histologice de sticlă	#30001033	Germania	Slee	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă sodică clasa hidrolitică 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capăt, pe ambele părți), cu cap rotat la 45°, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, în cutii de 50 de bucăți. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni.	StarFrost Slides 26 x 76 x 1.0 mm, clipped corners to minimize glass chips, ground edges 90°, color frosted marking area about 20 mm 1.500 pcs (30 boxes a 50 pc.), color: white	Conform cerintelor

Nr. Lot	Codul CPV	Denumire Lot	Denumirea poziției	Mode-lul artico-lului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusa	Standard
19	3310000 0-1	Lame pentru microtom MX35	Lame pentru microtom	#28407004	Germania	Slee	lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni.	SLEE Disposable blade - Type LPH Low profile, for hard specimen, dispenser with 50 blades	Conform cerintelor
21	3310000 0-1	Lame pentru criotom R	Lame pentru criotom	#28407005	Germania	Slee	lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator.	SLEE Disposable blade - Type LPS Low profile, for soft specimen, dispenser with 50 blades	Conform cerintelor
		Total							

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA în calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova