



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «ФАРМЭК»
место нахождения: ул. Жилуновича, 2В-13, г. Минск, 220026, Республика Беларусь
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100162047
телефон: +375 17 252 22 11, **адрес электронной почты:** metrolog@pharmec.by, pharmec2@tut.by.
в лице директора Малнача Виктора Владиславовича
заявляет, что генераторы сигнала ПРОГРЕСС ФКГ 102.1 и ПРОГРЕСС ФКГ 102.2
изготовитель: Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «ФАРМЭК»
место нахождения: ул. Жилуновича, 2В-13, г. Минск, 220026, Республика Беларусь
ТУ ВУ 100162047.047-2023 «Генераторы сигнала «ПРОГРЕСС ФКГ 102»
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8543 20 000 0
серийный выпуск

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании:

Протоколов испытаний № 45-08/1352-2-2023, № 45-08/1352-3-2023 от 18.12.2023, № 45-08/1352-4-2023, № 45-08/1352-5-2023 от 26.12.2023, выданных научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025.
схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация:

Примененные стандарты: ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

Условия хранения: отопляемое хранилище с температурой воздуха от плюс (40 до 5) °С.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.01.2029 включительно.



М.П.

Малнач Виктор Владиславович

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 003.02 11257
05.01.2024

