

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1768972359774 din **21/01/2026**

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.1)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
1	Lotul 1 Dermatoscop cu tabletă	Bucată	1	99400,00	119280,00	99400,00	119280,00	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
5	Lotul 5 Microscop	Bucată	1	17200,00	20640,00	17200,00	20640,00	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
6	Lotul 6 Video Laringoscop Flexibil cu trolu	Bucată	1	143640,00	172368,00	143640,00	172368,00	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
7	Lotul 7 Aspirator chirurgical portabil	Bucată	1	13905,00	16686,00	13905,00	16686,00	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
10	Lotul 10 Set Canule de Aspirație de Diferite Dimensiuni pentru Aplicații ORL	Bucată	1	3500,00	4200,00	3500,00	4200,00	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
	TOTAL					277645,00	333174,00		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1768972359774 din 21/01/2026							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.1)							
	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	Lotul 1 Dermatoscop cu tabletă	ermatoscop EINE DELTA 30 PRO Tabletă Apple iPad 11 (2025) Wifi 128 GB Silver	Germania +U.S.A	HEINE OPTOTECHNIK GMBH & CO. KG + Apple Inc.	Descriere: Dermatoscop portabil cu adaptor compatibil pentru smartphone/tabletă și o tabletă dedicată, destinată examinării dermatoscopice și documentării digitale a leziunilor cutanate. Cerințe tehnice minime: Magnificare: 10x. Sistem optic: lentilă de minimum 32 mm. Polarizare: sistem hibrid cu polarizare variabilă (polarizat/nepolarizat). Iluminare: LED-uri albe de intensitate mare + LED-uri UV (365 nm). Moduri de examinare: polarizat, nepolarizat, polarizare paralelă. Control: pentru ajustarea polarizării (Ex: buton scroll and-push). Alimentare: baterie reîncărcabilă. Design: portabil. Cerințe pentru adaptor smartphone/tabletă: Compatibilitate universală: adaptor MCC™ (MagnetConnect®) sau echivalent. Fixare magnetică: fără a necesita îndepărtarea husei. Funcționalitate: captarea și stocarea imaginilor dermatoscopice direct pe dispozitivul mobil. Cerințe tehnice minime pentru tabletă compatibilă: Ecran: minim 10 inch, rezoluție minim Full HD (1920× 1080), luminozitate ≥ 400 nits. Procesor: quad-core sau superior, frecvență minimă 2.0 GHz. Memorie: RAM ≥ 4 GB; stocare ≥ 64 GB. Cameră foto: minim 12 MP, autofocus. Conectivitate: Wi-Fi, Bluetooth; 4G/5G opțional. Baterie: autonomie de cel puțin 8 ore, încărcare rapidă. Porturi: USB-C pentru transfer și încărcare. Sistem de operare: Android 12 sau superior / iOS 15	Cerințe tehnice minime: Magnificare: 10x. Sistem optic: lentilă de minimum 32 mm. Polarizare: sistem hibrid cu polarizare variabilă (polarizat/nepolarizat). Iluminare: LED-uri albe de intensitate mare + LED-uri UV (365 nm). Moduri de examinare: polarizat, nepolarizat, polarizare paralelă. Control: pentru ajustarea polarizării (Ex: buton scroll and-push). Alimentare: baterie reîncărcabilă. Design: portabil. Cerințe pentru adaptor smartphone/tabletă: Compatibilitate universală: adaptor MCC™ (MagnetConnect®) sau echivalent. Fixare magnetică: fără a necesita îndepărtarea husei. Funcționalitate: captarea și stocarea imaginilor dermatoscopice direct pe dispozitivul mobil. Cerințe tehnice minime pentru tabletă compatibilă: Ecran: 11 inch, rezoluție minim Full HD (2360x1640), luminozitate -500 nits. Procesor: Apple A16 Bionic, frecvență minimă 2.0 GHz. Memorie: RAM -6 GB; stocare 128 GB. Cameră foto: 12 MP, autofocus. Conectivitate: Wi-Fi, Bluetooth; 4G/5G opțional. Baterie: autonomie de cel puțin 8 ore, încărcare rapidă. Porturi: USB-C pentru transfer și încărcare. Sistem de operare: iPadOS 18 superior. Compatibilitate software: suport pentru aplicațiile specializate compatibile cu dermatoscop	În proces de înregistrare CE/ISO Tabletă Apple iPad 11 – Nu este dispozitiv medical

					sau superior. Compatibilitate software: suport pentru aplicațiile specializate compatibile cu dermatoscop portabil Accesorii incluse: husă de protecție, folie ecran, încărcător rapid. Garanție minimă 24 luni. Accesorii și consumabile incluse: Husă de protecție pentru dermatoscop. Cablu de încărcare. Manual de utilizare. Condiții de livrare și instruire: Livrare, instalare și instruire utilizatori la sediul beneficiarului.	portabil Accesorii incluse: husă de protecție, folie ecran, încărcător rapid. Garanție 24 luni. Accesorii și consumabile incluse: Husă de protecție pentru dermatoscop. Cablu de încărcare. Manual de utilizare. Condiții de livrare și instruire: Livrare, instalare și instruire utilizatori la sediul beneficiarului.	
5	Lotul 5 Microscop	Microscop B-69	Italia	OPTIKA S.R.L	Descriere: Microscop optic de laborator, destinat examinării probelor cutanate și anexiale pentru diagnosticul rapid al infecțiilor fungice și parazitare (KOH, Acarus scabiei). Cerințe tehnice minime: Tip: microscop optic binocular. Obiective: - 4x (pentru orientare), - 10x (pentru examinare generală), - 40x (pentru detalii micologice/parazitologice), - 100x (cu ulei de imersiune, opțional). Oculari: 10x, câmp larg (WF). Iluminare: LED sau halogen, intensitate reglabilă. Condensator: Abbe 1.25 cu diafragmă iris. Mecanism: platina mecanică cu mișcare pe două axe, reglaj fin și grosier. Alimentare: rețea 220 V. Design: robust, ergonomic, ușor de întreținut. Accesorii și consumabile incluse: - Set complet de obiective (4x, 10x, 40x, 100x). - Oculari 10x (minim 2 bucăți). - Cablu de alimentare. - Ulei de imersiune (pentru obiectiv 100x). - Husă de protecție antipraf. - Manual de utilizare în limba română. Livrare, instalare și instruire utilizatorilor la sediul beneficiarului.	Descriere: Microscop optic de laborator, destinat examinării probelor cutanate și anexiale pentru diagnosticul rapid al infecțiilor fungice și parazitare (KOH, Acarus scabiei). Cerințe tehnice minime: Tip: microscop optic binocular. Obiective: - 4x (pentru orientare), - 10x (pentru examinare generală), - 40x (pentru detalii micologice/parazitologice), - 100x (cu ulei de imersiune, opțional). Oculari: 10x, câmp larg (WF). Iluminare: LED sau halogen, intensitate reglabilă. Condensator: Abbe 1.25 cu diafragmă iris. Mecanism: platina mecanică cu mișcare pe două axe, reglaj fin și grosier. Alimentare: rețea 220 V. Design: robust, ergonomic, ușor de întreținut. Accesorii și consumabile incluse: - Set complet de obiective (4x, 10x, 40x, 100x). - Oculari 10x (minim 2 bucăți). - Cablu de alimentare. - Ulei de imersiune (pentru obiectiv 100x). - Husă de protecție antipraf.	În proces de înregistrare CE/ISO

						- Manual de utilizare în limba română. Livrare, instalare și instruire utilizatorilor la sediul beneficiarului.	
6	Lotul 6 Video Laringosco p Flexibil cu trolu	Video Laringoscop Model (Model No. BMR-I120) Flexibil cu trolu model (Model No. PT-01)	China	JIANGSU UNICORN ELECTRON IC TECHNOL OGY CO., LTD.	Descriere: Video Laringoscop Flexibil cu trolu, destinat utilizării în cadrul procedurilor medicale de diagnostic și tratament, care să asigure vizualizare optimă, siguranță și fiabilitate în utilizare. Cerințe tehnice minime Ecran și sistem de afișare: - Display color de minimum 8 inch - Memorie: Card SD de minimum 8 GB Funcții disponibile pe ecran: - Memorare imagine statică - Înregistrare video - Funcție balans (white balance) - Funcție freeze / revenire imagine - Ieșire video sincronă pentru conectare la monitor extern Corp endoscop - Iluminare: LED de intensitate ridicată - Diametru exterior articulație: maxim 2.8 mm - Diametru interior canal de lucru: 0 mm (fără canal de lucru) - Lungime de lucru: minimum 300 mm - Sistem anti-aburire activ la pornire, fără necesitatea preîncălzirii - Raport de cuplu real 1:1 pentru operare facilă și precisă Funcții suplimentare - Control unghiular flexibil, cu localizare precisă - Partea de inserție: rezistență ridicată la fracturi, structură fină, flexibilă și durabilă - Partea distală: deflecțiune dublă, luminozitate mare, cu amplitudine de mișcare: - 160° în sus - 130° în jos Cerințe generale Echipamentul trebuie să fie nou, neutilizat, fabricat conform standardelor internaționale de calitate și siguranță medicală. - Să fie livrat împreună cu trolu dedicat, compatibil și stabil. - Să fie însoțit de manual de utilizare în limba română sau engleză.	Descriere: Video Laringoscop Flexibil cu trolu, destinat utilizării în cadrul procedurilor medicale de diagnostic și tratament, care să asigure vizualizare optimă, siguranță și fiabilitate în utilizare. Cerințe tehnice minime Ecran și sistem de afișare: - Display color de 10 inch - Memorie: Card SD de 32 GB Funcții disponibile pe ecran: - Memorare imagine statică - Înregistrare video - Funcție balans (white balance) - Funcție freeze / revenire imagine - Ieșire video sincronă pentru conectare la monitor extern Corp endoscop - Iluminare: LED de intensitate ridicată - Diametru exterior articulație: maxim 2.8 mm - Diametru interior canal de lucru: 0 mm (fără canal de lucru) - Lungime de lucru: 600 mm - Sistem anti-aburire activ la pornire, fără necesitatea preîncălzirii - Raport de cuplu real 1:1 pentru operare facilă și precisă Funcții suplimentare - Control unghiular flexibil, cu localizare precisă - Partea de inserție: rezistență ridicată la fracturi, structură fină, flexibilă și durabilă - Partea distală: deflecțiune dublă, luminozitate mare, cu amplitudine de mișcare: - 160° în sus - 130° în jos Cerințe generale Echipamentul trebuie să fie nou,	În proces de înregistrare CE/ISO

					- Să fie livrat cu garanție de minimum 24 luni. - Să fie asigurată instruirea personalului medical pentru utilizarea corectă a echipamentului. Troliu pentru video-laringoscop - Compatibil cu video-laringoscopul oferat, inclusiv unitate de afișare/tabletă. - Structură metalică stabilă, realizată din materiale rezistente la dezinfectanți medicali. - Capacitate de susținere minimă: 10 kg. - Bază mobilă prevăzută cu 4 roți medicale, dintre care minimum 2 cu sistem de frânare. - Reglaj pe înălțime pentru poziționare ergonomică a echipamentului. - Suport sigur pentru fixarea tabletei. - Sistem de organizare pentru cabluri și capul endoscopului. - Design compact, adecvat utilizării în cabinet sau sală de tratament. - Livrat nou, cu instrucțiuni de montaj și utilizare, instalarea realizată de furnizor. Livrarea se va face la sediul beneficiarului, în termenul stabilit prin contract. Instalarea și punerea în funcțiune vor fi realizate de către furnizor.	neutilizat, fabricat conform standardelor internaționale de calitate și siguranță medicală. - Să fie livrat împreună cu troliu dedicat, compatibil și stabil. - Să fie însoțit de manual de utilizare în limba română sau engleză. - Să fie livrat cu garanție de minimum 24 luni. - Să fie asigurată instruirea personalului medical pentru utilizarea corectă a echipamentului. Troliu pentru video-laringoscop - Compatibil cu video-laringoscopul oferat, inclusiv unitate de afișare/tabletă. - Structură metalică stabilă, realizată din materiale rezistente la dezinfectanți medicali. - Capacitate de susținere minimă: 10 kg. - Bază mobilă prevăzută cu 4 roți medicale, dintre care minimum 2 cu sistem de frânare. - Reglaj pe înălțime pentru poziționare ergonomică a echipamentului. - Suport sigur pentru fixarea tabletei. - Sistem de organizare pentru cabluri și capul endoscopului. - Design compact, adecvat utilizării în cabinet sau sală de tratament. - Livrat nou, cu instrucțiuni de montaj și utilizare, instalarea realizată de furnizor. Livrarea se va face la sediul beneficiarului, în termenul stabilit prin contract. Instalarea și punerea în funcțiune vor fi realizate de către furnizor.	
7	Lotul 7 Aspirator chirurgical portabil	ASKIR 36 BR 410200/03	Italia	CA-MI S.R.L.	Descriere: Aspirator chirurgical portabil destinat utilizării în cadrul intervențiilor chirurgicale, pentru evacuarea lichidelor biologice din câmpul operator. Cerințe tehnice minime - Presiune de vid: ≥ 600 mm Hg - Rată de flux: ≥ 20 l/min - Nivel de zgomot: ≤ 70 dBA - Materiale: fără componente din sticlă - Vas colector: 1 sau 2 bucăți, capacitate ≥ 1 litru	Descriere: Aspirator chirurgical portabil destinat utilizării în cadrul intervențiilor chirurgicale, pentru evacuarea lichidelor biologice din câmpul operator. Cerințe tehnice minime - Presiune de vid: 600 mm Hg - Rată de flux: 36 L/min - Nivel de zgomot: =60 dBA - Materiale: fără componente din sticlă - Vas colector: 1, capacitate 1 litru. - RE 210001/02 - Tuburi: 1 set tuburi siliconice	DM0007 92466

					- Tuburi: 1 set tuburi siliconice - Protecție la umplere: obligatorie - Mobilitate: suport cu 2-4 roți - Alimentare: 220 V - Baterie internă: reutilizabilă, integrată - Autonomie pe baterie: ≥ 2 ore Accesorii solicitate - Filtru antibacterian: 15 bucăți (Se va indica codul sau modelul produsului oferit) Livrarea și instalarea dispozitivului se vor efectua la sediul beneficiarului. Furnizorul va asigura punerea în funcțiune și instruirea de bază privind utilizarea echipamentului.	- Protecție la umplere: obligatorie - Mobilitate: suport cu 5 roți. Cod 27730 - Alimentare: 220 V - Baterie internă: reutilizabilă, integrată - Autonomie pe baterie: ≥ 2 ore Accesorii solicitate - Filtru antibacterian: 15 bucăți SP.0121 codul sau modelul produsului oferit) Livrarea și instalarea dispozitivului se vor efectua la sediul beneficiarului. Furnizorul va asigura punerea în funcțiune și instruirea de bază privind utilizarea echipamentului.	
10	Lotul 10 Set Canule de Aspirație de Diferite Dimensiuni pentru Aplicații ORL	26793 26794 26795 26796 26797 26798	Italia	GIMA S.P.A.	Descriere: Set 7 Canule de Aspirație de Diferite Dimensiuni pentru Aplicații ORL. Caracteristici constructive și materiale - Tip instrument: Canule de aspirație rigide, parte a unui set cu dimensiuni variate. Destinație: Utilizare specifică în chirurgia Otorinolaringologie (ORL), pentru aspirația fluidelor, sângelui, fragmentelor tisulare sau a corpurilor străini din zonele nazale, sinusale și auriculare. - Material: Oțel inoxidabil de uz medical, rezistent la coroziune și rugină. Materialul trebuie să fie autoclavabil și rezistent la multiple cicluri de sterilizare. - Design: Tulpini drepte sau ușor angulate/curbate (ex: model Rosen, model Frazier) pentru accesul facil în canalele înguste și vizualizare optimă. - Finisaj: Finisaj mat (satinat) pentru a preveni reflexiile luminii în timpul intervenției chirurgicale. Caracteristici funcționale și dimensiuni - Set de Dimensiuni: Se solicită un set care să includă minim 5 dimensiuni diferite de diametre, pentru copii și adulți. Setul va include diametre: - Fine (Auriculare/Pediatric): Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.5 mm.	Descriere: Set 7 Canule de Aspirație de Diferite Dimensiuni pentru Aplicații ORL. Caracteristici constructive și materiale - Tip instrument: Canule de aspirație rigide, parte a unui set cu dimensiuni variate. Destinație: Utilizare specifică în chirurgia Otorinolaringologie (ORL), pentru aspirația fluidelor, sângelui, fragmentelor tisulare sau a corpurilor străini din zonele nazale, sinusale și auriculare. - Material: Oțel inoxidabil de uz medical, rezistent la coroziune și rugină. Materialul trebuie să fie autoclavabil și rezistent la multiple cicluri de sterilizare. - Design: Tulpini drepte sau ușor angulate/curbate (ex: model Rosen, model Frazier) pentru accesul facil în canalele înguste și vizualizare optimă. - Finisaj: Finisaj mat (satinat) pentru a preveni reflexiile luminii în timpul intervenției chirurgicale. Caracteristici funcționale și dimensiuni - Set de Dimensiuni: Se solicită un set care să	DM0001 46470 DM0001 46471 DM0001 46468 DM0001 46469 DM0001 46472 DM0001 46473

					- Medii/Mari (Nazale/Sinusale): Ø 2.0 mm, Ø 2.5 mm, Ø 3.0 mm, Ø 4.0 mm. Conector: Canulele vor fi prevăzute cu un conector standard universal compatibil cu tubulatura standard a aparatelor de aspirație chirurgicală. Controlul Aspirației: Prezența unui orificiu de control al aspirației (gaură de deget) pe mâner pentru a permite medicului să regleze fluxul de aspirație în timpul procedurii. Cerințe de Calitate și Conformitate: - Standarde: Produsul trebuie să respecte standardele internaționale relevante pentru instrumentarul medical chirurgical: ISO 13485, ISO 9001. - Garanție (doar pentru reutilizabile): Se solicită o perioadă minimă de garanție de 12 luni pentru defecte de material sau fabricație. Ambalare și Etichetare: - Produsele vor fi livrate în ambalaj individual, protejate corespunzător. - Etichetarea va include denumirea produsului, dimensiunile, indicativul CE, instrucțiunile de sterilizare și datele producătorului.	include minim 5 dimensiuni diferite de diametre, pentru copii și adulți. Setul va include diametre: - Fine (Auriculare/Pediatrice): , Ø 3mm, Ø 1.5 mm. - Medii/Mari (Nazale/Sinusale): Ø 2.0 mm, Ø 2.0 mm, Ø 3.0 mm, Ø 4.0 mm, Ø 5.0 mm. Conector: Canulele vor fi prevăzute cu un conector standard universal compatibil cu tubulatura standard a aparatelor de aspirație chirurgicală. Controlul Aspirației: Prezența unui orificiu de control al aspirației (gaură de deget) pe mâner pentru a permite medicului să regleze fluxul de aspirație în timpul procedurii. Cerințe de Calitate și Conformitate: - Standarde: Produsul trebuie să respecte standardele internaționale relevante pentru instrumentarul medical chirurgical: ISO 13485, ISO 9001. - Garanție (doar pentru reutilizabile): Se solicită o perioadă minimă de garanție de 12 luni pentru defecte de material sau fabricație. Ambalare și Etichetare: - Produsele vor fi livrate în ambalaj individual, protejate corespunzător. - Etichetarea va include denumirea produsului, dimensiunile, indicativul CE, instrucțiunile de sterilizare și datele producătorului. Cantitatea solicitată va fi livrată conform alegerii beneficiarului. Setul va conține 7 canule de dimensiuni diferite, iar una dintre dimensiuni se va repeta.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia