

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1591965574478** din 23.06.2020

Denumirea procedurii de achiziție: **Procurarea mijloacelor de transport, autosanitară**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
34100000-8	Procurarea mijloacelor de transport, autosanitară	Autosanitară OPEL Vivaro	Franta	Franta	Autosanitară Capacitate cilindrica: 1500-2000 cmc. Motorizare: Diesel, Euro 6. Putere: 100-150 CP. Transmisie manuala: 5+1. Sistem de franare: Hidraulic, dublu circuit fata/ spate. Dotari auto: servodirectie - asistata hidraulic; airbag (sofer + pasager); inchidere centralizata; Autosanitara trebuie sa aiba in specificația tubulatură pentru aer condiționat in „celula sanitara”. Numarul de locuri: 3 + 1 (pacient). in cabina, doua sau trei locuri, sofer + unul sau doi pasager; in celula sanitara un loc pentru asistent și un loc pentru pacient pe targa. Numar de usi pentru „celula sanitara”: doua usi spate si una usa laterala dreapta spate pentru acces asistent. „Celula sanitara” trebuie să fie in	Autosanitară OPEL VIVARO Anul:2015 Capacitate cilindrica: 1598 cm/c. Parcurs 148.000 km Motorizare: Diesel, Euro 6. Putere: 140 CP/103 kWt. Transmisie manuala: 5+1. Sistem de franare: Hidraulic, dublu circuit fata/ spate. Dotari auto: servodirectie - asistata hidraulic; airbag (sofer + pasager); inchidere centralizata; Autosanitara are in specificația tubulatură pentru aer condiționat in „celula sanitara”. Numarul de locuri: 4 + 1 (pacient). in cabina, trei locuri, sofer + si doi pasageri; in celula sanitara un loc pentru asistent și un loc pentru pacient pe targa. Numar de usi pentru „celula sanitara”: doua usi spate si una usa laterala dreapta spate pentru acces asistent. „Celula sanitara” este in totalitate executata din materiale 100 % lavabile	

					totalitate executata din materiale 100 % lavabile (panouri termoformate din ABS sanitar de culoare alba). Celula sanitara trebuie să fie separata de cabina sofer/ pasager printr-un panou despartitor, prevazut cu un „geam culisant” care asigura legatura intre cele doua compartimente. Instalatia electrica din ”celula sanitara ” va cuprinde un tablou general, iluminat interior cu 2 lampi (120 lx), trei prize de 12 V pentru aparatura medicala; echipamentelor medicale si a materialelor cuprinse în autosanitară: Targa principala transport pacient, trebuie să fie dotata cu sistem de rulare pe podea, mecanism de blocare a targi in timpul mersului, saltea pe targa si centuri de siguranta pentru imobilizarea pacientului in timpul transportului; Scaun pliabil cu rotile, cu sistem de imobilizare pacient, fixat pe panoul lateral dreapta in partea din spate, 1 bucata; Saltea de transfer 1 bucata; Ventilatia in “celula sanitara” trebuie asigurata prin montajul unui ventilator “KALORI” in pavilion, cu posibilitate de introducere/exhaustare aer - debit 390 m3/ora; Garanție: Minim 100 000 km	(panouri termoformate din ABS sanitar de culoare alba). Celula sanitara este separata de cabina sofer/ pasager printr-un panou despartitor, prevazut cu un „geam culisant” care asigura legatura intre cele doua compartimente. Instalatia electrica din ”celula sanitara ” va cuprinde un tablou general, iluminat interior cu 2 lampi (120 lx), trei prize de 12 V pentru aparatura medicala; echipamentelor medicale si a materialelor cuprinse în autosanitară: Targa principala transport pacient, este dotata cu sistem de rulare pe podea, mecanism de blocare a targi in timpul mersului, saltea pe targa si centuri de siguranta pentru imobilizarea pacientului in timpul transportului; Scaun pliabil cu rotile, cu sistem de imobilizare pacient, fixat pe panoul lateral dreapta in partea din spate, 1 bucata; Saltea de transfer 1 bucata; Ventilatia in “celula sanitara” trebuie asigurata prin montajul unui ventilator “KALORI” in pavilion, cu posibilitate de introducere/exhaustare aer - debit 390 m3/ora; Garanție: 100 000 km	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Igor Pojar** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **TechPlanet SRL** Adresa: juridică: **R. Moldova, mun. Orhei, sat. Piatra, MD-3542, oficiu: mun. Orhei, str. Mihai Eminescu 50**

