

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-746 din "02" 02 2022

OE participanți la procedura de achiziție

Beneficiari

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD- ocds-b3wdp1-MD-1641386480349 privind *Achiziționarea centralizată a reagenților de laborator - biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT)*, Vă comunică decizia din 21.02.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, emisă în conformitate cu prevederile pct. 6.1 din FDA (fișa de date a achiziției), după cum urmează:

Nr. Lot	Coduri	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț (fără TVA)	Preț (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Operatorul economic	Model/producător/Țara
4	4-80349	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	3700	14,70000	15,88	54 390,00	58 756,00	SRL Biosistem mld	21799 AMYLASE - PANCREATIC BS/ Spania/ Biosystems

Ofertanții respinși/descalificați:

- Lotul 1 Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinare la analizator automat**
- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: a) lipsește informație la interferență pentru magneziu și lipimie. Nu corespunde Coeficientul de variație intraserial și Coeficientul de variație extraserial s-a solicitat < 0,15 s-a prezentat CV (r) 0,996.
- Lotul 2 Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinare la analizator semiautomat**
- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
 - Lipsește informația la interferență pentru magneziu și lipimie; Nu corespunde Coeficientul de variație intraserial și Coeficientul de variație extraserial s-a solicitat < 0,15 s-a prezentat CV (r) 0,996.
- Lotul 5 Alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinare la analizator semiautomat**
- Oferta operatorului economic **SRL Biosistem mld** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat pentru determinarea la analizator semiautomat s-a prezentat pentru automat.
- Lotul 6 Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinare la analizator automat**
- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu s-a regăsit lipemia. Nu corespunde Coeficientul de variație intraserial și Coeficientul de variație extraserial s-a solicitat < 0,03 s-a prezentat CV (r) s-a prezentat 0,998.
- Lotul 12 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat**
- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu are determinare Material pentru investigații: fluorinizată sau heparinizată, urina. Nu corespunde Coeficientul de variație intraserial < 7.0 și Coeficientul de variație extraserial < 3.0 s-a prezentat CV (r) = 1. Nu s-a regăsit Interferențe: Lipemie până la 20 g/l.
- Lotul 13 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat**
- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu are determinare Material pentru investigații: fluorinizată sau heparinizată, urina. Nu corespunde Coeficientul de variație intraserial < 7.0 și Coeficientul de variație extraserial < 3.0 s-a prezentat CV (r) = 1. Nu s-a regăsit Interferențe: Lipemie până la 20 g/l.
- Lotul 16 Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinare la analizator automat**
- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde Metoda de determinare: S-a solicitat Metoda Imunoturbidim etrică s-a prezentat Metoda turbidimetrica.
- Lotul 17 Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinare la analizator semiautomat**
- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde Metoda de determinare: S-a solicitat Metoda Imunoturbidim etrică s-a prezentat Metoda turbidimetrica.
- Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă :
- Lotul 3 Fosfatasa alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinare la analizator semiautomat**
- Lotul 7 Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinare la analizator semiautomat**
- Lotul 8 Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat**
- Lotul 9 Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat**
- Lotul 10 Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat**
- Lotul 11 Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat**

Lotul 14 Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat
Lotul 15 Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat


Se anulează loturile anulează în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadevrate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;

Lotul 1 Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat
Lotul 2 Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat
Lotul 5 Alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat
Lotul 6 Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat
Lotul 12 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat
Lotul 13 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat
Lotul 16 Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat
Lotul 17 Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat

În același timp, menționăm că CAPCS nu va iniția o altă procedură de achiziție luând în considerare că au fost desfășurate două proceduri de achiziție publică. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice poartă răspundere pentru asigurarea cu necesar de reagenți de laborator – biochimie pentru anul 2022. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **23.02.2022**, până la termenul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

Președintele grupului de lucru



Gheorghe GORCEAG

Ex. Irina Arvinle.
Tel. 022 222 364

