

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: **"05" decembrie 2018**

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1541150554500

Invitație la licitația: -

Alternativa Nr.:

Către: **Serviciul de Informații și Securitate**

FCPC "DataControl" SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire.
- b) **FCPC "DataControl" SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii: Dispozitiv pentru reprocesarea automată a sistemelor de endoscopie
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **348 500,00 (trei sute patruzeci și opt mii cinci sute lei, 00 bani) lei MDL.**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **418 200,00 (patru sute optsprezece mii două sute lei, 00 bani) lei MDL.**
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **FCPC "DataControl" SRL** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: _____



L.S.

Nume: **Alexandru Grabzei**

În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC „DataControl” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Melistiu, 20**

Data: **"05" decembrie 2018**

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1541150554500		Data: 05.12.2018		Alternativa nr.					
Denumirea licitației: Dispozitive medicale		Lot: Dispozitiv pentru reprocesarea automată a sistemelor de endoscopie		Pagina 1 din 1					
Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
1	33100000-1	2 Dispozitiv pentru reprocesarea automată a sistemelor de endoscopie	3 buc	4 1	5 348.500.00	6 418.200.00	7 348.500.00	8 418.200.00	9 în termen de 30 zile după semnarea contractului
		Total					348.500.00	418.200.00	

Semnăți: _____ Numele, prenumele: Grabazei Alexandru în calitate de: Director

Ofertantul: FCPC „Datacontrol” S.R.L. Adresa: str. Meleștiu 20 Tel: 0-22-27-37-12



Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1541150554500	Data:	05.12.2018	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Dispozitive medicale	Lot:	Dispozitiv pentru reprocessarea automată a sistemelor de endoscopie	Pagina: 1 din 2

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
1	33100 000-1	Dispozitiv pentru reprocessarea automată a sistemelor de endoscopie	INNOVA – E2SDH	Germania	Cantel	<p>6</p> <p>Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza chimic endoscoape flexibile, folosind un sistem automat de umezire și curățare a canalelor endoscopului.</p> <p>Configurație: Static pe podea.</p> <p>Dotat cu impimanta ce eliberează tichet de validare a reprocessării.</p> <p>Numarul de cicluri ≥ 1 Monitor Touchscreen color.</p> <p>Timp de procesare a unui ciclu –per total pina la 30 min (control la ermetism, spalare, dezinfectarea/Sterilizarea, Clatire.)</p> <p>Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (peracetetic acid,glutaraldehide) Utilizarea detergenților și dezinfectanților concentrate, ce nuneceșită prepararea prealabilă de către personal.</p> <p>Dezinfectantul utilizat se elimina după fiecare ciclu, pentru evitarea infectării încrușate a endoscopului următor (conform EN).</p> <p>Camera de dezinfecție ermetică cu volum de până la 10 litri, cu încărcare verticala de sus.</p> <p>Detectarea automata a scurgerilor si a variatiilor de temperatura ≤ 45 grade.</p> <p>Încarcarea detergent Automata, Alarma Automata , Programe de autotestare și autodezinfecție.</p> <p>Endoscoape per ciclu = 1 Posibilitatea de conectare: gastroscop, duodenoscop, colonoscop, bronhoscop, ureterocistoscopia cu conectorii incluși. Compatibil cu următorii producători de endoscoape: Olympus, Karl-Storz, Fujinon și Pentax.</p>	<p>7</p> <p>Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza chimic endoscoape flexibile, folosind un sistem automat de umezire și curățare a canalelor endoscopului.</p> <p>Configurație: Static pe podea.</p> <p>Dotat cu impimanta ce eliberează tichet de validare a reprocessării.</p> <p>Numarul de cicluri ≥ 1 Monitor Touchscreen color.</p> <p>Timp de procesare a unui ciclu –per total pina la 30 min (control la ermetism, spalare, dezinfectarea/Sterilizarea, Clatire.)</p> <p>Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (peracetetic acid,glutaraldehide) Utilizarea detergenților și dezinfectanților concentrate, ce nuneceșită prepararea prealabilă de către personal.</p> <p>Dezinfectantul utilizat se elimina după fiecare ciclu, pentru evitarea infectării încrușate a endoscopului următor (conform EN).</p> <p>Camera de dezinfecție ermetică cu volum de până la 10 litri, cu încărcare verticala de sus.</p> <p>Detectarea automata a scurgerilor si a variatiilor de temperatura ≤ 45 grade.</p> <p>Încarcarea detergent Automata, Alarma Automata , Programe de autotestare și autodezinfecție.</p> <p>Endoscoape per ciclu = 1 Posibilitatea de conectare: gastroscop, duodenoscop, colonoscop, bronhoscop, ureterocistoscopia cu conectorii incluși. Compatibil cu următorii producători de endoscoape: Olympus, Karl-Storz, Fujinon și Pentax.</p>	8



CE/ISO

