

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771338468360 din 22.02.2026

Obiectul de achiziție: "INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...02027 din 25.11.2025) încheiat prin procedura de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1744283102027 din 10.04.2025 privind Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anii 2026 (subsecvent 4)

Co d CP V	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standar de de Referinț ă
33100 000-1	44.1	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (001561)	Mănuși pentru examinare din latex cu pudră, Mărimea S	Malaiezia	SUPERMAX GLOVE MANUFACTU RING SDN. BHD.	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; Doc confirm Lot 43 TECHNICAL FILE-Powder free latex exam gloves.signed, Lot 43 MDR DOC(Medic Dent) latex.signed, Lot 43 EN 420 EN 374-2.signed	DM0003 04805
33100 000-1	44.3	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563)	Mănuși pentru examinare din latex cu pudră, Mărimea L	Malaiezia	SUPERMAX GLOVE MANUFACTU RING SDN. BHD.	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; Doc confirm Lot 43 TECHNICAL FILE-Powder free latex exam gloves.signed, Lot 43 MDR DOC(Medic Dent) latex.signed, Lot 43 EN 420 EN 374-2.signed	DM0003 04807
33100 000-1	45.1	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565)	Mănuși pentru examinare din nitril, nepudrate, mărimea S	Malaiezia	SUPERMAX GLOVE MANUFACTU RING SDN. BHD.	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; 28-30 TECHNICAL FILE NITRILE PF (SGM)_MEDIC- DENT.semnat 28-30 Declaration of Conformity- Medic Dent.semnat	DM0003 03652
33100 000-1	45.2	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566)	Mănuși pentru examinare din nitril, nepudrate, mărimea M	Malaiezia	SUPERMAX GLOVE MANUFACTU RING SDN. BHD.	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M- de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; 28-30 TECHNICAL FILE NITRILE PF (SGM)_MEDIC- DENT.semnat28-30 Declaration of Conformity- Medic Dent.semnat	DM0003 03653
33100 000-1	45.3	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567)	Mănuși pentru examinare din nitril, nepudrate, mărimea L	Malaiezia	SUPERMAX GLOVE MANUFACTU RING SDN. BHD.	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; 28-30 TECHNICAL FILE NITRILE PF (SGM)_MEDIC- DENT.semnat 28-30 Declaration of Conformity- Medic Dent.semnat	DM0003 03654

33100 000-1	45.4	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568)	Mănuși pentru examinare din nitril, nepudrate, mărimea XL	Malaiezia	SUPERMAX GLOVE MANUFACTU RING SDN. BHD.	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; 28-30 TECHNICAL FILE NITRILE PF (SGM)_MEDIC- DENT.semnat 28-30 Declaration of Conformity- Medic Dent.semnat	DM0003 03655
33100 000-1	74.2	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602)	20ml sau 24ml, ac 21Gx1½	China	Changzhou Yuekang Medical Appliance Co. Ltd	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC;- ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual Doc confirm -Lot 2,35, 73, 74, 75, 76, 88 Yuekang-new	CE, ISO, DC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23