

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1706817737510 din 01.02.2024

Obiectul achiziției: SETURI DE DIAGNOSTIC SECȚIA VIRUSOLOGIE / LDSA

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Set de diagnostic LOT 1	INGEZIM PPA DAS 2.0 11.PPA.K2	Spania	Gold Standard Diagnostics	Set de diagnostic, să utilizeze principiul ELISA (dublu anticorpi sandwich) pentru detectarea antigenului virusului pestei porcine africane. microplăci (poliester) căptușite cu anticorpi specifici monoclonali VP 73, de 96 de godeuri cu stripuri detașabile (12/placa) cite 8 godeuri conjugat lichid concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale control pozitiv lichid control negativ lichid soluție de diluție soluție substrat soluția de spălare concentrată (25x) soluție stop Compatibil speciei de animal menționat Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, în limba română, precizându-se producătorul, lotul . Setul sa fie standartizat la kitul etalon WOA, founded as OIE – confirmarea documentară se	Setul de diagnostic utilizează principiul ELISA (dublu anticorpi sandwich) pentru detectarea antigenului virusului pestei porcine africane. microplăci (poliester) căptușite cu anticorpi specifici monoclonali VP 73, de 96 de godeuri cu stripuri detașabile (12/placa) cite 8 godeuri conjugat lichid concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) este utilizat pe probe individuale control pozitiv lichid control negativ lichid soluție de diluție soluție substrat soluția de spălare concentrată (25x) soluție stop Compatibil speciei de animal menționat Setul de diagnostic este însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, în limba română și cu precizarea producătorului, lotului și a termenilor de valabilitate. Setul este standartizat la kitul etalon WOA, founded as OIE – confirmarea documentară este	Certificat ISO 9001:2015; Acte ce atestă respectarea de către Producător a standardelor de calitate și siguranță

				prezintă în ofertă.	prezentată în ofertă. Producător: Gold Standard Diagnostics Produs: INGEZIM PPA DAS 2.0 11.PPA.K2 Lot: 220208R Valabilitate: 11/2024	
Set de diagnostic LOT 2	INgezim BTV Compac 2.0 12.BTV.K.3	Spania	Gold Standard Diagnostics	Set de diagnostic să utilizeze principiul Elisa pentru detectia anticorpilor specifici ai proteinei VP7 a virusului Bluetongue la rumegătoare microplăci căptușite cu proteina VP7 de 96 de godeuri cu stripuri detașabile (12/placa) cite 8 conjugat concentrat de a fi utilizat (10X) pe probe individuale ser și plasma control pozitiv lichid control negativ lichid soluție de diluție soluție substrat soluția de spălare concentrată soluție stop Compatibil speciei de animal menționat Se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, în limba romana, precizându-se producatorul, lotul . Setul sa fie standartizat la kitul etalon WOA, founded as OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.	Setul de diagnostic utilizează principiul Elisa pentru detectia anticorpilor specifici ai proteinei VP7 a virusului Bluetongue la rumegătoare microplăci căptușite cu proteina VP7 de 96 de godeuri cu stripuri detașabile (12/placa) cite 8 conjugat concentrat este utilizat (10X) pe probe individuale ser și plasma control pozitiv lichid control negativ lichid soluție de diluție soluție substrat soluția de spălare concentrată soluție stop Este compatibil speciei de animal menționat. Se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, în limba romana, cu precizarea producătorului, lotului și a termenilor de valabilitate. Setul este standartizat la kitul etalon WOA, founded as OIE – confirmarea documentară este prezentată în ofertă. Producător: Gold Standard Diagnostics Produs: INgezim BTV Compac 2.0 12.BTV.K.3 Lot: 230096 Valabilitate: 05/2025	Certificat ISO 9001:2015; Acte ce atestă respectarea de către Producător a standardelor de calitate și siguranță
Set de diagnostic LOT 3	Anti-Rabies Nucleocapsid Conjugate	Franța	BIO-RAD	Set de diagnostic la rabie prin metoda imunofluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, în limba romana, precizandu-se producatorul și lotul . Marcat de producător pentru uz veterinar.	Set de diagnostic la rabie prin metoda imunofluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat Setul de diagnostic va fi însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. fiind indicat lotul și producătorul. Marcat de producător pentru uz veterinar. Producător: BIO-RAD	Certificat ISO 9001:2015; Acte ce atestă respectarea de către Producător a standardelor de calitate și siguranță

					Produs: Anti-Rabies Nucleocapsid Conjugate Code: 3572112 Lot: 3E0077 Valabilitate: 05/2025	
Set de diagnostic LOT 4	ID Screen® Capripox Double Antigen Multi-species IDVCPVDA-2P	Franța	ID-Vet	Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA cu antigen dublu pentru detectarea anticorpilor împotriva capripoxvirusurilor, inclusiv virusul bolii cutanate noduloase (LSDV), virusul poxului ovin (SPPV) și virusul variolei caprine (GTPV) în ser sau plasmă de la bovine, ovine, caprine sau alte specii sensibile. microplăci din poliester de 96 de godeuri căptușite cu antigen, cu stripuri detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat (antigen purificat marcat cu peroxidază)10x control pozitiv lichid control negativ lichid tampon de diluare pentru probe examinate tampon de diluție pentru prepararea conjugatului soluție substrat soluția de spălare concentrată soluție stop Setul sa fie în conformitate cu cerințele Setul sa fie standartizat la kitul etalon WOAHA, founded as OIE confirmarea documentară se prezintă în ofertă.	Setul de diagnostic utilizează principiul ELISA cu antigen dublu pentru detectarea anticorpilor împotriva capripoxvirusurilor, inclusiv virusul bolii cutanate noduloase (LSDV), virusul poxului ovin (SPPV) și virusul variolei caprine (GTPV) în ser sau plasmă de la bovine, ovine, caprine sau alte specii susceptibile. -microplăci din poliester de 96 de godeuri căptușite cu antigen, cu stripuri detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, -conjugat concentrat (antigen purificat marcat cu peroxidază)10x -control pozitiv lichid -control negativ lichid -tampon de diluare pentru probe examinate -tampon de diluție pentru prepararea conjugatului -soluție substrat -soluția de spălare concentrată (20X) soluție stop (0.5 M) Setul corespunde în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals at World Organization for Animal Health (OIE), ediția în vigoare și este validat în cadrul EURL CODA CERVA, Belgia, Institutul Friedrich Loeffler, Germania. Producător: ID-Vet Nr. Lotului: N26 Codul produsului: IDVCPVDA-2P Termen de valabilitate: 11/2023-11/2025	Certificat ISO 9001:2015; Acte ce atestă respectarea de către Producător a standardelor de calitate și siguranță, Certificat CE Confirmare/ Certificat că setul corespunde cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals at World Organization for Animal Health (OIE), ediția în vigoare și validat în cadrul EURL CODA CERVA, Belgia, Institutul Friedrich Loeffler, Germania.
TOTAL						

Semnat: **Vasile CUCU**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Autoritate Grup**” SRL

Adresa: **mun. Chișinău, str. Primăverii 11**