

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”

Numărul achiziției comerciale: 21036567, ocde-b3wdp1-MD-1614086768179.							Data: 09.03.2021	Alte
Denumirea obiectului achiziției: Achiziționarea reactivi-reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2021.							Lot:	pag.
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stz de 1
-	1	2	3	4	5	6	7	

Lot 3. Reactivi pentru investigații coagulologice, analizator Helena C-4 (sistem închis).

1	33600000-6	Tromboplasina lichidă + Calcium Chloride, metoda Clot, ISI ≤ 1,3.	Prothrombin-DAC.Lq ISI	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x10,0 ml tromboplastină + Ca Cl2	Set pentru determinarea timpului de protrombină (Tromboplastina) reaglient chid, + CaCl ₂ , metoda Clot, ISI ≤ 1,3. Set 10fl x 10ml, compatibil cu aparatul Helena C-4. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
2	33600000-6	Calibrator universal	Coagulo St-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Calibrator universal, set 1fl x 1ml, compatibil cu aparatul Helena C-4. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
3	33600000-6	Trombin reagent (Fibrinogen), Fibrinofen calibrator, Owrens Bufer, metoda Claus	Fibrinogen-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 5x4,0 ml trombin reagent, 2x1,0 ml fibrinogen calibrator, 2,0x25 ml Owrens Bufer	Trombin reagent (Fibrinogen), Fibrinofen calibrator, Owrens Bufer, metoda Claus. Set 8fl x 3ml-reagent + bufer + calibrator, compatibil cu aparatul Helena C-4. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
4	33600000-6	Trombina (TT)	Thrombin-DAC-mono	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x2,0 ml trombină	Set pentru determinarea timpului de trombină (Trombina TT) set 8fl x 3ml, compatibil cu aparatul Helena C-4. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
5	33600000-6	Plasmă de control normal cu matrice umană	Control Plasma L1	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Plasmă de control normală, 1fl x 1ml, compatibil cu aparatul Helena C-4. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
6	33600000-6	Plasmă de control patologic cu matrice umană	Control Plasma L2	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Plasmă de control patologică, 1fl x 1ml, compatibil cu aparatul Helena C-4. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS

Lot 6. Reactivi pentru investigații hematologice, analizator ERMA PCE-210 (sistem deschis).

1	33600000-6	Diluent	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	Marcaj CE Compatibil cu aparatul Erma PCE-210. Ambalaj pentru aparat 20L.	Soluție pentru diluare (Diluent), amb. 20L. Compatibil cu aparatul Erma PCE-210. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
2	33600000-6	Soluție detergent	Diaclenz-Erma	Ungaria	Diagon	Marcaj CE Compatibil cu aparatul Erma PCE-210. Ambalaj pentru aparat 5L.	Soluție detergent, amb. 5L. Compatibil cu aparatul Erma PCE-210. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
3	33600000-6	Hemolizant fără cianură	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	Marcaj CE Compatibil cu aparatul Erma PCE-210. Ambalaj pentru aparat 0,5L.	Hemolizant fără cianură, amb. 0,5L. Compatibil cu aparatul Erma PCE-210. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
4	33600000-6	Hipoclorid, 0,5%	Diaclean Cell	Ungaria	Diagon	Marcaj CE Compatibil cu aparatul Erma PCE-210. Ambalaj pentru aparat 1L.	Soluție concentrată de Hipohlorid, 0,5%, amb. 1L. Compatibil cu aparatul Erma PCE-210 Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
5	33600000-6	Control hematologic, 3 nivele: Low, Normal, High	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	Marcaj CE Compatibil cu aparatul Erma PCE-210. Ambalaj pentru aparat 3fl x 2,5ml.	Control hematologic cu 3nivele: (Low, Normal, High), cu 18 parametri. Compatibil cu aparatul Erma PCE-210. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS

Lot 7. Reactivi pentru investigații hematologice, analizator BeneSphera H 32 (sistem deschis).

1	33600000-6	Diluent	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	Marcaj CE, Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32, Ambalaj pentru aparat 20L	Soluție pentru diluare, amb. 20L. Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
2	33600000-6	Soluție detergent	Dia-Cleaner	Ungaria	Diagon	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32 , Ambalaj pentru aparat 1,0 l	Soluție detergent, amb. 1L. Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
3	33600000-6	Hemolizant fără cianură	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32 , Ambalaj pentru aparat 0,5 l	Soluție pentru diluare, amb. 0.5L. Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS

4	33600000-6	Control hematologic, 3 nivele: Low, Normal, High	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	Marcaj CE Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32 .Ambalaj pentru aparatul 3fl. x 2,5ml	Control hematologic cu 3nivele: (Low, Normal, High), cu 18 parametri. Compatibil cu aparatul BeneSphera H 32. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
---	------------	--	-----------------------------	---------	--------	--	--	----

Lot 11. Reagenți pentru investigații imunologice FR, CRP, ASO, teste Latex, metoda manuală.

1	33600000-6	Antistreptolizina O (ASO)	ASLO-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu streptolizina - 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >200 U/ml, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate ≥98% și specificitate ≥97%. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.	Antistreptolizina O (ASO) , metoda latex-test, set 5ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
2	33600000-6	Proteina C reactivă (CRP)	CRP-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu anti-CRP uman IgG de capră, 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >20 mg/L, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate ≥95,6% și specificitate ≥96,2%. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.	Proteina C reactivă (CRP) , metoda latex-test, set 5ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
3	33600000-6	Factorul Reumatoid (RF)	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu y-globulina umană, 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >30 U/ml, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate 100% și specificitate 100%. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.	Factorul Reumatoid (RF) , metoda latex-test, set 5ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS

Lot 13. Expres teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei.

1	33600000-6	Acetonă în urină, bandeletă	DAC-1K	Moldova	Dac-SpectroMed	în set de 100 unit	Teste pentru determinarea rapidă a acetonei în urină, bandeletă. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
2	33600000-6	Bandelete p/u analiza urinei: glucoză, proteină, pH, greutate specifică	DAC-4S	Moldova	Dac-SpectroMed	în set de 100 unit, CE	Bandelete pentru analiza urinei: glucoză, proteină, pH, greutate specifică. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS

14	33600000-6	Lotul 14. Pipetă serologică	Sterile serological pipettes - graduated, sterile, Pyrogen-free/1 ml, cottoned, grad. 1/100 - individually wrapped	Italia	Aptaca	1,0 ml, sterilă, ambalată individual, CE	Pipete serologice, sterile, gradate, vol. 1ml, ambalate individual. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS
16	33600000-6	Lotul 16. Lamă sticlă,	Slides width 25.2-25.4mm,length - 7,5-8, thickness 2mm	China	RMD	sticlă, lungimea 75mm, grosimea 2mm, lățimea 25mm, cu marginea șlefuită, spălate, degresate, ambalate ermetic, CE	Lame din sticlă, lungimea 75mm, grosimea 2mm, lățimea 25mm, cu marginea șlefuită, spălate, degresate, ambalate ermetic. Conform specificării tehnice depline solicitate.	IS

17	33600000-6	Lotul 17. Eprubetă, 10 ml	test tube 16x100 mm 10 ml conical, without rim, graduated, in PP + stopper for test tubes ø 16 mm in PE light blue colour	Italia	FL	conică din polipropilen cu capac, CE	Eprubete din polipropilen cu capac, vol. 10ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	IS
18	33600000-6	Lotul 18. Eprubetă sterilă, 0,5ml	Pediatric collection tube with capillary	China	RMD	sterilă pentru colectarea sângelui capilar cu K3EDTA, microcapilar-100 mcl, capac pentru transportarea probelor fixat de tub, CE , ambalate câte 100 buc.	Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar cu K3EDTA, microcapilar-500mkl, cu capac pentru transportarea probelor. Conform specificației tehnice depline solicitate.	IS
21	33600000-6	Lotul 21. Minieprubete pentru coagulometrul Helena C-4	colorimetric cup German TECO 2 Hole	China	Dong	din poliester, duble, diametrul intern al părții înguste să fie 4,0 mm, CE	Minieprubete pentru coagulometrul Helena C-4. Conform specificației tehnice depline solicitate.	IS
22	33600000-6	Lotul 22. Eprubetă cu citrat de sodiu, volum 3,0 ml	test tube 12x56 mm with 0,25 ml of Sodium Citrate (3,8 %) yellow cap for 2,25 ml of blood (Coagulation)	Italia	FL	pentru colectarea sângelui pentru coagulogramă, cu capac, etichetă, 50 unit în stativ, CE	Eprubete cu Citrat Na 3,8% pentru colectarea sângelui pentru coagulogramă vol. 2-3ml, cu capac, cu etichetă. Conform specificației tehnice depline solicitate.	IS
23	33600000-6	Lotul 23. Eprubetă K3 EDTA, volum sînge 2,5 ml	test tube 12x56 mm with K3 EDTA x 2,5 ml of blood dark green cap	Italia	FL	cu etichetă, capac, 50 unit în stativ, CE	Eprubetă cu K3EDTA, vol. sânge 2,5ml, cu capac și etichetă. Conform specificației tehnice depline solicitate.	IS
24	33600000-6	Lotul 24. Container pentru urină, volum 200 ml	Container 220ml, with label, non-sterile, 500/ctn	China	Dong	din polipropilen cu capac filetat, CE	Container din polipropilen, pentru urină, gradat, cu capac, vol. 200-220ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	IS
26	33600000-6	Lotul 26. Container 25 ml, pentru mase fecale	Stool container, sterile, with label, 25ml -30ml	China	RMD	din propilen, capac filetat cu lopățică, etichetă, CE	Container nesteril pentru materii fecale, cu lopățică, din plastic, cu lopățică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	IS
27	33600000-6	Lotul 27. Vîrf galben universal tip Gilson, volum 0-200mkl,	Gilson Tip 200ul, 1000pcs/bag, 50bags/carton	China	RMD	din polipropilen, autoclavabil, cu nervurile externe de înălțime joasă și uniformă, pentru pipetă automată cu 8 canale, ambalate de la producător câte 1000 buc , CE	Vîrf galben universal tip Gilson, vol. 0-200mkl. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	IS
28	33600000-6	Lotul 28. Vîrf albastru tip Gilson, volum 200-1000mkl,	Gilson Tip 1000ul, 500pcs/bag, 30bags/carton	China	RMD	din polipropilen, autoclavabil, pentru pipetă automată, ambalate câte 1000 buc , CE	Vîrf albastru tip Gilson, vol. 200-1000mkl, Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	IS
29	33600000-6	Lotul 29.Scarificator-lanceta	stainless steel blood lancet,flake type, sterile,size:L, 200pcs/box,	China	RMD	din inox, cu adancitura in cehtu, lanceta centrala, lungime scarificaror: ≥ 36 mm, lungime lanceta: 3,3 mm, latime scarificator: 5 mm, corpul scarificatorului cu capetele ascutite taiate, steril, ambalat individual, pentru recoltarea probelor hematologice	Scarificator-lanțetă din inox, cu adâncitură în centru, lanțetă centrală, lungime scarificaror: ≥ 36mm, lungime lanțetă: 3,3mm, lățime scarificator: 5mm, corpul scarificatorului cu capetele ascutite taiate, steril, ambalat individual, pentru recoltarea probelor hematologice. Conform specificației tehnice depline solicitate.	IS

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 09.03.2021

Valabilitatea ofertei - 30 zile.