

Specificație tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1777453151767 / 21613654					Data: 22.05.2026	Alternativa nr.: nu	
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază) - Repetat					Pagina: <u> 1 </u> din <u> 2 </u>		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot / Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	
33100000-1	35	Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 (007189)	400SH511	China	JIKE	Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu circuite de multiplă utilizare și compatibil cu sistem de umidificare SH530 PN:400SH511, Bucată	Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu circuite de multiplă utilizare și compatibil cu sistem de umidificare SH530 PN:400SH511	DM000381702
33100000-1	39	Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafața pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray (007202)	MR401B	China	Mindray	Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafața pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray, Bucată	Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafața pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray, Bucată	DM000225919
33100000-1	43	Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 (007210)	SH360	China	JIKE	Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 reutilizabila, adult, Bucată	Camera de umidificare SH360 pentru umidificator JIKE model SH530, ventilator Mindray SV650 reutilizabila, adult, Bucată	DM000381702
33100000-1	51	Kit de mentenanță anuală compatibil cu mașina de anestezie Mindray Seria WATO (007308)	115-110026-00	China	Mindray	Kit de mentenanță((115-021121-00) pentru 1 an compatibil cu mașinile de anestezie Mindray seria Wato, Bucată	Kit de mentenanță 115-110026-00 pentru 1 an pentru mașinile de anestezie Mindray seria Wato, Bucată Notă: 115-021121-00 - nu mai există, Mindray l-a înlocuit cu: 115-110026-00!	DM000153166

331000 00-1	52	Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 (007309)	115-110150- 00 + MOX-3	China	Mindray	Kit-ul de mentenanta 1 an (echivalent cu model 115-049765-00) , compatibil cu ventilator SV650,600 Mindray in set cu sensor O2 , Bucată	Kit de mentenanță pentru 1 an 115- 110150-00, pentru ventilatorul SV600/650/800/850 cu turbină in set cu sensor O2 tip galvanic MOX-3 Notă: 115-049765-00 - nu mai există, Mindray l-a înlocuit cu: 115-110150- 00!	DM000153158 + DM000394662
----------------	----	--	---------------------------------	-------	---------	--	--	---------------------------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sveatoslav Prodan** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ÎM „Dutchmed-M” SRL** Adresa: **str. Grenoble 21, oficiul S108, mun. Chișinău**