

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

NR licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1614254010289	Data: 9 mart 2021, 9:00 - 19 mart 2021, 15:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Consumabilele medicale pentru cabinetul de cardiologie interventionala pentru anul 2021	Lot: 2,3,5,6,8.	Pagina: 1 din 1

NR. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
	1	2	3	4	5	6	7	8
2	3310000 0-1	Lot 2. Ocludere pentru DSA (Defect septal ventricular)	Ocluder PFO: LYKFDQ-I 1818, LYKFDQ-I 1824, LYKFDQ-I 2424, Delivery system: ODS-A-I-8F, ODS-A-I-9F	China	Lepu Medical	Design asimetric cu doua discuri (disc mai mic pentru atriu sting), confectionat din plasa din nitinol intrețesut cu fir din poliester. Trombogenitate zero. Posibilitatea de recuperare deplina si repositionare completa, pana la deploimentul dispozitivului. Dimensiuni: Diametre Disc atrial drept - 18,25,35mm; Diametre disc atrial sting - 18,18,25mm; Teaca recomandata - min 8F cu curba 45 grade pentru diametre disc atriu drept 18 si 25 si 9F cu curba 45 grade pentru diametrul 35mm	Conform brosurii anexate Lot 2	CE/ISO
3	3310000 0-1	Lot 3. Stent pentru artere coronare	GuReater	China	Lepu Medical	Stent medicamentos (Sirolimus) destinat arterelor coronare, din cobalt crom, montat pe balon, cu flexibilitate sporită și apoziție maximală față de peretele vasului, Celule deschise suficient de largi ce permit accesul ramurilor laterale. Polimer biodegradabil în perioada optimă de 3-4 luni. Balonul de o compleanță joasă ce permite apoziția optimă a stentului față de peretele vasului. Balonul trebuie să aibă marcheri radioopaci cu vizibilitate optimală. Materialul balonului - nylon. Presiunea nominală optimă 9 atm, presiune de spargere minim 14 atm. Shaftul cu acoperire hidrofilă, lungime minimă 144 cm, RX (rapid exchange)	Conform brosurii anexate Lot 3	CE/ISO

						compatibil cu ghid 0,014” Crossabilitate și pushabilitate sporită pentru negocierea arterelor tortuase. Diametre stent obligatorii: 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00. Lungimi obligatorii: 9, 12,15,18,24,28, 33, 38 mm		
5	3310000 0-1	Lot 5. Cateter pentru trombaspirație	Thromsweeper (Thrombus Extraction Catheter)	China	Lepu Medical	Cateter pentru trombaspirație dedicat, cu vizibilitate fluroscopică sporită. Pushabilitate sporită și rezistență la kinking. Crosabilitate sporită în vase torturase. Aspirație eficientă fără ovalizarea sau colapsul lumenului. Lumen dublu (shaft pentru aspirație și altul pentru ghid 0,014”). Acoperire hidrofilă a capătului distal minim 40 cm. Prezența stiletului metalic pentru oferirea unei pushabilități sporite. Lungime shaft minim 140 cm, RX (rapid exchange). Diametre shaft: 6F,7F,8F cu diametre capăt distal de aspirare de 1.0, 1,25 și 1.42 mm respectiv.	Conform brosurii anexate Lot 5	CE/ISO
6	3310000 0-1	Lot 6. Cateter pentru trombaspirație	Hoper	China	Lepu Medical	Caterer cu balon dedicat pentru angioplastie de artere coronare, RX (rapid exchange). Shaft distal hidrofilic, flexibil ce oferă o flexibilitate și crosabilitate a anatomiilor tortuoase. Profil minimal, ca să permită trecerea a două catetere cu balon prin categhid de 6F. Lungime shaft-minim 145cm. Diametre obligatorii: 1.25, 1.50, 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.0mm. Lungimi balon obligatorii: 10,15,20,30,40mm. Un singur marcher radioopac. Presiune nominală de minim 6 atm. Presiune de spargere a balonului de 12-14 atm.	Conform brosurii anexate Lot 6	CE/ISO
8	3310000 0-1	Lot 8. Cateter cu balon	NC Tadpole	China	Lepu Medical	Cateter cu balon pentru postdilatare folosit în intervenții endovenoase. Compatibilitate teacă - 6F - 12F; Shaft - 100 cm; Diametre obligatorii: 12, 14, 16, 18, 20,22,24, 26mm; Lungimi obligatorii: 20mm și 40mm. Marcheri radioopaci pentru vizibilitate sporită.	Conform brosurii anexate Lot 8	CE/ISO

Ofertantul: “AG Medical”SRL

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Rusu Cristina**

În calitate de: **administrator**

