

Specificații tehnice							
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8!							
Numărul licitației:		LP nr.: scds-82ndp1-MD-164945389666				Data: -04/ februarie 2022	
Denumirea licitației:		Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților INSP Institutul Național de Cercetări Științifice "Emil Botev" din anul 2022				Lot:3/45	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea Lot	Denumirea produselor	Modelul articolelor	Tara de origine	Produsul-cămin	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
1	2	3	4	5	6	7	8
3101 00-1	1	Ac pentru sticlă de insulă	Ac pentru sticlă de insulă	Droptel, model B014	Polonia	HTL-Sirela S.A.	Ac pentru sticlă de insulă. Steril, dimensiune folie: 120x120 mm, grosime: 0,23 mm, diametrul acului: 31 G. Termenul de valabilitate: 12 luni de la livrare. Corespunderea fiecărei parametrii tehnice și standard de calitate, pentru fiecare produs în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginii din pasaportul tehnic, manualul utilizatorului, planul produsului (emisiile producătorului). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatul de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorilor/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificităților tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru aputa fi identificat conform catalogului prezentat. Termenul de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: până la 30 de zile de la semnarea contractului. Certificat CE/declarație CE; ISO sau FDA.
3101 00-1	3	Senzor glicemic	Senzor glicemic	A7+TouchCare® System, model MD3026	China	Medtrum Technologies Inc.	Senzor de glicemie model MD3026; (pagina 17 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide) Durata de funcționare: 14 zile (pagina 229-230 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Rezistență la apă: IPX8 (2,5 m, 60 min) (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Steril, metoda de Sterilizare: Prin radiație (pagina 229-230 Ghidul Utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Sistemul A7+TouchCare® System este recomandat spre utilizare începând cu vîrsta de la 2 ani (pagina 1 Ghidul Utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Termenul de valabilitate minim 80% din termenul de valabilitate total. Termenul de livrare: prima tranșă până la 30 de zile de la semnarea contractului; aprilie-mai-august-septembrie 2022.
		Transmițător de date	A7+TouchCare® System, model MD 1026	China	Medtrum Technologies Inc.	Transmițător de date, model MD 1026, A7+TouchCare® System compatibil cu Senzorul de glicemie model MD3026 (pagina 17 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Dimensiune: 36,1 mm x 19,4 mm x 7,2 mm (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Greutate: 1,57 g (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Baterie: Integrat 3,7 V baterie litia sau polimer (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Cablul de rețea: model LQ005 (pagina 17 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Rezistență la apă: IPX8 (2,5 m, 60 min) (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Clasificare: Tipul echipamentului HF, funcționează continuu (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Stocarea datelor: Stocarea automată a datelor din ultimele 14 zile (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Durata de comunicare wireless: 10 m (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Durata funcționare: 1 an (vezi pagina 229 din Ghidul Utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Termenul de valabilitate minim 80% din termenul de valabilitate total. Termenul de livrare: prima tranșă până la 30 de zile de la semnarea contractului; aprilie-mai-august-septembrie 2022.	
3101 00-1	4	Pompă de insulă	Pompă de insulă	A7+TouchCare® System, model SY018, + baza pompei, model JN-022, + rezervor pentru insulina, model MD-JN-011, + senzor de glicemie, model MD3026, + transmițător de date, model MD 1026	China	Medtrum Technologies Inc.	Set pentru 12 luni pompă, transmițător, senzori, sisteme de infuzie/rezervor. Funcție low glucose suspend. Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatul de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorilor/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificităților tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru aputa fi identificat conform catalogului prezentat. Termenul de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: prima tranșă până la 30 de zile de la semnarea contractului; aprilie-mai-august-septembrie 2022. Certificat CE; ISO sau FDA.
		Rezervor pompa insulina	A7+TouchCare® System, model MD-JN-022, + rezervor pentru insulina, model MD-JN-011, + senzor de glicemie, model MD3026, + transmițător de date, model MD 1026	China	Medtrum Technologies Inc.	Set pentru 12 luni pompă, transmițător, senzori, sisteme de infuzie/rezervor. Funcție low glucose suspend. Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatul de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorilor/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificităților tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru aputa fi identificat conform catalogului prezentat. Termenul de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: prima tranșă până la 30 de zile de la semnarea contractului; aprilie-mai-august-septembrie 2022. Certificat CE; ISO sau FDA.	
		Senzor glicemic	A7+TouchCare® System, model MD-JN-011, + senzor de glicemie, model MD3026, + transmițător de date, model MD 1026	China	Medtrum Technologies Inc.	Set pentru 12 luni pompă, transmițător, senzori, sisteme de infuzie/rezervor. Funcție low glucose suspend. Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatul de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorilor/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificităților tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru aputa fi identificat conform catalogului prezentat. Termenul de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: prima tranșă până la 30 de zile de la semnarea contractului; aprilie-mai-august-septembrie 2022. Certificat CE; ISO sau FDA.	
		Transmițător de date	A7+TouchCare® System, model MD 1026	China	Medtrum Technologies Inc.	Transmițător de date, model MD 1026, A7+TouchCare® System compatibil cu Senzorul de glicemie model MD3026 (pagina 17 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Dimensiune: 36,1 mm x 19,4 mm x 7,2 mm (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Greutate: 1,57 g (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Baterie: Integrat 3,7 V baterie litia sau polimer (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Cablul de rețea: model LQ005 (pagina 17 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Rezistență la apă: IPX8 (2,5 m, 60 min) (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Clasificare: Tipul echipamentului HF, funcționează continuu (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Stocarea datelor: Stocarea automată a datelor din ultimele 14 zile (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Durata de comunicare wireless: 10 m (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Durata funcționare: 1 an (vezi pagina 229 din Ghidul Utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Termenul de valabilitate minim 80% din termenul de valabilitate total. Termenul de livrare: prima tranșă până la 30 de zile de la semnarea contractului; aprilie-mai-august-septembrie 2022.	
3101 00-1	5	Consumabilă pompă de insulă	Pompă de insulă	A7+TouchCare® System, model SY018, + baza pompei, model JN-022, + rezervor pentru insulina, model MD-JN-011, + senzor de glicemie, model MD3026, + transmițător de date, model MD 1026	China	Medtrum Technologies Inc.	Set pentru 12 luni senzori sisteme de infuzie/rezervor. Compatibil cu pompele de insulă de model Medtrum: Paradigm Voo-MMT 754 (fără la dotare). Pentru Consumabilă pompă de insulă fără decât cele compatibile cu pompa de insulă de model Medtrum: Paradigm Voo-MMT 754, se vor oferi cu titlu gratuit 44 pompe de insulă cu funcție low glucose suspend și 44 transmițător compatibil cu senzori și modelul de pompă oferit. Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatul de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorilor/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificităților tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru aputa fi identificat conform catalogului prezentat. Certificat CE; ISO sau FDA.
		Rezervor pompa insulina	A7+TouchCare® System, model MD-JN-022, + rezervor pentru insulina, model MD-JN-011, + senzor de glicemie, model MD3026, + transmițător de date, model MD 1026	China	Medtrum Technologies Inc.	Set pentru 12 luni senzori sisteme de infuzie/rezervor. Compatibil cu pompele de insulă de model Medtrum: Paradigm Voo-MMT 754 (fără la dotare). Pentru Consumabilă pompă de insulă fără decât cele compatibile cu pompa de insulă de model Medtrum: Paradigm Voo-MMT 754, se vor oferi cu titlu gratuit 44 pompe de insulă cu funcție low glucose suspend și 44 transmițător compatibil cu senzori și modelul de pompă oferit. Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatul de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorilor/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificităților tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru aputa fi identificat conform catalogului prezentat. Certificat CE; ISO sau FDA.	
		Senzor glicemic	A7+TouchCare® System, model MD-JN-011, + senzor de glicemie, model MD3026, + transmițător de date, model MD 1026	China	Medtrum Technologies Inc.	Set pentru 12 luni senzori sisteme de infuzie/rezervor. Compatibil cu pompele de insulă de model Medtrum: Paradigm Voo-MMT 754 (fără la dotare). Pentru Consumabilă pompă de insulă fără decât cele compatibile cu pompa de insulă de model Medtrum: Paradigm Voo-MMT 754, se vor oferi cu titlu gratuit 44 pompe de insulă cu funcție low glucose suspend și 44 transmițător compatibil cu senzori și modelul de pompă oferit. Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatul de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorilor/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificităților tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru aputa fi identificat conform catalogului prezentat. Certificat CE; ISO sau FDA.	
		Transmițător de date	A7+TouchCare® System, model MD 1026	China	Medtrum Technologies Inc.	Transmițător de date, model MD 1026, A7+TouchCare® System compatibil cu Senzorul de glicemie model MD3026 (pagina 17 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Dimensiune: 36,1 mm x 19,4 mm x 7,2 mm (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Greutate: 1,57 g (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Baterie: Integrat 3,7 V baterie litia sau polimer (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Cablul de rețea: model LQ005 (pagina 17 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Rezistență la apă: IPX8 (2,5 m, 60 min) (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Clasificare: Tipul echipamentului HF, funcționează continuu (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Stocarea datelor: Stocarea automată a datelor din ultimele 14 zile (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Durata de comunicare wireless: 10 m (pagina 229 Ghidul utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Durata funcționare: 1 an (vezi pagina 229 din Ghidul Utilizatorului A7+TouchCare® System User guide); Termenul de valabilitate minim 80% din termenul de valabilitate total. Termenul de livrare: prima tranșă până la 30 de zile de la semnarea contractului; aprilie-mai-august-septembrie 2022.	

Semnăt: Numele, Prenumele: Sarco Alexandru în calitate de: Director
Ofertant: Pharnomy SRL Adresa: MD-2071, mun. Chișinău, str. Durluiș, 4