

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1721141401507</u> din <u>16 iulie 2024</u>
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale cu coduri generice conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (partea II)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 87						
Audiometru 260900	SIBEL SOUND 400 AOM+	Spania	SIBEL S.A.U.	Audiometru Cod 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe și amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur "Audiometria, frecvența, Hz : "Conductivitatea aerului" 125 250 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 "Conductivitatea osului" 250 500 750	Audiometru Cod 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe și amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur (Da, pag.137 User Guide) "Audiometria, frecvența, Hz : "Conductivitatea aerului" 125 (Da, pag.54 User Guide) 250 (Da, pag.54 User Guide) 750 (Da, pag.54 User Guide) 1000 (Da, pag.54 User Guide) 1500 (Da, pag.54 User Guide) 2000 (Da, pag.54 User Guide) 3000 (Da, pag.54 User Guide) 4000 (Da, pag.54 User Guide) 6000 (Da, pag.54 User Guide) 8000 (Da, pag.54 User Guide) "Conductivitatea osului" 250 (Da, pag.58 User Guide) 500 (Da, pag.58 User Guide) 750 (Da, pag.58 User Guide)	CE/ISO

				1000 1500 2000 3000 4000 6000 Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 1% "Conductivitatea aerului, dB" 250 Hz 90 1000 Hz 120 - 500 - 4000 Hz 8000 Hz 100 Pasul 5 "Conductivitatea osului, dB" 250 Hz 90 1000 Hz 120 - 500 - 4000 Hz 4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 115 Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii Intensitatea ≤ 115 dB Vibrație osoasă obligatoriu Interfața PC obligatoriu Afișaj digital Alimentare 220 V, 50 Hz Imprimantă obligatoriu	1000 (Da, pag.58 User Guide) 1500 (Da, pag.58 User Guide) 2000 (Da, pag.58 User Guide) 3000 (Da, pag.58 User Guide) 4000 (Da, pag.58 User Guide) 6000 (Da, pag.58 User Guide) Incrementarea în trepte (Da, pag.140 User Guide) Eroarea ≤ 1% (Da, pag.137 User Guide) "Conductivitatea aerului, dB" 250 Hz 90 (Da, pag.54 User Guide) 1000 Hz 120 - 500 - 4000 Hz (Da, pag.54 User Guide) 8000 Hz 100 (Da, pag.54 User Guide) Pasul 5 (Da, pct.2 pag.55 User Guide) "Conductivitatea osului, dB" 250 Hz 50 (Da, pag.58 User Guide) 1000 Hz 70 (Da, pag.58 User Guide) 1500 Hz 70 (Da, pag.58 User Guide) 4000 Hz 70 (Da, pag.58 User Guide) 6000 Hz 55 (Da, pag.58 User Guide) Pasul 5 (Da, pct.3 pag.60 User Guide) Masca bandă îngustă (Da, pag.137 User Guide) Tip zgomot zgomot alb (Da, pag.137 User Guide) Intensitatea 100 dB (Da, pag.6 Brochure) Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii (Da, pag.137 User Guide) Intensitatea 100 dB (Da, pag.6 Brochure) Vibrație osoasă obligatoriu (Da, pag.137 User Guide) Interfața PC obligatoriu (Da, pag.20 User Guide) Afișaj digital (Da, pag.6 Brochure) Alimentare 220 V, 50 Hz (Da, pag.6 Brochure) Imprimantă obligatoriu (Da, HP LaserJet Pro M404n)	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev În calitate de: Director

Ofertantul: EDELMED Adresa: str. Burebista 17A of 119, Chisinau, Moldova