

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1592898077355	Data: 26 iun 2020, 11:00 - 29 iun 2020, 11:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Filtre antibacteriene de unică folosință	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

NR. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33192400-6	Filtre antibacteriene de unică folosință	28239	Italia	Gima	Filtru antibacterian de unică folosință compatibil cu aspiratorul chirurgical New Hospivac 350 Full 5 Diametru conector – 11 mm Discu hidrofobic 99% – Eficiență bacteriană și virală Zona de filtrare eficientă – 24,6 cm ² Temperatura maximă de operare – 100oC Presiunea maximă de operare – 138kPa Filtrare – 0,27μm	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**