

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1759928552459</u> din 08.10.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice-IMSP- pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 77 Saltea pentru incalzire pacient	Cod produs: MA2400	Olanda	The Surgical Company B.V.	Saltea pentru încălzire, amplasată sub pacient prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (190-200 cm X 100-110cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming.	Da, saltea pentru incalzire, amplasata sub pacient prin flux de aer cald, de unica folosinta, cu dimensiunile (2200 x 900 mm). Fluxul de aer cald este distribuit uniform pe toata suprafata. Gaura de conexiune este compatibila cu dispozitivul de incalzire WarmAir® Convective. (conform extras brosură pag. 1,2 si declarative atasata)	CE Amdm: DM0008 42707
Lot 78 Saltea pentru incalzire pacient	Cod produs: MA2220	Olanda	The Surgical Company B.V.	Saltea pentru încălzire, amplasată deasupra pacientului prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile $\geq 200 \times 110$ cm să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming.	Da, saltea pentru incalzire prin flux de aer cald, amplasata deasupra pacientului, de unica folosinta, cu dimensiunile (2270 x 1330 mm). Fluxul de aer cald este distribuit uniform pe toata suprafata. Gaura de conexiune este compatibila cu dispozitivul de incalzire WarmAir® Convective. (conform extras brosură pag. 1,2 si declaratie atasata)	CE Amdm: DM0008 42599

Semnăt: _____
Numele, Prenumele: Grecu Mihnea Ioan
În calitate de: Administrator
Ofertantul: X-Lab Solutions SRL
Adresa: str.Negreșteni 9 ap.(of.) 11