

Numărul licitației: LP nr.21051363

Specificații de preț

Data: „01.04.2022

Alternativa nr.: nu

Denumirea licitației:

Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Centru
Republican de Diagnosticare Medicală, pentru anul 2022 (listă suplimentară 2)

Lot: _____

Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare		
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9				
3310000-1	1	Sistemul Imagistic SPECT (GAMMA CAMERA)	Sistemul Imagistic SPECT (GAMMA CAMERA)	buc	1	4949632,00	5939558,40	4949632,00	5939558,40	până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)		
Suma total:										4 949 632,00	5 939 558,40	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Beregoi Valeriu în calitate de: Director

Ofertantul: IM Vivance International SRL

Adresa: Chisinau, Str. Bogdan Voievod, 7, of.5



Specificații tehnice

Numărul licitației: LP nr. 21051363		Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Central		Data: „01” april Lot: _____		Alternativa nr.: _____				
Denumirea licitației:		Republican de Diagnosticare Medicală, pentru anul 2022 (listă suplimentară 2)								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă			
1	2	3	4	5	6	7	8			
33100 00-1		Sistemul Imagistic SPECT (GAMMA CAMERA)	Sistemul Imagistic SPECT (GAMMA CAMERA)	Symbia Evo Excel	Germania	Siemens	Sistemul Imagistic SPECT (GAMMA CAMERA) va fi compus minim din următoarele componente: ☐ Detectori digitali de înaltă definiție cu câmp de vizualizare mare ☐ Colimatori ☐ Gantry integrat pentru SPECT ☐ Masă pentru pacient ☐ Stație de lucru pentru achiziție și procesare (consolă de achiziție) ☐ Stație de postprocesare ☐ Pachet aplicații clinice ☐ Sistem de control și calibrare ☐ Accesorii ANSAMBLU DETECTORI: ☐ Sistemul să fie echipat cu minim 2 detectori ☐ Sistemul să fie echipat cu minim 16 ferestre de energie (PHA window capacity, energy windows) ☐ FOV rectangular: minim 54x40 cm ☐ Grosimea cristallului: minim 3/8 inch (9,5 mm) ☐ Număr de fotomultiplicatori (PMT)/detector: minim 59 ☐ Unghiul de rotație în jurul axei Gantry: minim 540 grade ☐ Contur automat al corpului pacientului pentru achiziții Whole Body și SPECT: minim configurații de 180 grade și 90 grade a detectorilor ☐ Minim corecții în timp real pentru: uniformitate, liniaritate, energie, dezințare izotop, centru de rotație ☐ Distanța maximală între cei doi detectori minim de 70 cm PARAMETRI DETECTOR: ☐ Rezoluție spațială intrinsecă, mm ☐ FWHM in CFOV: maxim 3,8 mm ☐ FWHM in UFOV: maxim 3,9 mm ☐ FWTM in CFOV: maxim 7,0 mm ☐ FWTM in UFOV: maxim 7,0 mm ☐ Rezoluție intrinsecă de energie (FWHM in UFOV): maxim 9,5%	Conform Specificației tehnice și parametrilor tehnici anexați	6 382 119,00	IMSP Central Republican de Diagnosticare Medicală

Semnat:  Numele, Prenumele: Beregoi Valeriu În calitate de: Director
Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: Chisinau, Str. Bogdan Voievod, 7, of.5

