

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în co.

IMSP SR Hîncești

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738159578398 / 21356446 din 20.02.2025					Pag.1 din 1	
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea reactivelor pentru analize medicale de laborator și consumabile pe parcursul an. 2025					Lot 22	
Denumirea modelului bunului/serviciului	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 22 COAGULOMETRU AUTOMAT WONDFO OCG – 102 // / COMODAT)// (PENTRU PROIECT OMS)						
W480 PROTROBINA (PT) TESTE 24 PER KIT	PROTROBINA (PT) TESTE 24 PER KIT nr.Catalog W480	China	Wondfo	Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Împreună cu oferta se prezintă instrucțiunile de lucru. 2.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat .marcat și etichetat de producător . 3.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seria,termenul de valabilitate,condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 4.La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezența specialistului la procedurile de testare a monstrelor, în set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. 5.Reagenții,soluțiile din set să fie lichizi, gata de lucru . Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.În instrucțiune de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor,test sistemele să fie cu o sensibilitate nu mai mică de 99,8%..Test sistemele să conțină nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Setul să conțină ,în afara controlul „+ „ și „-“ calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenilor și anticorpilor. 6. Stripurile să fie detașabile posibilitatea de a rupe stripuri si a folosi cite un godeu.. Să fie posibil de a testa cite o probă. Nota* în conformitate cu Ord.Nr 701 MS In set sa fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție	PROTROBINA (PT) TESTE 24 PER KIT cassette - <u>Tip de proba</u>: sange integral recoltat pe anticoagulant tip citrat de sodiu, Reactivii sunt sub forma de cartus ce contine toate substantele necesare testului - compatibile cu analizatorul OCG-102 - comodat. Echipamentul si reactivii sunt insotiti de Certificat Marcaj CE, Declaratie de Conformitate, ISO9001 si ISO 13485 Conform cerintilor specificate . Se anexeaza : Instructia, Manual de Utilizare, Catalog - pag.16, Brosura,AUTORIZATION AGREEMENT DE LA PRTOducator	CE, ISO, Declaratie Conformiti
W482 FIBRINOGEN / FIB/ TESTE 24 PER KIT	FIBRINOGEN / FIB/ TESTE 24 PER KIT nr.Catalog W482	China	Wondfo	6. Stripurile să fie detașabile posibilitatea de a rupe stripuri si a folosi cite un godeu.. Să fie posibil de a testa cite o probă. Nota* în conformitate cu Ord.Nr 701 MS In set sa fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție	FIBRINOGEN / FIB/ TESTE 24 PER KIT cassette - <u>Tip de proba</u>: sange integral recoltat pe anticoagulant tip citrat de sodiu, Reactivii sunt sub forma de cartus ce contine toate substantele necesare testului - compatibile cu analizatorul OCG-102 - comodat. Echipamentul si reactivii sunt insotiti de Certificat Marcaj CE, Declaratie de Conformitate, ISO9001 si ISO 13485 Conform cerintilor .	CE, ISO, Declaratie Conformiti

Nume: Varman Irina __ **În calitate de:** Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL **Adresa:** mun. Chisinau, str. Docuceaev,6

semnat electronic