

Specificații tehnice

Numărul licitației: 21172743/ ocds-b3wdp1-MD-1708012970456 din 07.03.2024

Denumirea licitației: Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
Lot Nr. 5 Proteza de sold totala necimentata tip 1								
33100000-1	5.1	TIJA	ARIA CEMENTLESS STEM 111-20-6000 -> 111-20-6012 111-20-6100 -> 111-20-6112	AUSTRALIA / IRLANDA	SIGNATURE ORTHOPEDICS	TIJA Confecționată din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijeii; Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijeii; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm; Cel puțin 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Fara coleret; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Tija Confecționată din aliaj de titan; - pg 4- Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijeii; - pg 4 - Prezinta șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijeii -pg 4 - Disponibila in 13 dimensiuni pentru fiecare varianta - pg 12 - Con 12/14 mm; - pg 4 - Varianta de Offset standart si offset lateralizat; - pg 4 - Fara coleret; pg4 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Informatia se regaseste in brosurile ARIA STEM NEW	DM000214591; DM000214590; DM000214589; DM000214587; DM000214586; DM000214593; DM000214583; DM000214585; DM000214588; DM000214584; DM000214582; DM000214592; DM000214581; DM000214606; DM000214599; DM000214595; DM000214603; DM000214604; DM000214605; DM000214598; DM000214600; DM000214597; DM000214596; DM000214601; DM000214602; DM000214594;
33100000-1	5.2	CUPA	LOGICAL G SERIES CEMENTLESS CUP 111-12-3348 -> 111-12-3368 ; Acetabular fixation screws, ø 6,5 mm, cod: 111- 12-9115-> 111- 12-9150	AUSTRALIA / IRLANDA	SIGNATURE ORTHOPEDICS	CUPA Confecționată din aliaj de titan; Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata poroasa (Bile sinterizate, fibra metalica de titan sau metal poros cu structura 3 D); Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul	Cupa -Confecționată din aliaj de titan. - pg 4 - Acoperirea cupei este efectuată prin suprafata poroasa (titan poros cu structura 3 D) ; - pg 4, 5, scrisoare - Prezinta mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa - pg 4; - Diametre externe prezente in minim 11 dimensiuni -pag 26; Prezintă 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; - pg 26 - Include 2 suruburi la fiecare cupa livrata, cu minim 8 dimensiuni de lungime (Acetabular fixation screws, ø 6,5 mm, cod: 111-12-9115-> 111-12-9150) - pg 31; - Sterila - pag 8; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Informatia se regaseste in BROSURA LOGICAL NEW	DM000213872; DM000213877; DM000213874; DM000213879; DM000213878; DM000213866; DM000213875; DM000213867; DM000213871; DM000213876; DM000213870; DM000213873; DM000213868; DM000213869; DM000460987; DM000460988; DM000460989;DM000460990; DM000460991; DM000460992; DM000460993; DM000460994.

33100 000-1	5.3	INSERT	LOGICAL XLPE LINER 111-12-5844 -> 111-12-5660 111-12-6844 -> 111-12-6260	AUSTRALIA / IRLANDA	SIGNATURE ORTHOPEDECS	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata (5-10 MRad); Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de dimensiuni 28, 32 mm; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Insert Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata (7,5 MRad); - PG 4 - Diametre externe pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; - PG 29 ; Diametrul interior al insertului receptioneaza capurile de dimensiuni 28, 32 mm- PG 29; Sterile -PG4 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Informatia se regaseste in brosurile LOGICAL NEW	DM000214052; 111-12-5850; DM000214057; DM000214058; DM000214059; DM000214060; DM000214066; DM000214067; DM000214071; DM000214072; DM000214073; DM000214074;
33100 000-1	5.4	CAP	CoCr femoral head 111-152- 011->111-152- 024	AUSTRALIA / IRLANDA	SIGNATURE ORTHOPEDECS	CAP Confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Cel puțin 4 dimensiuni de lungime; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CAP Confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr) - pag 20; -Diametre externe prezente 28, 32 mm - pag 20; - Con 12/14 mm -pag 4, poza cap; - 4 dimensiuni de lungime - pag 20, poza cap; - steril poza cap ; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Informatia se regaseste in brosurile ARIA STEM NEW	DM000214660; DM000214657; DM000214659; DM000214669; DM000214656; DM000214658; DM000214655; DM000214661;
33100 000-1	5.5	Set de instrumente gratuit în folosință	PRIMARY LOGICAL INSTRUMENTS , ARIA INSTRUMENTS	AUSTRALIA / IRLANDA	SIGNATURE ORTHOPEDECS	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, ne obligam să reparam sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	DM000670237 DM000670238 DM000670239 DM000670240 DM000670241 DM000670242 DM000670243 DM000670244 DM000670245 DM000670246 DM000670247 DM000670248 DM000670249 DM000670250 DM000670251 DM000670252 DM000670253 DM000670254 DM000670255 DM000670256 DM000670257 DM000670258 DM000670259 DM000670260 DM000670261 DM000670262 DM000670263 DM000670264 DM000670265 DM000670266 DM000670267 DM000670268 DM000670269 DM000670270 DM000670271 DM000670272 DM000670273 DM000670274 DM000670275 DM000670276 DM000670277 DM000670278 DM000670279 DM000670280 DM000670281 DM000670282 DM000670283 DM000670284 DM000670285 DM000670286 DM000670287 DM000670288 DM000670289; DM000670290 DM000670291; DM000670292 DM000670293; DM000670294 DM000670295; DM000670296 DM000670297; DM000670298 DM000670299; DM000670300 DM000670301; DM000670302 DM000670303; DM000670304 DM000670305; DM000670306 DM000670307; DM000670308 DM000670309; DM000670310; DM000670311 DM000670312 DM000670313 DM000670314 DM000670315 DM000670316 DM000670317 DM000670318 DM000670319 DM000670320 DM000670321 DM000670322 DM000670323 DM000670324 DM000670325 DM000670326 DM000670327 DM000670328 DM000670329 DM000670330 DM000670331 DM000670332 DM000670333 DM000670334
33100 000-1	5.6	Motor oscilant gratis în folosință	RJ-0410/NS- 1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, ne obligam să reparam sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000431016; DM000431018

Lot Nr. 6 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix						
33100 000-1	6.1	Componenta femurală	U2, PS FEMORAL COMPONENT 2103-3110 - >2103-3170; 2103-3210-> 2103-3270	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	<p>Componenta femurală - Sa fie confectionata din aliaj Cobalt - Crom (Co - Cr) - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; -Sa prezinte o textură specială pentru bună fixare a cimentului, opțional fixarea femurală antirotațională augmentată prin doi pini - Condilii femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei - Să prezinte congruență între raza condililor femurali și insertul tibial - Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra pateleii - Design care sa permita flexie cel puțin pana la 130° - Dimensiunile de tibie si femur sa poata fi combinate între ele, pastrandu-se congruenta articulara. - Congruenta femuro-tibiala maxima - Suprafata articulara sa fie lustruita; - Suprafata de implantare sa fie rugoasa; - Modalitate de implantare: cimentata, (suprafata rugoasa) - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <p>Componenta femurala - Confectionata din aliaj de Co-Cr -PG 4, U2 KNEE BROCHURE; • componenta anatomica cu variante stanga/ dreapta- PG 8 U2 KNEE BROCHURE NEW• prezinta o textură specială pentru o bună fixare a cimentului - PG 4 U2 U2 KNEE BROCHURE NEW , • Condili femurali posteriori ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei -PG 4 U2 Knee Family ;• prezinta congruenta între raza condililor femurali si insertul tibial - PG 2 U2 KNEE BROCHURE - Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra pateleii -PG 4 U2 KNEE BROCHURE NEW • Design care permite flexie pana la 155° - PG 7 U2 KNEE FAMILY; Dimensiunile de tibie si femur pot fi combinate între ele, pastrandu-se congruenta articulara PG 1 CORESPONDENTA MARIMI; Congruenta femuro-tibiala maxima- PG2 U2 KNEE BROCHURE ; • Suprafata articulara lustruita - PG 4 U2 KNEE BROCHURE NEW;• Suprafata de implantare rugoasa- PG 5 U2 Knee Family; Modalitate de implantare: cimentata, (suprafata rugoasa) - PG 4, PG 8 U2 KNEE BROCHURE NEW; PG 5 U2 Knee Family; Sterila minim 3 ani din momentul livrării</p>

DM000392993; DM000393000;
DM000392994; DM000393001;
DM000392995; DM000393002;
DM000392996; DM000393003;
DM000392997; DM000393004;
DM000392998; DM000393005;
DM000392999; DM000393006;
DM000393013; DM000393007;
DM000393014; DM000393008;
DM000393015; DM000393009;
DM000393016; DM000393010;
DM000393017; DM000393011;
DM000393018; DM000393012.

33100 000-1	6.2	Componenta tibiala	CMA BASE PLATE 2203-3200 -> 2203-3270	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	<p>Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universala SAU stanga/drepta - Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare și de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie scurte, in functie de necesitatile intraoperatorii -Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, dimensiunile de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta - Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata; - Modalitatea de implantare cimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; -Sa prezinte un dop filetat distal pentru posibilitatea fixării tije de extensie; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p>	<p>Componenta tibiala este confectionata din aliaj de Titan - PG 2 CMA BASEPLATE; • universala stanga/ dreapta - PG 3 CMA BASEPLATE;• Componenta tibiala prezinta posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie, in functie de necesitatile intraoperatorii - PG 2, 3 CMA BASEPLATE;• Profilul platoului tibial simetric si se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei - PG 3 CMA BASEPLATE;• Prezinta modularitate, dimensiuni extreme de tibie si de femur pot fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur se poate combina 8 dimensiuni de tibie - PG 1 CORESPONDENTA MARIMI;Fixarea insertului de polietilenă pe tibie se face prin sistem de prindere- PG 3 CMA BASEPLATE;• Dimensiuni: 8, universale - PG 3 CMA BASEPLATE;• Suprafata de implantare rugoasa, mata - PG 2 CMA BASEPLATE • Modalitatea de implantare cimentata - PG 5 U2 KNEE BROCHURE NEW • Permite corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern - PG 13, 14 U2 KNEE ST;• prezinta un dop filetat distal pentru fixarea tije de extensie. - PG 3 CMA BASEPLATE;• sterila minim 3 ani din momentul livrării</p>	DM000393025; DM000393026; DM000393027; DM000393028; DM000393029; DM000393030; DM000393031; DM000393032.
33100 000-1	6.3	Insert tibial	TIBIAL INSERT U2 PS 2303-3001 -> 2303-3075	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	<p>Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Să prezinte 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p>	<p>Insert tibial - confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta UHMWPE - PG 6 U2 KNEE BROCHURE NEW - are marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - PG 6 U2 KNEE BROCHURE NEW; • prezinta modularitate deosebita, dimensiuni extreme de tibie si de femur pot fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur se poate combina cu 6 sau chiar cu 8 dimensiuni de insert - PG 1 CORESPONDENTA MARIMI;• Modalitatea de fixare prin sistem de prindere - PG 3 CMABASEPLATE; - prezinta varianta cu stabilizare posterioara- PG 9 U2 KNEE BROCHURE NEW; • Prezinta 8 dimensiuni de inserturi, fiecare avand cel putin 5 inaltime - PG 9 U2 KNEE BROCHURE NEW;• Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p>	DM000393196; DM000393195; DM000393198; DM000393200; DM000393194; DM000393197; DM000393193; DM000393199; DM000393202; DM000393201; DM000393212; DM000393206; DM000393211; DM000393205; DM000393210; DM000393204; DM000393203; DM000393207; DM000393207; DM000393208; DM000393214; DM000393220; DM000393222; DM000393215; DM000393218; DM000393216; DM000393219; DM000393221; DM000393213; DM000393217; DM000393217; DM000393230; DM000393227; DM000393228; DM000393226; DM000393223; DM000393231; DM000393232; DM000393225; DM000393229; DM000393241; DM000393235; DM000393239; DM000393242; DM000393236; DM000393234; DM000393240; DM000393233; DM000393237; DM000393238; DM000393249; DM000393252; DM000393248; DM000393251; DM000393247; DM000393243; DM000393250; DM000393246; DM000393245; DM000393244; DM000393259; DM000393255; DM000393260; DM000393256; DM000393254; DM000393258; DM000393261; DM000393262; DM000393262; DM000393257; DM000393269; DM000393271; DM000393271; DM000393267; DM000393272; DM000393265; DM000393265; DM000393266; DM000393270;

33100 000-1	6.4	Setul de instrumente	U2 PS PRIMARY KNEE INSTRUMENTS SET	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, ne obligam să reparam sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000633525
33100 000-1	6.5	Motor oscilant	RJ-0410/NS- 1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, ne obligat să reparam sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000431016; DM000431018
33100 000-1	6.6	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 saw blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000431017

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Director
Ofertantul: Intermed, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2