

**Specificații de preț**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]*

**Numărul licitației:** LP nr. 2277361 din 17.10.2024

Data: „ ” Alternativa nr.:

Cod CPV		Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă	beneficiar
1	2		3	4	5	6	7	8	9				
33100 000-1	13	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor	bucată	2	29 937,60	35 925,12	59 875,20	71 850,24	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	54 000,00	Centrul de Sănătate Comrat	

Semnat: \_\_\_\_\_ **Anghel Gabriela**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **MEDIST GRUP SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 25**

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <b>21277361 din 17.10.2024</b>									
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 21)</b>									
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310 0000- 1	13	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor	QV-600	China	Qualmedi	Adâncimea de detectare în infraroșu: Minim 8 mm Distanța de detectare: 25-35cm Precizia poziției vaselor de sânge: $\pm 0,5$ mm Precizia rezoluției vaselor de sânge: $\pm 0,5$ mm Zgomot redus de lucru: $\leq 40$ dB Afișare nivel baterie. <input type="checkbox"/> da Baterie reîncărcabilă cu durata de lucru minim 3 ore. da Tehnologie americană de proiecție DLP sau analogică Sursa de încărcare/ alimentare: 220-230V 50/60Hz Set standard: Unitatea principală, cablu de încărcare, adaptor de încărcare, carcasă, manual de utilizare, card de calibrare, card de garanție Opțional - suport din metal de masa sau suport de podea Opțional.	vezi anexa 1	ISO, CE

Semnat: \_\_\_\_\_ **Anghel Gabriela**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, str. B.Bodoni, 25 of.33**

Anexa 1

Lot 13 Dispozitiv pentru vizualizarea venelor

Adâncimea de detectare în infraroșu: Minim 8 mm	Da, Adâncimea de detectare în infraroșu: 0-10 mm. <b>Vezi atașată broșura, pag 1.</b>
Distanța de detectare: 25-35cm	Distanța de detectare: 18-30 cm. <b>Vezi atașată broșura, pag 1.</b>
Precizia poziției vaselor de sânge: $\pm 0,5$ mm	<b>SUPERIOR:</b> Precizia poziției vaselor de sânge: $\pm 0,3$ mm <b>Vezi atașată broșura, pag 1 și Manual operare pagina 110.</b>
Precizia rezoluției vaselor de sânge: $\pm 0,5$ mm	<b>SUPERIOR:</b> Precizia rezoluției vaselor de sânge: $\pm 0,3$ mm <b>Vezi atașat Manual operare pagina 110.</b>
Zgomot redus de lucru: $\leq 40$ dB	Da, Zgomot redus de lucru: $\leq 40$ dB <b>Vezi atașat Manual operare pagina 110.</b>
Afișare nivel baterie. da	Afișare nivel baterie. da <b>Vezi atașat Manual operare pagina 110.</b>
Baterie reîncărcabilă cu durata de lucru minim 3 ore. da	<b>SUPERIOR:</b> Baterie lithium reîncărcabilă Samsung 5000mAh cu durata de lucru minim 3.5-4 ore. <b>Vezi atașat Manual operare pagina 110.</b>
Tehnologie americană de proiecție DLP sau analogic da	Da, Tehnologie americană de proiecție DLP <b>Vezi atașat Manual operare pagina 110.</b>
Sursa de încărcare/ alimentare: 220-230V 50/60Hz	Sursă de încărcare/ alimentare 5V 5A, 100V-240V 50Hz-60Hz <b>Vezi atașat Manual operare pagina 110.</b>
Set standard: Unitatea principală, cablu de încărcare, adaptor de încărcare, carcasă, manual de utilizare, card de calibrare, card de garanție Opțional - suport din metal de masa sau suport de podea Opțional.	Da, Unitatea principală, cablu de încărcare, adaptor de încărcare, carcasă, manual de utilizare, card de calibrare, card de garanție. <b>Vezi atașat Manual operare pagina 110.</b> Opțional, contra cost - suport din metal de masa sau suport de podea <b>Vezi atașată broșura, pag 1.</b>