

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1651844349357						
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertei de preturi privind achiziționarea Consumabilelor de laborator pentru secția Toxicologie (repetat)						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului (inclusiv codul din catalogul producătorului i)	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 6 Substanțe standard de referință (MRC)						
Etanol în sânge total cu concentrația 0.3 g/l (MRC)	5190-9756	SUA	Agilent	Etanol în sânge total cu concentrația 0.3 g/l (MRC) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului ; - în ambalaj de la producător .	<i>Denumirea: 5190-9756 <u>Standart Etnanol</u> 20 mg/dL</i> Etanol în apa cu concentrația 20 mg/dL. Certified Reference Material For forensic use. Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului ; - în amba laj de la producător . 3 seturi a cite 10 fiole de 1mL total 30 de fiole.	
Etanol în sânge total cu concentrația 0.5 g/l (MRC)	5190-9757	SUA	Agilent	Etanol în sânge total cu concentrația 0.5 g/l (MRC) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 confirmata prin	<i>Denumirea : 5190-9757 <u>Standard Etanol</u> 50mg/dL</i> Etanol în apa cu concentrația 50 mg/dL. Certified Reference Material For forensic use. Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a	

				aplicarea semnăturii electronice a Participantului ; - în ambalaj de la producător.	Participantului ; - în ambalaj de la producător . 3 seturi a câte 10 fiole de 1mL total 30 de fiole.	
Etanol în sânge total cu concentrația 3.0 g/l (MRC)	5190-9762	SUA	Agilent	Etanol în sânge total cu concentrația 3.0 g/l (MRC) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - în ambalaj de la producător.	<i>Denumirea: 5190-9762 Standard Etanol</i> 300 mg/dL Etanol în apa cu concentrația 300 mg/dL. Certified Reference Material For forensic use. Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului ; - în ambalaj de la producător . 3 seturi a câte 10 fiole de 1mL total 30 de fiole.	

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**
Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**