



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21276116 din 16.10.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 22)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință / Nr. de înregistrare în RS al DM
Lot 22					
Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L Cod 270250	Adela – 1 60 L	Turcia Sumer	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L Cod 270250 Descriere "Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel" Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu Volumul camerei \geq 60 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L Cod 270250 Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților – DA Volumul camerei - 60 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 – DA, pag. 4 Broșură Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L – DA, pag. 4 Broșură Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu – DA Pompa de apă, internă obligatoriu – DA, pag. 2 Broșură	DM000321631

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>Pompa de apă, internă obligatoriu</p> <p>Pompa de aer, internă obligatoriu</p> <p>Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ \text{C}$ obligatoriu</p> <p>Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu</p> <p>Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu</p> <p>Numărul de uși 1 unitate</p> <p>Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu</p> <p>Iluminare internă a camerei obligatoriu</p> <p>Programe de dezinfecție implicite Min. 10</p> <p>Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 15</p> <p>Ecran LCD, color obligatoriu</p> <p>Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu</p> <p>Limbajul interfeței și meniului română / rusă</p> <p>Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu</p> <p>Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu</p> <p>Imprimantă termică, integrată obligatoriu</p> <p>Temperatura de uscare ≥ 125 grade</p> <p>Filtrarea aerului HEPA filtru</p>	<p>Pompa de aer, internă obligatoriu – DA, pag. 3 Broșură</p> <p>Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ \text{C}$ obligatoriu – DA, pag. 3 Broșură</p> <p>Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu – DA, pag. 2 Broșură</p> <p>Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu – DA, pag. 2 Broșură</p> <p>Numărul de uși 1 unitate – DA, pag. 4 Broșură</p> <p>Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu – DA, pag. 2 Broșură</p> <p>Iluminare internă a camerei obligatoriu – DA, pag. 1 Broșură (imagine)</p> <p>Programe de dezinfecție implicite Min. 10 – DA, în total 96 dintre care 10 implicite.</p> <p>Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 15 – DA, 86</p> <p>Ecran LCD, color obligatoriu – DA, pag. 2 Broșură</p> <p>Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu – DA, pag. 2-3 Broșură</p> <p>Limbajul interfeței și meniului română / rusă – DA</p> <p>Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu – DA, pag. 3 Broșură</p> <p>Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu – DA, pag. 3 Broșură</p> <p>Imprimantă termică, integrată obligatoriu – DA, pag. 4 Broșură</p> <p>Temperatura de uscare ≥ 125 grade – DA</p> <p>Filtrarea aerului HEPA filtru – DA, pag. 4 Broșură</p> <p>Min. 2 pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului obligatoriu – DA, pag. 4 Broșură</p>	
--	--	---	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN0000002242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova

Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11

office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu</p> <p>Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu</p> <p>Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 1 unități</p> <p>Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu</p> <p>"Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor" obligatoriu</p> <p>Alarmer sonore și vizuale</p> <p>Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere obligatoriu</p> <p>Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu</p> <p>Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz</p> <p>Accesorii și consumabile:</p> <p>Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit</p> <p>Suport pentru mașina de spălat 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului</p>	<p>Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu – DA, pag. 3 Broșură</p> <p>Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 1 unități – DA, pag. 3 Broșură</p> <p>Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu – DA, pag. 2 Broșură</p> <p>Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor obligatoriu – DA, pag. 2 Broșură</p> <p>Alarmer sonore și vizuale – DA</p> <p>Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere obligatoriu – DA</p> <p>Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu – DA</p> <p>Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz – DA</p> <p>Accesorii și consumabile:</p> <p>Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. DA, model GheizerLight 8x17 + Osmos RO400GP01 + Rezervor + iBO AJ 50/60 (SS)</p> <p>Suport pentru mașina de spălat 1 buc., să se indice codul produsului – YDM-1</p> <p>Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului – Adela-1 60 LT ET</p> <p>Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului – Adela-1 60 LT DIN</p> <p>Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului – Adela PP</p> <p>Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului – TFD 7 5LT</p> <p>Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului – PHOSPHAX 5LT</p>	
--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Hirtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului Detergent, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului" Dezinfectant, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului"		
--	--	--	---	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21276116 din 16.10.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 22)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3310000-1	22	Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60 L Cod 270250	Buc.	1	289.000,00	346.800,00	289.000,00	346.800,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
TOTAL							289.000,00	346.800,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.