

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1645601793632 din 14 aprilie 2022						
Obiectul achiziției: Utilaj stomatologic						
Denumirea bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Autoclav pentru sterilizarea instrumentarului stomatologic	Kronos 23	Italia	NewMed	Autoclav cu capacitate min. 23 și max. 24 litri, cu încălzire din față, ce utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale. Caracteristica tehnică: -Clasa de autoclavare - B, S -Alimentare la rețeaua electrică – 220 V, 50 Hz -construcția interioară – din oțel inoxidabil, -exterior – din plastic, -regimuri de sterilizare – min. 4 programe, -control electronic- microprocesor, -să posede imprimantă termică, -monitortizarea procesului – pe ecran LCD sau afișaj LED, -Posibilitate de stocare a informației despre regimurile de lucru în format digital (card de memorie, stic), -Alarmer – acustică vizuală -Ciclu de sterilizare – ciclu de presiune pozitivă, ciclu de vacuum. -Facilități de setare – a ciclului de sterilizare și printarea rezultatelor, -Camera de sterilizare – din oțel -Volum interior – min. 23 și max.24 litri -Gama de temperatură – 121-134 grade C, -Teste de lucru – Vaporii instantaneu, Teste B and D, Test Helix, Vacuum test. -Termenul garanție min. 24 luni În cost vor fi incluse: -servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 1 ani -serviciile de instalare a autoclavului -se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF "Nicolae Testemițanu" privind utilizarea și deservirea utilajului.	Autoclav cu capacitate 23, cu încălzire din față, ce utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale. Caracteristica tehnică: -Da,Clasa de autoclavare - B -Da,Alimentare la rețeaua electrică – 230 V, 50-60 Hz -Da,construcția interioară – din oțel inoxidabil, -Da,exterior – oțel inoxidabil și plastic, -Da,regimuri de sterilizare – peste 10 programe, -Da,control electronic- microprocesor, -Da,să posede imprimantă termică, -Da,monitortizarea procesului – pe ecran LCD -Da,Posibilitate de stocare a informației despre regimurile de lucru în format digital (stic), -Da,Alarmer – acustică vizuală -Da,Ciclu de sterilizare – ciclu de presiune pozitivă, ciclu de vacuum. -Da,Facilități de setare – a ciclului de sterilizare și printarea rezultatelor, -Da,Camera de sterilizare – din oțel -Da,Volum interior – 23 litri -Da,Gama de temperatură – 121-134 grade C, -Da,Teste de lucru – Vaporii instantaneu, Teste B and D, Test Helix, Vacuum test. -Da,Termenul garanție min. 24 luni În cost vor fi incluse: -Da,servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 1 ani -Da,serviciile de instalare a autoclavului -Da,se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF "Nicolae Testemițanu" privind utilizarea și deservirea utilajului.	ISO 13485: 2016 ISO 9001:2015 CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Morozov Maria

În calitate de: Director

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA

Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23