

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1591879832356</u> din <u>26.06.2020</u>	
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Produse oftalmologice etapa II pentru anul 2020</i>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33100000-1	Lot 5. Vopsea pentru capsula anterioara	Auroblue	India	Aurolab	Vopsea pentru capsula anterioara RHEH – ID, Brilliant	Vopsea pentru capsula anterioara RHEH – ID, Brilliant	CE, ISO
33100000-1	Lot 6. Viscoelastic	Aurovisc	India	Aurolab	Hydroxypropyl methylcellulose ophthalmic solution USP, Seringa 2ml cu canula inclusa	Hydroxypropyl methylcellulose ophthalmic solution USP, Seringa 2ml cu canula inclusa	CE, ISO
33100000-1	Lot 7. Inel intracapsular steril	CTR 11	India	Biotech Vision Care	Inel intracapsular steril: oval, polycarbonatmetalcrilat dimensiuni: 10/11 mm	Inel intracapsular steril: oval, polycarbonatmetalcrilat dimensiuni: 10/11 mm	CE, ISO
33100000-1	Lot 8. Inel intracapsular steril	CTR 12	India	Biotech Vision Care	Inel intracapsular steril: oval, polycarbonatmetalcrilat dimensiuni: 12/13 mm	Inel intracapsular steril: oval, polycarbonatmetalcrilat dimensiuni: 12/13 mm	CE, ISO
33100000-1	Lot 9. Cuțit de unica folosinta pentru interventii microchirurgicale	FB4524L T	Freedom Ophthalmic Pvt. Ltd.	India	Cuțit de unica folosinta pentru interventii microchirurgicale: unghiul 450, satinat, drept cu mâner	Cuțit de unica folosinta pentru interventii microchirurgicale: unghiul 450, satinat, drept cu mâner	CE, ISO



					complet oțel inoxidabil, steril	
331000000-1	Lot 10. Cutit oftalmic		72-2250	England	Sharpoint	CE, ISO
331000000-1	Lot 11. Cutit oftalmic		K26215 HT	India	Aurolab	CE, ISO
331000000-1	Lot 12. Cutit oftalmic		62003-1	Greece	Sidafarm	CE, ISO
331000000-1	Lot 13. Cutit oftalmic		M20002	India	Aurolab	CE, ISO
331000000-1	Lot 14. Ulei de silicon		Oxane 5700	USA	Bausch	CE, ISO
331000000-1	Lot 15. Benda oftalmica imbibata cu fluoresceina			India	Biotech Vision Care	CE, ISO
331000000-1	Lot 16. Pansament ocular		25609	Turkey	Octamed	CE, ISO
331000000-1	Lot 18. Cristalin		Blens	Israel	Hanita	CE, ISO

	artificial foldabil				Lenses	hidrofilic, acrilic Optica=6,0 mm, BiConvex, haptica=12,5 mm, tip S, Constanta A: 118,2, Gama dioptrică: +1,0D +40,0D cu injector unica folosință compatibil cu cristalinul, cu bagheta de ajustare a LIO sau injector unică folosință cu cristaline foldabile incorporate. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili	foldabil, hidrofilic, acrilic Optica=6,0 mm, BiConvex, haptica=12,5 mm, tip S, Constanta A: 118,2, Gama dioptrică: +1,0D +40,0D cu injector unica folosință compatibil cu cristalinul, cu bagheta de ajustare a LIO sau injector unică folosință cu cristaline foldabile incorporate. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili	CE, ISO
33100000-1	Lot 19. Cristalin artificial dur	Balance	Israel	Hanita Lenses		Cristalin artificial camera posterioara, PMMA, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrică: +5,0D → +30,0D, cu pasul 0,5D, cu 2 găuri în haptică pentru fixație sclerală. (Constanta A – 118,2), steril. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și	Cristalin artificial camera posterioara, PMMA, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrică: +1,0D → +40,0D, cu pasul 0,5D, cu 2 găuri în haptică pentru fixație sclerală. (Constanta A – 118,5), steril. Toate cristalinele artificiale să	

33100000-1	Lot 20. Cristalin artificial foldabil cu 4 puncte de fixare	Buuny Lens AF	Israel	Hanita Lenses	a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Dacă produsul dat niciodată nu a fost utilizat în SCR Timofei Mosneaga rugăm să prezentați studii randomizate efectuate în societatea europeană.	a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Dacă produsul dat niciodată nu a fost utilizat în SCR Timofei Mosneaga rugăm să prezentați studii randomizate efectuate în societatea europeană.	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioară patrată la 360 °, UV filtru, A -constanta 118.5, Gama dioptrică - +0,0D....+ 30,0D. Injector unică folosință compatibilă cu cristalinul pentru incizia până la 2.7mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioară patrată la 360 °, UV filtru, A -constanta 118.5, Gama dioptrică - 5,0D....+ 40,0D. Injector unică folosință compatibilă cu cristalinul pentru incizia până la 2.7mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili	CE, ISO
------------	---	---------------	--------	---------------	--	--	---	---	----------------

						minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnăt:  Numele, Prenumele: Pereteatco Alina În calitate de: Administrator
Ofertantul: Lensés Grup SRL Adresa: Chisinau 2001, str. Fierarilor 2.

