

Consumabile pentru stufase, Carthana, 18/02/2020

Nr. d/o	Denumire Lot	Denumirea bunurilor solicitate	Cod CPV	Cantitatea	Unitatea de măsur	Preț (lei) cu TVA	Suma totală (lei)	Specificația tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Documente obținute în scopul solicitării
1	Filteru distal pentru protecție embolică	Filteru distal pentru protecție embolică		5	Buc	15000	75000	<p>Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrilor inferioare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014" - 0.018") • 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatibile • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare încorporat (disponibil de 190cm sau 320cm) • 5 Markeri de vizibilitate • Ac pentru irigare inclus • Filteru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil în 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm • 3 zone de filtrare: 80µm, 160 µm și 210 µm • Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizație de la producător. 2. Certificat ISO 9001 și CE de la producător. 3. Monstră la cerere (termen maxim 5 zile).
2	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	Stent pentru artere carotide cu celule deschise		3	Buc	14000	42000	<p>Stent prevazut pentru a fi utilizat in arterele carotide, de forma conica „tapered” cu celule deschise. Sistemul de livrare: RX. Lungimea utila: 135 cm. Compatibilitate: arc ghid 0.014". Compatibilitate sisteme de protecție anti-emboli: toate existente. Compatibilitate teacă: 6 Fr (pentru toate mărimile ale stentului). Diametre: 8/6 și 10/7 mm cu lungime de 30 și 40 mm. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanului. *Certificat ISO 13485</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/ broșura/ instrucțiuni/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizație de la producător. 2. Certificat ISO 9001 și CE de la producător. 3. Monstră la cerere (termen maxim 5 zile).
3	Balon pentru pre și postdilatare	Balon pentru pre și postdilatare		10	Buc	3100	31000	<p>Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Fulcrum Plus, markeri din aur - 2; Presiunea nominala - 10atm, presiune de explozie - 18atm; dimensiunile ștafului pentru diametre 2-3.75mm - proximal 1.9F, distal 2.4/2.6F; pentru diametrele 4.0-5.0 - proximal 1.9F, distal 3.0F, Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 9, 12, 15, 21, 27mm *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanului. *Catalogul producătorului/prospecte/ broșura/ instrucțiuni/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizație de la producător. 2. Certificat ISO 9001 și CE de la producător. 3. Monstră la cerere (termen maxim 5 zile).
4	Cateter intracerebral cu balon super compliant	Cateter intracerebral cu balon super compliant		1	Buc	11900	11900	<p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanului. *Catalogul producătorului/prospecte/ broșura/ instrucțiuni/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Cerințe tehnice: Balon super compliant care trebuie să facă ocluzie perfectă a bifurcațiilor și a anevrismelor terminale, Trebuie să ofere navigare usoară, stabilitate ridicată și grad foarte bun de torsione, Trebuie să fie posibilă deflatarea rapidă a balonului, Lungimea cateterului trebuie să fie: minim 150 cm, Lungimea balonului trebuie să fie: 7-20 mm, Diametrul balonului trebuie să fie: 3-7 mm, Trebuie să fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus în pachet,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizație de la producător. 2. Certificat ISO 9001 și CE de la producător. 3. Monstră la cerere (termen maxim 5 zile).

5	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea anevrismelor (Coils)	5	Buc	7800	39000	<p>*Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ broșura/ instrucțiuni/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. *</p> <p>În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului variabil vîrfului primar- 0.0115",0.0125",0.0135",0.0145". Dimensiuni: diametru cu diametru lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile). Sistem detasare mecanic (fara cabluri) actiune instantia. Prevazute cu marker pentru manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficieile terapiei pe o perioada de nu mai putin de 5 ani</p>	<p>1. Autorizatie de la producator.</p> <p>2. Certificat ISO 9001 si CE de la producator.</p> <p>3. Monstră la cerere (termen maxim 5 zile).</p>
Total					198900		