

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1586845756370	Data: 13 mai 2020, 10:53 - 16 mai 2020, 13:53	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea consumabile și piese de schimb pentru an.2020, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”	Lot:	Pagina: 1 din 3

Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	33140000-3	Sensor O2 compatibil cu Monnal T75	OOM 202	Germania	Envitec	Sensor O2 compatibil cu Monnal T75	Conform broșurii anexate	CE/ISO
29	33140000-3	Susținător de seringă, compatibil cu Pompa de infuzie TE-SS800, Terumo	105PP309A	Japonia	Terumo	Susținător de seringă, compatibil cu Pompa de infuzie TE-SS800, Terumo	Susținător de seringă, compatibil cu Pompa de infuzie TE-SS800, Terumo	CE/ISO
30	33140000-3	Șina electronică (de date) în ansamblu cu fixatorul, compatibil cu Pompa de infuzie TE-SS800, Terumo	05PP313A	Japonia	Terumo	Șina electronică (de date) în ansamblu cu fixatorul, compatibil cu Pompa de infuzie TE-SS800, Terumo	Șina electronică (de date) în ansamblu cu fixatorul, compatibil cu Pompa de infuzie TE-SS800, Terumo	CE/ISO
32	33140000-3	Kit de mentenanță 3 ani, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion	PN: 11416	SUA	CareFusion	Kit de mentenanță 3 ani, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion	Kit de mentenanță 3 ani, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion	CE/ISO
35	33140000-3	Senzor de O2, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion	E-75/4	Germania	Nuova	Senzor de O2, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion	Conform broșurii anexate	CE/ISO
36	33140000-3	Senzor de flux reutilizabil, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion	PN: 16496	SUA	CareFusion	Senzor de flux reutilizabil, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion	Senzor de flux reutilizabil, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion	CE/ISO
37	33140000-3	Diaphragm cu valve body, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion	PN: 16240 + PN: 20005	SUA	CareFusion	Diaphragm cu valve body, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion	Diaphragm cu valve body, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion	CE/ISO
38	33140000-3	Bec incandescent 2.5V, compatibil cu Laringoscop KaWe	34325	Italia	Gima	Bec incandescent 2.5V, compatibil cu Laringoscop KaWe	Conform broșurii anexate	CE/ISO
52	33140000-3	Cablu de interconectare pentru senzor de SpO2, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	EX016	China	GreatMade	Cablu de interconectare pentru senzor de SpO2, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	Conform broșurii anexate	CE/ISO
53	33140000-3	Senzor de SpO2, reutilizabil tipl cleste pentru adult, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	AF018	China	GreatMade	Senzor de SpO2, reutilizabil tipl cleste pentru adult, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	Conform broșurii anexate	CE/ISO

63	33140000-3	Bec 2,5V, compatibil cu laringoscopul KaWe	34325	Italia	Gima	Bec 2,5V, compatibil cu laringoscopul KaWe	Conform broșurii anexate	CE/ISO
67	33140000-3	Bec cu reflector halogen, 15V, 150W, compatibil cu Sursa de lumină CLH-SC, Olympus	Bec Philips 15V, 150W	Japonia	Olympus	Bec cu reflector halogen, 15V, 150W, compatibil cu Sursa de lumină CLH-SC, Olympus	Bec cu reflector halogen, 15V, 150W, compatibil cu Sursa de lumină CLH-SC, Olympus	CE/ISO
78	33140000-3	Senzor O2, compatibil cu Mașina de anestezie Fabius Plus XL, Drager	OOM201	Germania	Envitec	Senzor O2, compatibil cu Mașina de anestezie Fabius Plus XL, Drager	Conform broșurii anexate	CE/ISO
79	33140000-3	Bec 2,5V, compatibil cu laringoscopul KaWe	34325	Italia	Gima	Bec 2,5V, compatibil cu laringoscopul KaWe	Conform broșurii anexate	CE/ISO
92	33140000-3	Bisturiu electric , reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000Vp., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400	30539	Italia	Gima	Bisturiu electric , reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400	Conform broșurii anexate	CE/ISO
94	33140000-3	Bisturiu electric , reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000Vp., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	30539	Italia	Gima	Bisturiu electric , reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	Conform broșurii anexate	CE/ISO
97	33140000-3	Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000Vp., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250	30539	Italia	Gima	Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250	Conform broșurii anexate	CE/ISO
192	33140000-3	Filtru de aer, extern, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis	303DZ-605	SUA	Devillbis	Filtru de aer, extern, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis	Filtru de aer, extern, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis	CE/ISO
193	33140000-3	Umidificator pentru concentratoare de O2, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis	E7600-0-51	SUA	Devillbis	Umidificator pentru concentratoare de O2, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis	Umidificator pentru concentratoare de O2, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis	CE/ISO
194	33140000-3	Filtru antibacterial, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis	MC44D605	SUA	Devillbis	Filtru antibacterial, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis	Filtru antibacterial, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis	CE/ISO
197	33140000-3	Filtru antibacterial, compatibil cu Aspirator New Hospivac 350 Full 5, CA-MI	28297	Italia	Gima	Filtru antibacterial, compatibil cu Aspirator New Hospivac 350 Full 5, CA-MI	Conform broșurii anexate	CE/ISO
198	33140000-3	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW	FSP Champ CH-1102TS Tower SmartUPS	Taiwan	FSP	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW	FSP Champ CH-1102TS Tower SmartUPS Online 2000VA/1800W, LCD Display, AVR, True double conversion, Pure Sinewave, Wide input voltage (120V-300V), Input	CE/ISO

							Connector 1 x IEC 320 C14, Output Connector 3 x CEE 7/4 (Schuko), 397 x 145 x 237 mm, 17.0 kg	
199	33140000-3	Sondă convexa 1-5MHz (REF EUP-C715), cu verificare metrologică, compatibil cu Ultrasonograful Hitachi Hi-Vision	EUP-C715	Japonia	Hitachi	Sondă convexa 1-5MHz (REF EUP-C715), cu verificare metrologică, compatibil cu Ultrasonograful Hitachi Hi-Vision	Conform broșurii anexate	CE/ISO
202	33140000-3	Bec halogen 3.5 V compatibil cu Oftalmoscop ri-scope L, Riester	31562	Italia	Gima	Bec halogen 3.5 V compatibil cu Oftalmoscop ri-scope L, Riester	Conform broșurii anexate	CE/ISO
208	33140000-3	Cabluri ECG cu 10 electrozi, compatibil cu ECG FX - 326 U, Fukuda Denshi	EC028B	China	GreatMade	Cabluri ECG cu 10 electrozi, compatibil cu ECG FX - 326 U, Fukuda Denshi	Conform broșurii anexate	CE/ISO
209	33140000-3	Unitate de stocare 3.5", HDD SATA III, 500 Gb	DT01ACA05 0	Japonia	Toshiba	Unitate de stocare 3.5", HDD SATA III, 500 Gb	Unitate de stocare 3.5", HDD SATA III, 500 Gb	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**