


		Specificații tehnice (F4.1)						
Numărul licitației:						Data: „01” Februarie 2021	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		Lot: cd2560ec-da32-4f8b-9661-98e985897481					Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
33100000-1	1	Analizator imunologic multiparametric cu monoteste.	81210	Italia	Diesse	Analizator imunologic multiparametric cu monoteste	Analizator automat Chorus Trio cu autosampler, cu procesarea analizelor in dispozitive individuale (test cu test)	ISO ; CE
						Folosire monoteste, pentru efectuarea investigatiilor pe dispozitive individuale	Foloseste teste individuale cu control intern. Se poate pune 1 test pentru 1 pacient	
						Sistem complet automat, cu posibilitatea folosirii tuburilor primare, pipetare automata.	Da	
						Cantitatea tuburi primare pe bord min 25.	Cantitatea tuburi primare pe bord –30.	
						Compatibilitatea tuturor testelor in analizor - Combinarea tuturor testelor din meniu pe bord	Da, se poate folosi orice combinatie de teste pe bord	
						Compatibilitatea tuturor testelor in analizor - Combinarea tuturor testelor din meniu pe bord.	Da	
						Calibrare cu curba de tip master, fara cheltuieli suplimentare de teste, pentru calibrare “multipoint calibration”.	Se calibreaza cu un singur calibrator (ajustare). Curba de calibrare este in memoria analizorului.	
						Posibilitatea efectuării testelor singular, cu stripuri individuale, care au un control intern.	Da	



Capacitatea – min 25 diferite teste simultan pe bord	Capacitatea – 30 diferite teste simultan pe bord	
Posibilitatea suplinirii testelor fara a opri analizatorul	Da	
Cititor coduri de bare intern	Da	
Meniul minimal solicitat:	Da, in meniul analizorului se regasesc toate aceste teste	
Teste pentru diagnosticul covid -19		
SARS-COV-2 IgG		
SARS-COV-2 IgM		
SARS-COV-2 IgA		
SARS-COV-2 Ag		
SARS-COV-2 anticorpi neutralizanti (test pentru controlul eficientei vaccinarii)		
Teste necesare in procesul de tartare si monitorizare pacientilor afectati de covid -19		
CLOSTRIDIUM DEFICILE GDH		
CLOSTRIDIUM DEFICILE A/B TOXINS		
25OH Vitamin D Total		
Calprotectina		
Teste autoimmune necesare in tratarea si monitorizarea pacientilor post covid -19, si prevenirea starilor critice, aparute in urma infectiei:		
ANA SCREEN		

--

SM	
ANA-8	
ENA-6 S	
SS-A	
SS-B	
Scl-70	
Cenp-B	
Jo-1	
dsDNA-G	
dsDNA-M	
anti-CCP	
Factor reumatoif IgG	
Factor reumatoif IgM	
U-70 RNP	
SN RPN-C	
GLIADIN-A	
DEAMIDATET GLIADIN-A	
GLIADIN-G	
DEAMIDATET GLIADIN-G	
ιTg-A	
ιTg-G	
ASCA-B	
ASCA-A	
LKM-1	
AMA-M2	
PR3	

--


MPO		
GBM		
INTRINSIC FACTOR		
a-TG		
a-TPO		
TG		
INSULIN – anticorpi contra insulinei		
Teste pentru infectia helicobacter pylori		
HELICOBACTER PYLORI IgA		
HELICOBACTER PYLORI IgG		
HELICOBACTER PYLORI Ag – antigen in masele fecale		
Teste, pentru detectarea infectiilor asociate:	Da	
ADENOVIRUS IgG		
ADENOVIRUS IgA		
CYTOMEGALOVIRUS IgG		
CYTOMEGALOVIRUS IgM		
CYTOMEGALOVIRUS IgG avidity		
HSV 1 SCREEN		
HSV 2 SCREEN		
HERPES SIMPLEX 1+2 IgG		
HERPES SIMPLEX 1+2 IgM		
HSV 1 IgG RECOMBINANT		
HSV 2 IgG RECOMBINANT		

--

RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgA	
RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgG	
RUBELLA IgG	
RUBELLA IgM	
RUBELLA IgG AVIDITY	
TOXOPLASMA IgG	
TOXOPLASMA IgM	
TOXOPLASMA IgA	
TOXOPLASMA IgG AVIDITY	
TREPONEMA IgG	
TREPONEMA IgM	
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT	
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA	
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG	
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM	
CHLAMIDOPHILA PNEUMONIAE IgG	
CHLAMIDOPHILA PNEUMONIAE IgM	
CHLAMIDOPHILA PNEUMONIAE IgA	
EPSTEIN BARR EBNA IgG	
EPSTEIN BARR VCA IgG II	
EPSTEIN BARR VCA IgM II	
EPSTEIN BARR EARLY ANTIGEN IgM	
EPSTEIN BARR EARLY ANTIGEN IgG	

--

LEGIONELLA PNEUMOPH. 1-6 IgG	
LEGIONELLA PNEUMOPH. 1 IgG	
LEGIONELLA PNEUMOPH. IgM	
Legionella Urinary Antigen	
MEASLES IgG	
MEASLES IgM	
MUMPS IgM	
MUMPS IgG	
TOSCANA VIRUS IgM (Sandy Fever Virus)	
TOSCANA VIRUS IgG (Sandy Fever Virus)	
VARICELLA IgM	
VARICELLA IgG	
INFLUENZA A IgG	
INFLUENZA A IgA	
INFLUENZA B IgG	
INFLUENZA B IgA	
POLIOVIRUS IgG	
BORRELIA IgG	
BORRELIA IgG	
BORRELIA IgM	
BORRELIA IgM	
TETANUS IgG	
DIPHTHERIA IgG	
DENGUE IgG	
DENGUE IgM	
CHLAMIDIA TRACHOMATIS IgG	



CHLAMIDIA TRACHOMATIS IgG		
BORELLIA CSF IgG		
CHIKUNGUNIA IgG		
CHIKUNGUNIA IgG		
PARVOVIRUS B19 IgG		
PARVOVIRUS B19 IgG		
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM		
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgG		
TOXOCARA IgG		
ECHINOCOCCUS IgG		
BRUCELLA IgG		
BRUCELLA IgM		
Q FEVER PHASE II IgG		
Q FEVER PHASE II IgM		
Teste pentru diagnostic:		
SARS-COV-2 IgG - 100 teste		
SARS-COV-2 IgM - 100 teste		
SARS-COV-2 IgA - 100 teste		
SARS-COV-2 Ag - 100 teste		
SARS-COV-2 anticorpi neutralizanti (test pentru controlul eficientei vaccinarii) - 100 teste		
CLOSTRIDIUM DEFICILE GDH - 100 teste		
CLOSTRIDIUM DEFICILE A/B TOXINS - 100 teste		
25OH Vitamin D Total - 1000 teste		

Calprotectina - 100 teste		
ANA SCREEN - 500 teste		
dsDNA-G - 250 teste		
dsDNA-M - 250 teste		
anti-CCP - 600 teste		
Factor reumatoif IgG – 100 teste		
Factor reumatoif IgM – teste		
LKM-1 - 300 teste		
AMA-M2 - 300 teste		
PR3 - 300 teste		
MPO - 300 teste		
GBM – 100 teste		
HELICOBACTER PYLORI Ag – antigen in masele fecale - 100 teste		
!!! CONSUMABILELE SĂ FIE INCLUDE ÎN PREȚ		
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –	Este un dispozitiv medical, care nu se regasește în registrul de Stat al Dispozitivelor medicale.Se anexează certIFICATELE CE, ISO 13485, semnate electronic	

		valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.		
--	--	--	--	--