

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

<b>Numărul licitației:</b>	LP nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1658754515985</b>	Data: „ <b>11</b> ” septembrie 2022	Alternativa nr.: <b>Nu se oferă</b>
<b>Denumirea licitației:</b>	<b>Achiziționarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023</b>		Page: <b>1</b> din <b>10</b>

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	24	Container pentru spută (tub Falcon)	Container pentru spută (tub Falcon)	<b>TYA01</b> Container pentru spută (tub Falcon), 50ml	China	NTL Co., Ltd	Container de sputa cu recipientul de tip Falcon sau echivalentul 1.volum: 50ml 2.capac filetat Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulare intențională).	Container pentru spută cu recipientul de tip Falcon, volum 50ml, cu capac filetat, non steril	CE, ISO
33100000-1	41	Eprubetă din plastic conice, fara capac, 10 ml	Eprubetă din plastic conice, fara capac, 10 ml	<b>TYD13</b> Eprubetă din plastic, 16x102mm, conică, fara capac, 10 ml	China	NTL Co., Ltd	1.eprubetă din plastic conice 2. fără capac 3.volum 10 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulare intențională).	Eprubetă din plastic, PS, 16x102mm, conică, fara capac, volum 10 ml	CE, ISO
33100000-1	43	Eprubetă din sticlă borsilicată	Eprubetă din sticlă borsilicată	<b>TYG01</b> Eprubetă din sticlă borsilicată, 75x12x0,6x0,5 mm, 5ml	China	NTL Co., Ltd	1. eprubetă cu dimensiunile: 75x12x0,6x0,5mm, 5ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulare intențională).	Eprubetă din sticlă borsilicată, 75x12x0,6x0,5mm, volum 5ml	CE, ISO

33100000-1	49	Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.25ML) (Mini-Eprubeta)	Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.25ML) (Mini-Eprubeta)	<b>GDC002EK3</b> Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.25ML)	China	ZGMT Co., Ltd	Eprubeta cu capilar pentru colectarea sangelui periferic cu K3EDTA cu capac (0,25 ml) pentru investigații hematologice Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională).	Eprubetă cu capilar pentru colectarea sîngelui periferic, cu K3EDTA, cu capac, (0,25 ml) pentru investigații hematologice	CE, ISO
33100000-1	50	Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML)	Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML)	<b>GDC005EK3</b> Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML)	China	ZGMT Co., Ltd	Eprubeta cu capilar pentru colectarea sangelui periferic cu K3EDTA cu capac (0,5 ml) pentru investigații hematologice Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională).	Eprubetă cu capilar pentru colectarea sîngelui periferic, cu K3EDTA, cu capac, (0,5 ml) pentru investigații hematologice	CE, ISO
33100000-1	52	Eprubetă vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 4-5 ml, cu eticheta	Eprubetă vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 4-5 ml, cu eticheta	<b>TYK04</b> Eprubetă vacuumată, 13x75mm, PET, cu accelerator cheag+gel separator, volum sânge 4 ml, cu etichetă	China	NLT Co., Ltd	1. eprubetă cu accelerator cheag+gel separator 2.volum: 4-5 ml 3.cu etichetă; 4.material PET Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională).	Eprubetă vacuumată, 13x75mm, PET, cu accelerator cheag+gel separator, volum sânge 4 ml, cu etichetă	CE, ISO
33100000-1	53	Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6-8 ml, cu eticheta	Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6-8 ml, cu eticheta	<b>TYK05</b> Eprubetă vacuumată, 13x100mm, PET, cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6ml, cu etichetă	China	NLT Co., Ltd	1. eprubetă cu accelerator cheag+gel separator 2.volum: 6-8 ml 3.cu etichetă; Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională).	Eprubetă vacuumată, 13x100mm, PET, cu accelerator cheag+gel separator, volum sânge 6 ml, cu etichetă	CE, ISO

33100000-1	54	Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum sînge 8-10 ml, cu eticheta	Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum sînge 8-10 ml, cu eticheta	<b>TYK06</b> Eprubetă vacuumată, 16x100mm, PET, cu accelerator cheag+gel separator, volum sînge 8ml, cu etichetă	China	NTL Co., Ltd	1. eprubetă cu accelerator cheag+gel separator 2.volum: 8-10 ml 3.cu etichetă; Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).	Eprubetă vacuumată, 16x100mm, PET, cu accelerator cheag+gel separator, volum sînge 8 ml, cu etichetă	CE, ISO
33100000-1	55	Eprubete sticlă P 14	Eprubete sticlă P 14	<b>TYG04-1</b> Eprubetă din sticlă, P 14	China	NTL Co., Ltd	1. material: sticlă P 14 Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).	Eprubetă din sticlă, P 14, 15x120mm	CE, ISO
33100000-1	56	Eprubete sticla P 16	Eprubete sticla P 16	<b>TYG06</b> Eprubetă din sticlă, P 16	China	NTL Co., Ltd	1. material: sticlă P 16 Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).	Eprubetă din sticlă, P 16, 16x150mm	CE, ISO
33100000-1	58	Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 10ml	Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 10ml	<b>TYK13</b> Eprubetă vacuumată 16x100mm, PET, cu K3EDTA, volum de sînge 10ml	China	NTL Co., Ltd	1. material: PET Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).	Eprubetă vacuumată 16x100mm, PET, cu K3EDTA, volum de sînge 10ml	CE, ISO

33100000-1	60	Lame sticlă ștefuite 26*76*1,0 mm	Lame sticlă șlefuite 26*76*1,0 mm	<b>TYI-7105</b> Lame din sticlă, ștefuite 26*76*1,0 mm	China	NTL Co., Ltd	Lame sticlă șlefuite, dimensiunea 26*76 ± 1 mm, grosimea 1 ± 0,2 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).	Lame din sticlă, ștefuite 26*76 ± 1 mm, grosimea 1 ± 0,2mm	CE, ISO
33100000-1	61	Lame sticlă ștefuite 26*76*2 mm	Lame sticlă șlefuite 26*76*2 mm	<b>TYI-7105/2</b> Lame din sticlă, ștefuite 26*76*2,0 mm	China	NTL Co., Ltd	Lame sticlă șlefuite, dimensiunea 26*76 ± 1 mm, grosimea 2 ± 0,2 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).	Lame din sticlă, ștefuite 26*76 ± 1 mm, grosimea 2 ± 0,2 mm	CE, ISO
33100000-1	62	Lame sticla, 25*75*2 mm	Lame sticla, 25*75*2 mm	<b>TYI-7101</b> Lame din sticlă 25*75*2,0 mm	China	NTL Co., Ltd	Lame sticla, dimensiunea 25*75 ± 1 mm, grosimea 2 ± 0,2 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).	Lame din sticlă 25*75 ± 1 mm, grosimea 2 ± 0,2	CE, ISO
33100000-1	63	Lamele 24x50 mm	Lamele 24x50 mm	<b>TYI-2450C</b> Lamele 24x50mm	China	NTL Co., Ltd	Lamele 24x50 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).	Lamele 24 x 50 mm, grosimea 0,13-0,17 mm	CE, ISO

33100000-1	64	Lamele 18x18	Lamele 18x18	<b>TYI-1818C</b> Lamele 18x18mm	China	NTL Co., Ltd	Lamele 18x18 Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).	Lamele 18 x 18 mm, grosimea 0,13-0,17 mm	CE, ISO
33100000-1	65	Lamele 24 x 24 mm	Lamele 24 x 24 mm	<b>TYI-2424C</b> Lamele 24x24mm	China	NTL Co., Ltd	Lamele 24 x 24 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).	Lamele 24 x 24 mm, grosimea 0,13-0,17 mm	CE, ISO
33100000-1	66	Lancete (scarificatoare) pentru maturi	Lancete (scarificatoare) pentru maturi	<b>TYJ05</b> Lancete (scarificatoare) pentru maturi	China	NTL Co., Ltd	1. ambalat individual 2. steril 3. pentru maturi. (recoltare din deget). Penetrarea min 1,8mm adâncime și min 0,8mm lățime Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).	Lancete (scarificatoare) pentru maturi, 40x5.5mm, penetrarea minimum 1,8mm în adâncime și minimum 0,8mm în lățime, ambalate individual, sterile (recoltare din deget).	CE, ISO
33100000-1	67	Lancete 1,2 mm (scarificatoare) pentru copii	Lancete 1,2 mm (scarificatoare) pentru copii	<b>TYJ07 (30G)</b> Lancete (scarificatoare) pentru copii	China	NTL Co., Ltd	1. ambalat individual 2. steril 3. pentru copii (recoltare din deget). 4. cu mecanism de protecție. Penetrarea 1,2 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).	Lancete (scarificatoare) pentru copii, mărimea 30G, cu mecanism de protecție, penetrarea 1,2 mm, ambalate individual, sterile (recoltare din deget).	CE, ISO

33100000-1	78	Pipeta dozator automat,variabile 100-1000 mkl	Pipeta dozator automat,variabile 100-1000 mkl	<b>A3028</b> Pipetă dozator automat, cu volum variabil 100-1000 mkl	China	NTL Co., Ltd	Pipeta dozator automat,variabile 100-1000 mkl Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).	Pipetă-doзатор automat, cu volum variabil 100-1000 mkl	CE, ISO
33100000-1	79	Pipeta dozator automat,variabile 10-100 mkl	Pipeta dozator automat,variabile 10-100 mkl	<b>A3025</b> Pipetă dozator automat, cu volum variabil 10-100 mkl	China	NTL Co., Ltd	Pipeta dozator automat,variabile 10-100 mkl Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).	Pipetă-doзатор automat, cu volum variabil 10-100 mkl	CE, ISO
33100000-1	80	Pipeta dozator automat,variabile 20-200 mkl	Pipeta dozator automat,variabile 20-200 mkl	<b>A3026</b> Pipetă dozator automat, cu volum variabil 20-200 mkl	China	NTL Co., Ltd	Pipeta dozator automat,variabile 20-200 mkl Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).	Pipetă-doзатор automat, cu volum variabil 20-200 mkl	CE, ISO
33100000-1	81	Pipeta dozator automat,variabile 1000-5000 mkl	Pipeta dozator automat,variabile 1000-5000 mkl	<b>A3030</b> Pipetă dozator automat, cu volum variabil 1000-5000 mkl	China	NTL Co., Ltd	Pipeta dozator automat,variabile 1000-5000 mkl Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).	Pipetă-doзатор automat, cu volum variabil 1000-5000 mkl	CE, ISO

33100000-1	82	Pipeta dozator automat,variabile 5-50 mkl	Pipeta dozator automat,variabile 5-50 mkl	<b>A3024</b> Pipetă dozator automat, cu volum variabil 5-50 mkl	China	NTL Co., Ltd	Pipeta dozator automat,variabile 5-50 mkl Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională).	Pipetă-dozator automat, cu volum variabil 5-50 mkl	CE, ISO
33100000-1	83	Pipetă sterilă	Pipetă sterilă	<b>MSP0101</b> Pipetă serologică, sterilă, 1ml	China	SSMP Co., Ltd	1. ambalat individual 1 ml 1:1/100. Pipeta serologica sterila, din plastic non pirogenic ambalat individual, 1 ml. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională).	Pipetă serologică, sterilă, 1ml, din plastic non pirogenic, ambalată individual, 1:1/100.	CE, ISO
33100000-1	100	Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml)	Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml)	<b>TYK11</b> Eprubetă vacuumată, 13x75mm, PET, cu K3 EDTA (3,6 mg, 2ml)	China	NTL Co., Ltd	Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml), PET Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională).	Eprubetă vacuumată, 13x75mm, PET, cu K3 EDTA (3,6 mg, 2ml)	CE, ISO
33100000-1	101	Vârfuri 0-10 mkl (alb)	Vârfuri 0-10 mkl (alb)	<b>TYC01</b> Vârfuri 0-10 mkl (alb)	China	NTL Co., Ltd	1.volum: 0 - 10 mkl 2. culoare: alba 3. material: plastic 4.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională).	Vârfuri 0-10 mkl de culoare albă, din plastic, ce corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet	CE, ISO

33100000-1	106	Vârfuri plastic 0-10 mkl diametru-5mm, lungimea 32mm	Vârfuri plastic 0-10 mkl diametru-5mm, lungimea 32 mm	<b>TYC06</b> Vârfuri din plastic, 0-10 mkl, diametru-5mm, lungimea 32 mm	China	NTL Co., Ltd	1.volum: 0 - 10 mkl 2. material: plastic 3.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet 4. lungimea 32 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).	Vârfuri 0-10 mkl, diametru-5mm, lungimea 32 mm, din plastic, ce corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet	CE, ISO
33100000-1	108	Vârfuri universale cu filtru in stative ,pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze,Pyrogen -free ,sterile 20 mkl	Vârfuri universale cu filtru in stative ,pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze,Pyrogen -free ,sterile 20 mkl	<b>MFTR20-96</b> Vârfuri universale cu filtru in stative, pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free, sterile 20 mkl	China	SSMP Co., Ltd	Vârfuri universale cu filtru in stative ,pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze,Pyrogen -free ,sterile 20 mkl1.volum: 20 mkl 2. steril 3.cu filtru în stative 4.compatibil cu PCR 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet 5. libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).	Vârfuri universale cu filtru in stative 20mkl, pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free, sterile, ce corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet	CE, ISO
33100000-1	109	Vârfuri universale cu filtru in stative pentru PCR,libere de DN-aze si RN-aze,sterile, Pyrogen -free,100mkl	Vârfuri universale cu filtru in stative pentru PCR,libere de DN-aze si RN-aze,sterile, Pyrogen -free,100mkl	<b>MFTR100-96</b> Vârfuri universale cu filtru in stative, pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free, sterile 100 mkl	China	SSMP Co., Ltd	Vârfuri universale cu filtru in stative pentru PCR,libere de DN-aze si RN-aze,sterile, Pyrogen -free,100mkl 1.volum: 100 mkl 2. steril 3.cu filtru în stative 4.compatibil cu PCR 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet 5. libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).	Vârfuri universale cu filtru in stative 100mkl, pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free, sterile, ce corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet	CE, ISO



33100000-1	110	Vărfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze Pyrogen free ,0,5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm)	Vărfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze Pyrogen free ,0,5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm)	<b>MFTR10-96</b> Vărfuri universale cu filtru in stative, pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free, sterile 0,5-10 mkl, lungimea 44,6 mm	China	SSMP Co., Ltd	Vărfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze Pyrogen free ,0,5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm) 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 0.5 - 10 mkl 5.lungime: 4.5 cm 6.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).	Vărfuri universale cu filtru in stative 0,5-10mkl, pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free, sterile, ce corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet	CE, ISO
33100000-1	111	Vărfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 200 mkl	Vărfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 200 mkl	<b>MFTR200-96</b> Vărfuri universale cu filtru in stative, pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free, sterile 200 mkl	China	SSMP Co., Ltd	Vărfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 200 mkl 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 200 mkl 5.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).	Vărfuri universale cu filtru in stative 200mkl, pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free, sterile, ce corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet	CE, ISO
33100000-1	112	Vărfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 300 mkl	Vărfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 300 mkl	<b>MFTR300-96</b> Vărfuri universale cu filtru in stative, pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free, sterile 300 mkl	China	SSMP Co., Ltd	Vărfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 300 mkl 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 300 mkl 5.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).	Vărfuri universale cu filtru in stative 300mkl, pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free, sterile, ce corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet	CE, ISO

33100000-1	113	Vârfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 1000 mkl	Vârfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 1000 mkl	<b>MFTR1000-96</b> Vârfuri universale cu filtru in stative, pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free, sterile 1000 mkl	China	SSMP Co., Ltd	Vârfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 1000 mkl 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 1000 mkl 5.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).	Vârfuri universale cu filtru in stative 1000mkl, pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free, sterile, ce corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet	CE, ISO
33100000-1	114	Eprubetă din plastic- PS, conice , fara capac, 10 ml	Eprubetă din plastic- PS, conice , fara capac, 10 ml	<b>TYD13</b> Eprubetă din plastic, PS, 16x102mm, conică, fără capac, 10 ml	China	NTL Co., Ltd	Eprubetă din plastic conice 1. Material PS, de unică folosință 2. fără capac 3.volum 10 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).	Eprubetă din plastic, PS, 16x102mm, conică, fără capac, 10 ml, de unică folosință	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**  
Ofertantul: „LifeMed Group” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**