

Specificații tehnice

			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1687269178268 din 21.07.2023						
Numărul licitației:									
Denumirea licitației:			Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 14)						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2			3	4	5	6		8
3310000-1	2	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare	Sistem de dezinfectare a aerului de mare capacitate (recirculator).	GP 4x95 N	Polonia	Ultra-Viol sp.j.	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare Descriere Dispozitiv pentru dezinfectia aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili Parametru Specificație Volum efectiv de prelucrare 250 m3/oră, ±50 m3/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) sau tehnologie similară Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1 Consum de energie ≤ 1200 W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan	Sistem de dezinfectare a aerului de mare capacitate (recirculator) Dispozitiv pentru dezinfectia aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili - Da, a se vedea GP 4x95 N_DTS_Signed.pdf Volum efectiv de prelucrare 250 m3/oră, a se vedea GP 4x95 N_DTS_Signed.pdf Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme - Da, a se vedea GP 4x95 N_DTS_Signed.pdf Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului - Da, a se vedea GP 4x95 N_DTS_Signed.pdf Tehnologia de baza raze UV de tip C - Da, a se vedea GP 4x95 N_DTS_Signed.pdf Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore - Da, minimum 9000h, a se vedea GP 4x95 N_DTS_Signed.pdf Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical - Fără restricții - Da, a se vedea textul marcat în GP 4x95 N_DTS_Signed.pdf Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare - Da, a se vedea GP 4x95 N_DTS_Signed.pdf Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil - Da, oțel inoxidabil rezistent la acizi, a se vedea a se vedea GP 4x95 N_DTS_Signed.pdf Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB - Da, a se vedea GP 4x95 N_DTS_Signed.pdf Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1 - Da, 2 ventilatoare, GP 4x95 N_DTS_Signed.pdf Consum de energie ≤ 1200 W/oră - Da, 390 W/oră, a se vedea a se vedea GP 4x95 N_DTS_Signed.pdf Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz - Da, a se vedea a se vedea GP 4x95 N_DTS_Signed.pdf Metoda de montare: fixare pe perete - a se vedea a se vedea GP 4x95 N_DTS_Signed.pdf	ISO:13485, DOC, A se vedea declarația din partea producătorului privind statutul dispozitivului.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru ȘARCO În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: PHARMONY SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4, MD-2071